

Znak: ZOZ.V.010/DZP/84/22

Sucha Beskidzka dnia 19.09.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku uzupełnienie IV
ZOZ.V.010/DZP/84/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poniższe pytania:

Zgodnie z regulacją art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się z
następującymi pytaniami:

Pakiet 1 poz.9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 9 dopuści do zaoferowania dren BEBARWNY, przezierny do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu - na przebiegu drenu filtr 0,2um. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowana zastawkę bezigłową, zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięciu powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczęwski