



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 43/ZP/2024
DZP/380/2024

Zgorzelec, dnia 08.11.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycechnych) oraz drobnego sprzętu medycznego II.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 1 pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 9 – Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50-60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami przyłóżkowymi Zamawiającego. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzałamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 22 pozycja 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pozycji nr 1 tego pakietu na staplery liniowe do zamykania tkanek z automatyczną regulacją siły docisku tkanki, z dwoma rękojeściami spustowymi, w tym rękojeścią do aktywacji zabezpieczającą stapler przed przypadkowym odpaleniem, pozycja pośrednia blokady umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki, wymienne ładunki z 2 wysokościami zszywek (w rozmiarze 30mm dostępne 3 wysokości zszywek)- typ ładunku i rozmiar staplera do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, dostępne rozmiary 30,45,60,90mm, zszywki tytanowe w wymiennych ładunkach o wysokości: białe 2,5mm, niebieskie 3,8mm, zielone 4,5mm

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 22 pozycja 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pozycji nr 2 tego pakietu na staplery skórne jednorazowego użytku, sterylne, gotowe do użycia po rozpakowaniu, ładunek 35 zszywek ze stali nierdzewnej dostępne w wersjach ze zszywkami o grubości 0,5mm (szerokość zszywki 5,4mm, wysokość 3,6mm) i 0,6mm (szerokość 7,0mm, wysokość 4,00mm).

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycjach 1-2 dopuści zaoferowanie ładunków w rozmiarze odpowiednio 60mm oraz 80mm, nóż w ładunku, zszywki o przekroju obłym, otwarte o wysokości 3,8 mm (1,5 mm po zamknięciu) oraz 4,5 mm (2,0 mm po zamknięciu) do wyboru przez zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycjach 3-4 dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku, załadowanych, w rozmiarze odpowiednio 60mm oraz 80mm, zszywki o przekroju obłym, otwarte o wysokości 3,8 mm (1,5 mm po zamknięciu) oraz 4,5 mm (2,0 mm po zamknięciu) do wyboru przez zamawiającego. Kompatybilnych z ładunkami z pozycji 1-2.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 12 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości rampy trójdrożne z płytką - światowego lidera w produkcji tego typu elementów linii infuzyjnych, firmy B.Braun (Niemcy) - o poniższej charakterystyce: Rampa trzykranikowa, jednorazowego użytku, nietoksyczna, odporna na działanie lipidów, przezroczysta obudowa toru przepływu, pokrętła trójramienne, pokrętła 360° posiadające wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, nie zawiera lateksu i DEHP, złącze męskie z niezależnie obracającą się osiowo nakrętką Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporna na pęknięcie, wykonana z poliamidu. Pojemność wypełniania 0,7ml. Wzmocniona zewnętrzną obudową z uchwytem wystającym poza rampę, ze specjalną profilowaną strefą do stabilnego i bezpiecznego mocowania. Każde pokrętło w innym kolorze do łatwej identyfikacji linii. Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie blister-pack.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 12 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości rampy pięciodrożne z płytką - światowego lidera w produkcji tego typu elementów linii infuzyjnych, firmy B.Braun (Niemcy) - o poniższej charakterystyce: Rampa pięciokranikowa, jednorazowego użytku, nietoksyczna, odporna na działanie lipidów, przezroczysta obudowa toru przepływu, pokrętła trójramienne, pokrętła 360° posiadające wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, nie zawiera lateksu i DEHP, złącze męskie z niezależnie obracającą się osiowo nakrętką Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporna na pęknięcie, wykonana z poliamidu. Pojemność wypełniania 1,09ml. Wzmocniona zewnętrzną obudową z uchwytem wystającym poza rampę, ze specjalną profilowaną strefą do stabilnego i bezpiecznego mocowania. Każde pokrętło w innym kolorze do łatwej identyfikacji linii. Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie blister-pack.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 12 pozycja 7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki do kaniuli luer-lock, powinny być tego samego producenta, co oferowane w Pakiecie 25 kaniule.

Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 12 pozycja 7

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane koreczki do kaniul luer-lock, powinny zapewniać ich wygodny, pewny uchwyt, poprzez swój ergonomiczny kształt z kilkupłaszczyznową powierzchnią chwytną oraz pierścieniem dociskowym, które to elementy zapewniają optymalne warunki kliniczne dokręcenia do każdego złącza luer lock.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez obłożenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne posiadające innowacyjne rozwiązanie jakim jest laminarny przepływ, cewnik zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek poliheksanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika, skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność, niewymywające się wiązanie kowalencyjne, pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika i zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą 18G x 7,0 cm, motylek mocujący skalpel nr 11,

rozszerzacz z powłoką hydrofilową, strzykawka 5 ml z końcówką luer. Prowadnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem, luminy (kanały) oznaczone kolorami: zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów, łączniki LuerSafe: Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego, elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyń. Innowacyjna technologia cewników

Dla pozycji 1 cewniki w rozmiarze 7F/14,18,18Ga/15cm i 20cm do wyboru.

Dla pozycji 2 cewniki w rozmiarze 8,5F/12,16,18,18Ga/15cm i 20cm do wyboru.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wydzielenie osobnego pakietu na pozycje 1-3 z pakietu nr 5?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 7)

Pytanie 1 dotyczy Pakietu 12, poz. 1-2

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wyczuwalnego indykatora pozycji otwarty/zamknięty?

Odp. Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 12, poz. 3

Proszę o dopuszczenie rampy o długości 12,5 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 12, poz. 4

Proszę o dopuszczenie rampy o długości 18,5 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dotyczy Pakietu 12, poz. 5-6

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego z możliwością używania przez 7 dni i 600 wejść.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 12, poz. 5-6

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o objętości wypełnienia 0,085 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 dotyczy Pakietu 12, poz. 7

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje koreczka z trzpieniem poniżej własnej krawędzi?

Odp. Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu 23, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ochroniaczy tylko w kolorze niebieskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 dotyczy Pakietu 23, poz. 4

Proszę o dopuszczenie ochroniaczy tylko w kolorze niebieskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 9 dotyczy Pakietu 23, poz. 5

Proszę o dopuszczenie ochroniaczy tylko w kolorze niebieskim na bokach z białą górą.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 dotyczy Pakietu 23, poz. 6

Proszę o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11 dotyczy Pakietu 23, poz. 6

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odp. TAK, Zamawiający wymaga Fartucha będącego Środkiem Ochrony Indywidualnej. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy poprzez dopisanie w Pakiecie nr 23 punkt 6 opisu: Produkt będący Środkiem Ochrony indywidualnej kat. I i modyfikuje ten zapis zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 12 dotyczy Pakietu 23, poz. 6

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie 13 dotyczy Pakietu 23, poz. 6

Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odp Tak, Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej

Pytanie 14 dotyczy Pakietu 23, poz. 6

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odp. Do ochrony personelu medycznego.

Pytanie 15 dotyczy Pakietu 23, poz. 7

Proszę o dopuszczenie chusty o wymiarach 96 x 96 x 136 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 16 dotyczy Pakietu 23, poz. 7

Proszę o dopuszczenie chusty w kolorze białym.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 17 dotyczy Pakietu 23, poz. 8

Proszę o dopuszczenie prześcieradła w kolorze zielonym

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 18 dotyczy Pakietu 23, poz. 8

Proszę o dopuszczenie prześcieradła wykonanego z włókniny o gramaturze 25 g/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 19 dotyczy Pakietu 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 20 dotyczy Pakietu 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego bez blokowania po obrocie o 180°.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 21 dotyczy Pakietu Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z kodowanym kolorystycznie koreczkiem zamiast skrzydełek.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 22 dotyczy Pakietu 25, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego bez blokowania po obrocie o 180°.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 23 dotyczy Pakietu Pakiet 25, poz. 3

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pod zwrotem „ze specjalnym dodatkowym zaworem eliminującym całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji”?

Czy Zamawiający miał na myśli filtry hydrofobowy eliminujący całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji?

Odp. Zamawiający miał na myśli zawór, który eliminuje wypływ krwi po wyciągnięciu mandrynu z kaniuli.

(ZAPYTANIE NR 8)**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, w pozycji nr 1:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm; porowatość max.: 2314 µm; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80µm, gramaturze 48g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 1, pozycji nr 1 ;Czy Zamawiający wymaga, aby:

brzegi taśmy były gładkie (laserowo zgrzewane) bez palczastych wypustek, co znacznie zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań, takich jakich jak erozje i wpływa na bezpieczeństwo zabiegu, aby taśma posiadała plastikową osłonkę co zapewnia sterylność, zapobiega zakażeniom, a także zmniejsza urazowość tkanek podczas implantacji; aby była wykonana w technologii quadriaxial, która charakteryzuje się: geometrią romboidalną, włóknami skośnymi, podwójną nicią wzmacniająca, co zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach oraz zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

(ZAPYTANIE NR 9)**Pytanie 1 Dotyczy pakietu 1 poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie koreczków combi z trzpieniem powyżej krawędzi, na opakowaniu jednostkowym logo producenta, numer serii data produkcji, sterylizacja, bez adresu i nazwy producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kranika odcinającego o wytrzymałości na ciśnienie 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml, sterylizowany radiacyjnie, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu 12 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową - czerwona - wersja tętnicza, nie zawierający metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), objętość wypełnienia 0,11 ml wytrzymałość na ciśnienie 325 PSI (22 bary) przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu 12 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, , nie zawierający metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie 325 PSI (22 bary) ,objętość wypełnienia 0,11 ml. przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu 12 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie koreczka Luer-Lock z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi. Pakowany pojedynczo. Wykonany z polietylenu (PE), opakowanie 100 szt ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu 25 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej kaniuli dożylniej – kaniula posiadająca dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć. wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi . Pakowane w opakowanie typu Blister, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie-zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu podana nazwa materiału. Kolor wg norm ISO dotyczących kaniul. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane po 50 szt , w rozmiarach 14G-22G.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w rozmiarze 24G kaniuli dożylniej posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiający kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 Dotyczy pakietu 25 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej kaniuli typu bezpiecznego wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków

kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli, z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi. Posiadająca zastawkę bezwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack, w rozmiarach 14G-22G, pakowane po 50szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 9 Dotyczy pakietu 25 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 24G, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem, automatycznym systemem chowania igły zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, pakowane po 50 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 Dotyczy pakietu 25 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej kaniuli bezpiecznej, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem, automatycznym systemem chowania igły zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, w rozmiarach 16G-22G, pakowane po 50 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11 Dotyczy § 2 ust. 6 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie kary do 5% wartości danego zamówienia netto.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12 Dotyczy § 4 projektu umowy:

Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty e-mail? W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przesłać fakturę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13 Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kary umownej od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14 Dotyczy § 6 ust. 8 projektu umowy:

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 60% wartości umowy jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 10)

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2), 2):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych z winy Wykonawcy lub Podwykonawcy:

2) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości **50 zł** za każdy przypadek.

2. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 11)

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści łyżki w opakowaniu tylko foliowym (opakowanie typu folia-papier jest zwyczajowo przeznaczone dla produktów sterylnych, a w tym przypadku Zamawiający nie wymaga produktu sterylnego)? Właściwości łyżki zgodnie z opisem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający będzie wymagał łyżek ze światłowodem osłoniętym, zapewniającym skupione światło z przodu łyżki?

Odp. Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 12)

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 1 dopuści Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, pakowany po 20 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 2 dopuści Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999%przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci:

o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę ,

o przestrzeni martwej max 38ml;posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ;

z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej;

kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 3 dopuści Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 16 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 20,11 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 29.1; 500ml: 19.2; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 14.84; 500ml: 24.79; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1,9 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, pakowany po 20 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 13)

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 25, w pozycji 1 dopuści wycenę kaniul wykonanych z PTFE, z portem bocznym zamykanym standardowo, z dwoma paskami RTG oraz koreczkiem luer-lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 25, w pozycji 2 dopuści wycenę kaniul z trzema paskami RTG oraz koreczkiem luer-lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi, z portem bocznym wyposażonym w samodomykający koreczek typu click?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 25, w pozycji 3 dopuści wycenę kaniul z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 14)

Pytanie 1

Pytanie dot. Pakietu Nr 25

Prosimy o dopuszczeniu kaniul typu Wenflon o następujących parametrach:

- w poz. 1 kaniula dożylna wykonana z PUR, 3 paski kontrastujące w RTG, pozostałe parametry bez zmian.
- w poz. 2 kaniula dożylna wykonana z PTFE, 4 paski kontrastujące w RTG, pozostałe parametry bez zmian.
- w poz. 3 kaniula dożylna wykonana z PTFE, 4 paski kontrastujące w RTG, rozmiar cewnika 24G, 26G, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 15)

Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści: pakiet 14

zad.6,7,9 manometr o średnicy tarczy 45 mm (w opisie 50 mm)

zad. 10 mankiety w rozmiarze 25-36 (w opisie 24 -32)

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 16)

Pytanie 1 dotyczy Pakiet nr 6.

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych netto i brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, pod warunkiem, że wartość netto i brutto muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 2 dotyczy Projektu umowy § 2 ust. 6

Prosimy o wykreślenie zapisu „w wysokości 10% wartości brutto dostarczonego towaru”

Kara jest nieadekwatna do danego niespełnienia świadczenia umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 dotyczy § 4 ust. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie faktur w formacie PDF drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od daty zwrotu towaru.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy § 6 ust. 1.2

Prosimy o bezwzględne wykreślenie zapisu „w wysokości 100 zł za każdy przypadek” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 Dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% wartości niezrealizowanej umowy”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie pojemników z nakrętką i łopatką zakręconych.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie pojemników z nakrętką w kolorze innym niż czerwony.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 9 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga sterylnych pojemników?

Odp. Zamawiający nie wymaga sterylnych pojemników.

Pytanie 10 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania zawierającego 100 szt. pojemników?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3-4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szkiełek w opakowaniach 10x100 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania zawierającego 500 szt. pojemników?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 17)**Pytanie 1 dotyczy Pakietu 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści taśmy o następującej charakterystyce:

Ultralekka taśma urologiczna do chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodami beznapięciowymi TOT i TVT, a także TVT-O. Wytwarzana jest techniką dziewiarską z przezroczystej i niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Wzdłuż wyrobu przebiegają niebieskie linie, które ułatwiają widoczność implantu w polu operacyjnym. Wyrób zaopatrzony jest w niebieskie uchwyty zabezpieczone osłonką z rurki termokurczliwej, ułatwiające mocowanie wyrobu w aplikatorze. Długość 45 cm, porowatość 60%, grubość nitki 0,08 mm, szerokość 1,1 cm, masa powierzchniowa 26 g/m²

Taśma urologiczna charakteryzuje się:

- niską masą powierzchniową,
- stabilną strukturą dzianiny
- wysoką biostabilnością,
- brakiem toksyczności, cytotoksyczności i genotoksyczności
- na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą) służące do mocowania na aplikatorze

Wyrób jałowy – wyjałowiony w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2 dotyczy Pakiet 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści zestaw o następującej charakterystyce:

Serweta 55 g/m² 60x50cm z otworem 10 cm z przylepcem oraz 2 przylepcami na rogach 1 szt

Serweta 42 g/m² 60x50cm 1 szt

Kompres włókninowy 30g 4w 7,5x7,5cm 10 szt

Opatrunek 5x7,2cm bez opakowania 1 szt.

Kleszczyki plast 24cm okienkowe niebieskie 1 szt.

Serweta 42 g/m² 75x45cm 1 szt.

Opakowanie torebka papierowo-foliowa.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 18)

Pytanie 1 Dot. Projekt umowy par. 5 (Załącznik nr 5 do SWZ)

Zamawiający wymaga min. 12 miesięcy gwarancji na dostarczone towary licząc od dnia „wykorzystania (zużycia)” – co wydaje się być omyłką pisarską (termin gwarancji może być liczony od daty produkcji lub daty dostawy, a nie od daty zużycia produktu”.

Ponieważ produkt z pozycji nr 16 nie posiada 12 m-cznego terminu ważności, a wynika to ze specyfikacji odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce, prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie 5 dni roboczych) bez zbędnego składowania produktów.

Odp. Zamawiający w przypadku asortymentu z pozycji 16 Pakiet 1 wymaga 6 miesięcznego terminu ważności. Zamawiający modyfikuje §6 ust. 1 projektu umowy poprzez dopisanie (6 miesięcy dotyczy Pakietu 1 pozycja 16) i zmianę słów „wykorzystania (zużycia)” na „dostarczenia” i modyfikuje ten zapis zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 1 Dot. Projektu umowy par. 2 ust.4 umowy (Załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w zakresie naliczania noty obciążeniowej?

Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich i Wykonawca nie ma realnego wpływu na to, czy kurier pozostawi paczkę w pomieszczeniu czy też przed wejściem do pomieszczenia, np. gdy będzie ono zamknięte. W związku z tym nieuzasadnione jest obarczanie Wykonawcy dodatkowym kosztem, a tym bardziej a tak wysokiej i równie nieuzasadnionej wysokości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 Dot. Projektu umowy par. 6 ust.1.2 umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w odwołaniu do zapisu? Wskazany zapis dotyczy terminu realizacji dostawy, przez co par. nr 6 zawiera zarówno w ust 1.1 oraz w ust. 1.2 – dwa różne sposoby naliczania kary umownej za zwłokę w realizacji dostaw

Odp. Nie, nie nastąpiła omyłka pisarska. §6 ust. 1. 1) informuje o naliczeniu kary za zwłokę w dostarczeniu towaru, bądź dostarczeniu towaru wadliwego, a §6 ust. 1. 2) za nie poinformowanie Zamawiającego o opóźnieniach w dostawie lub zmianach asortymentu.

Działając Zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SWZ, w § 6 Ust 1. 2) w następujący sposób :

2) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ~~ust. 7~~ niniejszej umowy - w wysokości 100 zł za każdy przypadek.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 4 Dot. Projektu umowy par. 6 (Załącznik nr 5 do SWZ).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?
Uzasadnienie: Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy Wykonawca nie spełnia świadczenia w czasie właściwym z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi. Zwłoka jest zaś opóźnieniem kwalifikowanym, wynikającym z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje §6 ust. 1 1), 6, 7, projektu umowy poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” i modyfikuje ten zapis zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 5 Dot. Projektu umowy par. 6 (Załącznik nr 5 do SWZ).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto? VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 Dot. Projektu umowy par. 6 ust. 2 (Załącznik nr 5 do SWZ).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w taki sposób aby kara umowna za odstąpienie od umowy naliczana była od niezrealizowanej wartości umowy?

W świetle orzecznictwa sądów powszechnych wątpliwość budzi ustalenie kary umownej od wartości zrealizowanej już części zamówienia. Tak określona kara umowna może być interpretowana jako „rażąco wygórowana” w rozumieniu art. 484 §2 KC i wykraczająca poza swoją podstawową funkcję odszkodowawczą.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 19)

Pytanie 1 Zadanie nr 19 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny:

Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33,6 mgH₂O przy VT=250 ml, bez określonej utraty wilgotności, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 30 ml, opory przepływu. 2,4 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 70-250 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane filtry oddechowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Zadanie nr 19 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny:

Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 %, p/wirusowej >99,999%, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania. 37 mg H₂O/l przy VT=500 ml, , medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa. 55 ml, opory przepływu 0,82 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z koreczkiem luer-lock. Złącza pacjent/maszyna 15M/22 M - 15M/22F

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane filtry oddechowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Zadanie nr 19 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny:

Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 %, p/wirusowej >99,999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 33 ml, opory przepływu 0.5 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 150-1500 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z koreczkiem wkręcany luer-lock

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane filtry oddechowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 20)**Pytanie 1 Dotyczy §4 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy §13 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dot. rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą na taki zapis, który zakłada równe traktowanie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy : „Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby powoda”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 21)**Pytanie 1 dotyczy Pakietu 1 pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furazerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dotyczy Pakietu 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści trzpień koreczka powyżej jego krawędzi?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik 3- komorowy (w ramach blistra):

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 75cm x 90cm, z centralnym otworem i rogami przylepnymi o średnicy. 8 cm;

10 szt. Kompres z gazy

7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8 warstwowy

1 szt. Kleszcze okienkowe typu Korcang, plastikowe owinięte w serwetę dwuwarstwową z warstwą celulozy dł. 19 cm 45cm x 45cm bibułowo-foliowa

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 6 dotyczy Pakietu 1 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o pojemności 25ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik na kał sterylny?

Odp. Zamawiający nie wymaga zaoferowania pojemników sterylnych.

Pytanie 9 dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał wykonany z polistyrenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o pojemności 20ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 11 dotyczy Pakietu 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał sterylny z żółtą nakrętką?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 dotyczy Pakietu 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 13 dotyczy Pakietu 6, pozycja 2, 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 150ml skalowany do 100ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 14 dotyczy Pakietu 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz z żółtą nakrętką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 15 dotyczy Pakietu 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści termometr lodówkowy działający w zakresie -30 do +40 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 16 dotyczy Pakietu 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z niebieską nakrętką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 17 dotyczy Pakietu 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik z pokrętkiem tylko w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 18 dotyczy Pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kranik tylko z optycznym wskaźnikiem położenia otwarty/zamknięty?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 19 dotyczy Pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rampę o objętości wypełnienia 0,93ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 20 dotyczy Pakietu 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rampę o objętości wypełnienia 1,48ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 21 dotyczy Pakietu 12, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści rampy nie zawierające PCV, lateks i ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 22 dotyczy Pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rampę 3 drożną o długości min. 11cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 23 dotyczy Pakietu 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rampę 3 drożną o długości min. 17cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 24 dotyczy Pakietu 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy z możliwością stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 25 dotyczy Pakietu 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy o objętości wypełnienia 0,09ml, przepływie 360ml/min przy 1 PSI, 600ml/min przy 3 PSI i 750 ml/min przy 5 PSI, wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego 40PSI, wytrzymałości na ciśnienie zwrotne 13,5 PSI?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 26 dotyczy Pakietu 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy w opakowaniu folia-papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 27 dotyczy Pakietu 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy z możliwością stosowania do 7 dni lub 350 aktywacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 28 dotyczy Pakietu 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy o objętości wypełnienia 0,09ml, przepływie 350ml/min, wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary, wytrzymałości na ciśnienie zwrotne 2 bary?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 29 dotyczy Pakietu 15 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o rozmiarze 60cm x 80cm z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 30 dotyczy Pakietu 23 pozycja 1, 3, 5

Czy Zamawiający dopuści produkt tylko w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 31 dotyczy Pakietu 23 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści chustę w kolorze białym o rozmiarze 96 cm x 96cm x 136 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 32 dotyczy Pakietu 23 pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści produkty tylko w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 33 dotyczy Pakietu 23 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści poszwę szytą ścięciem overlock?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 34 dotyczy Pakietu 23 pozycja 8, 9 i 10

Czy Zamawiający dopuści złączenie pozycji i propozycję zestawu: poszwa 210 cm x 160 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, w kolorze zielonym, gramatura 25 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 35 dotyczy Pakietu 24 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści produkty o grubości 20 µm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 36 dotyczy Pakietu 24 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści produkty w kolorze białym/przezroczysty?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 37 dotyczy Pakietu 24 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze M i L?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 38 dotyczy Pakietu 24, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści płachtę na zwłoki w rozmiarze 180x220cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 39 dotyczy Pakietu 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem luer-lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 40 dotyczy Pakietu 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem luer-lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 41 dotyczy Pakietu 25, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule z automatycznym zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci plastikowego zatrzasku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 42 dotyczy Pakietu 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule tylko bezpiecznego z portem bocznym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 43 dotyczy Pakietu 24, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez dodatkowego zaworu eliminującego całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 22)

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych przeznaczonych po pomiaru glukozy w próbkach krwi kapilarnej, żyłnej i noworodkowej. Pomiary za pomocą glukometru z użyciem próbek krwi tętniczej nie są w praktyce wykonywane ze względu na trudności w uzyskaniu i przeniesieniu takiej próbki bezpośrednio na pasek testowy (wykonywanie pomiarów za pomocą glukometru wymaga bezpośredniego przyłożenia paska do krwi pacjenta).

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2

Testy paskowe do glukometrów są wyrobem medycznym wymagającym zachowania specjalnych warunków przechowywania (temperatura i wilgotność w zakresie ściśle określonym przez producenta, wskazanym na każdym opakowaniu pasków). Przechowywanie pasków w nieodpowiednich warunkach powoduje uzyskanie zafałszowanych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wykonawca, który przechowuje paski w warunkach nie odpowiadających wymogom producenta, szczególnie latem lub zimą (np. w starej szopie lub nieogrzewanym garażu – proszę nam wierzyć, że takie firmy istnieją), nie zagwarantuje prawidłowego działania takiego wyrobu. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na Pakiet nr 13 certyfikatu jednostki notyfikowanej, wystawionego dla polskiego dystrybutora/importera będącego wykonawcą lub dla reprezentującego go wykonawcy, potwierdzającego spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania testów diagnostycznych?

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

(ZAPYTANIE NR 23)

Pytanie 1 dotyczy Pakietu 1 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylne zapakowane: system do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 Pakietu 1 pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylny system do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniącą przed cofaniem się moczu do cewnika Foley. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzłamaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. System wyposażony w elastyczne paski oraz okrągły hak do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 dotyczy Pakietu 18

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 łącznik ruchomy z mechanizmem obrotowym Luer-Lock o długości min. 25cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 25 Poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi, który wskazuje kierunek nakładania i umożliwia aseptyczną aplikację w zakresie rozmiarów 22-14 G

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 6 dotyczy Pakietu 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-24G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 14 G-24 G.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-24G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 14 G-24 G.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-24G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 14 G-24 G.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 24)

Pytanie 1 dotyczy Pakietu 1, poz. 8,13-14

Czy zamawiający wydzieli poz.8,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający informuje że w Pakiecie 1 można składać ofertę na każdą pozycję asortymentową osobno.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 1, poz.8, 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 1, poz.14

Czy zamawiający dopuści worek z drenem o długości ok. 90 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 4 dotyczy Pakietu 1, poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 15, poz.1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 dotyczy Pakietu 15, poz.1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu 15, poz.1

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 dotyczy Pakietu 15, poz.2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 9 dotyczy Pakietu 15, poz.2

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny 50 cm x 46 mb, 2 warstwy celulozy, wymiar listka 50 x 34 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 10 dotyczy Pakietu 15, poz.2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Pytanie bezprzedmiotowe. Zamawiający nie dopuścił zaofertowanego przedmiotu w pytaniu 9

Pytanie 11 dotyczy Pakietu 23, poz.1,4,5,

Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski lub zielony?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 dotyczy Pakietu 23, poz.6

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 13 dotyczy Pakietu 23, poz.7

Czy zamawiający dopuści rozmiar 96 x 96 x 136 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 14 dotyczy Pakietu 23, poz 7

Czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie biały?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 15 dotyczy Pakietu 23, poz.8

Czy zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze min. 25 g/m², w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 16 dotyczy Pakietu 23, poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 17 dotyczy Pakietu 23, poz.8-10

Czy zamawiający dopuści wycenę za trzelementowy komplet pościeli : poszwa na poduszkę, poszwa na kołdrę oraz prześcieradło – pakowany razem jako komplet?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 18 dotyczy Pakietu 23, poz.8-10

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 19 dotyczy Pakietu 23, poz.1-7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji 1-7 z Pakietu 23 do osobnego pakietu.

(ZAPYTANIE NR 25)**Pytanie 1 dotyczy Pakietu 1, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści worek z drenem długości 90 cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 14, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat z gwarancją na 2 lata od daty dostawy?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dotyczy treści umowy §6 ust. 1, ppkt 2)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w §6 ust. 1, ppkt. 2) treści umowy: 2) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami §2 ust. 7 niniejszej umowy - w wysokości 100 zł za każdy przypadek. Wspomniany §2 ust. 7 dotyczy terminu realizacji dostaw. Czy zamiast §2 ust. 7 nie powinno być §2 ust. 8?

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w Zapytaniu 18 pytanie 3

Pytanie 4 dotyczy Pakietu treści umowy §6 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści umowy w §6 ust. 2 w sposób następujący:

Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 26)**Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu dołączony osobno? Fabrycznie połączony zestaw został wycofany z produkcji.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

- Wykonany z medycznego PCV
- Worek o pojemność 2000 ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120 cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczu

- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
- Komora pomiarowa o pojemności 500 ml
- Filtr hydrofobowy w worku i komorze
- Worek zbiorczy skalowany co 50 ml od 100 ml do 2000 ml
- Komora kroplowa skalowana co 1 ml do 50 ml oraz co 5 ml od 50 ml do 500 ml
- Uniwersalny, zintegrowany wieszak
- Bezląteksowy
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści worek z drenem długości 90cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 4 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 3-stopniową regulację kołnierza dla dzieci?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kołnierze wykonane z polipropylenu (korpus) i gąbki z polietylenu

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU jednorazowego użytku z jedną maską w zestawie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU jednorazowego użytku z jedną maską w zestawie, natomiast drugą maskę dołączoną osobno?

Odp. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 pozycja 3,4 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ. W pozycji 5 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczy Pakietu nr 14 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy pozwalający na mierzenie temperatury z czoła z odległości 5-10 cm, termometr na podczerwień, alarm w przypadku gorączki, podświetlany wyświetlacz, pomiary w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, automatyczne wyłączenie?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 9 dotyczy Pakietu nr 14 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści tacę na leki o wymiarach 405x315x55 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 11 dotyczy Pakietu nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 12 dotyczy Pakietu Pakiet nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe

(ZAPYTANIE NR 27)

Pytanie nr 1 dotyczy Pakiet nr 20:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe łyżki do laryngoskopu w opakowaniu typu folia - folia, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

(ZAPYTANIE NR 28)

Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 10

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z zestawem do znieczulenia miejscowego w skład, którego wchodzi:

- 1 x serweta chirurgiczna 2- warstwowa 75 x 90 cm, gram 65 g/m² +/- 10% (włóknina wiskozowa i folia polietylenowa). Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- 1 x tacka transparentna 21 x 14 x 4,5 cm,
- 1 x opatrunek samoprzylepny z materiałem chłonnym 5x7cm
- 5 x tupfer z gazy Ø50 mm , (wym. po rozłożeniu 20x20 cm), 20 nitok
- 1 x strzykawka Luer Lock 10ml, 3-częściowa, bez latexu
- 1 x igła podskórna 21Gx1 1/2"

1 x igła podskórna 18Gx1 1/2"

1 x kleszczyki Kocher 13cm, niebieskie

1 x serweta chirurgiczna 2- warstwowa 50x90 cm z regulacją średnicy otworu, gram 65 g/m2 +/- 10% (włóknina wiskozowa i folia polietylenowa)

Opakowanie typu Multivac (folia-papier), etykieta ze wszystkimi komponentami i naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierającymi: REF, LOT, datę ważności.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 10, poz. nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ładunku do staplera liniowego tnąco-szyjącego z wbudowanym nożem i zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki tytanowe po zamknięciu tworzące kształt litery B. Jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnącego 60 mm, zielony: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki gruba, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, niebieski: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Linia cięcia 60 mm, linia szycia 64mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 10, poz. nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ładunku do staplera liniowego tnąco-szyjącego z wbudowanym nożem i zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki tytanowe po zamknięciu tworzące kształt litery B. Jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnącego 80 mm, zielony: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki gruba, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, niebieski: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Linia cięcia 80 mm, linia szycia 84mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 10, poz. nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego, tnąco-szyjącego bez wstępnie załadowanego ładunku. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Po założeniu ładunku aplikuje dwa podwójne, naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek, które po zamknięciu tworzą kształt litery B, z możliwością zastosowania ładunków o dwóch różnych wysokościach zszywek w zależności od grubości tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Możliwość wystrzelenia do 10 razy w czasie jednej procedury chirurgicznej. Długość linii cięcia 60 mm, długość linii szwu 64 mm. Ładunki do staplera: zielony: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki gruba, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, niebieski: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej. Do wyceny przyjmujemy stapler z ładunkiem zapakowanym osobno, dzięki czemu Zamawiający będzie miał możliwość wyboru rozmiaru ładunku.





Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 10, poz. nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego, tnąco-szyjącego bez wstępnie załadowanego ładunku. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Po założeniu ładunku aplikuje dwa podwójne, naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek, które po zamknięciu tworzą kształt litery B, z możliwością zastosowania ładunków o dwóch różnych wysokości zszywek w zależności od grubości tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Możliwość 10-krotnego wystrzelenia staplera. Długość linii cięcia 80 mm, długość linii szwu 84 mm. Ładunki do staplera: zielony: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki gruba, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, niebieski: liczba rzędów 4, rodzaj tkanki standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej. Do wyceny przyjmujemy stapler z ładunkiem zapakowanym osobno, dzięki czemu Zamawiający będzie miał możliwość wyboru rozmiaru ładunku.



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 22, poz. nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera liniowego szyjącego, bez wstępnie załadowanego ładunku, posiadający suwak do ręcznego wysunięcia kolca stabilizującego tkankę, będącego również wskaźnikiem długości szycia. Stapler wyposażony jest w jedną 3-etapową dźwignię służącą do pośredniego zaciśnięcia szczęk wraz z wysunięciem kolca stabilizującego tkankę (I etap), następnie całkowitego zamknięcia szczęk (II etap) oraz wystrzelenia ładunku (III etap). Po założeniu ładunku aplikuje dwa rzędy naprzemiennie ułożonych, tytanowych zszywek, które po zamknięciu tworzą kształt litery B. Stapler z możliwością zastosowania ładunków o dwóch różnych wysokości zszywek w zależności od grubości tkanki. Stapler posiadający przycisk szybkiego zwalniania. Łatwy w użyciu dzięki zastosowaniu pojedynczej dźwigni: obsługa jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie). Stapler w rozmiarze: 30,45,60, 90 mm. Stapler można wystrzelić maksymalnie 10 razy. Do wyceny przyjmujemy stapler z ładunkiem zapakowanym osobno, dzięki czemu Zamawiający będzie miał możliwość wyboru rozmiaru ładunku.



Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu nr 22, poz. nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lekkiego jednorazowego sterylne go staplera skór nego z 35 zszywkami, wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach : przed zamknięciem grzbiet 13,05 mm, nóżka 3,45 mm, po zamknięciu grzbiet 6,91 mm , nóżka 4,18 mm, stal nierdzewna o średnicy zszywki 0,6mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Zmienne dokumenty zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1002289> i posiadają poniższe oznaczenia:
43_ZP_2024_Zař. _2_do_SWZ_Formularz cenowy_ZMIANA_1
43_ZP_2024_Zař. _5_projekt umowy _ZMIANA_1

Z poważaniem

Katarzyna Jagieřo

**Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**

**Z upoważnienia Dyrektora
Radosław Jabłoński**

**Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jagieřo; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl