



CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI



ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

COZL/DZP/AW/3412/TP-70/21

Lublin, dnia 29.06.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Dostawa drobnego asortymentu medycznego na potrzeby COZL (oznaczniki silikonowe, haki chirurgiczne, retractor ran chirurgicznych, kabel bipolarny, ostrza i dreny dom pompy artroskopowej, oprzyrządowanie do diatermii, uszczelka do tuby trokara...)”
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP- 70/21)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Część 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego retractora ran chirurgicznych składającego się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego.

Rękaw ochronny dostosowany do długości cięcia 5 – 9 cm, sterylny z regulacją, bez zawartości lateksu, rękaw o długości ok. 19 cm.

Retraktor jednorazowy, górna obręcz o podwójnej szerokości, ułatwiająca regulację stopnia retrakcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 2.4 (Kosztorys ofertowy), część nr 4 – Oprzyrządowanie kompatybilne z generatorem ESG-400: Czy w opisie części nr 4 nie doszło do omyłki pisarskiej? Zgodnie z nazwą zadania powinno być: „(...) kompatybilny z generatorem **ESG-400** (...)” zamiast „(...) kompatybilny z generatorem **ESC-400** (...)”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej, powinno być : „(...) kompatybilny z generatorem **ESG-400** (...)” .

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

mgr Agnieszka Wąsietnicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108634579