



Wojewódzkie  
Centrum  
Szpitalne  
Kotliny  
Jeleniogórskiej

**WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE**

**KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ**

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY  
ŚLĄSK**

DEZ/1754/2023

Jelenia Góra, dnia 29.12.2023 r.

## **DO WYKONAWCÓW**

**Dot. „Świadczenie usług serwisowych systemu angiograficznego Philips Azurion 7 M20,  
Tomografu Komputerowego SIEMENS DEFINITION EDGE oraz AS PLUS” nr referencyjny:**

**ZP/PN/61/12/2023**

**PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE:**

**DZ.U. S: 247/2023**

**NUMER OGŁOSZENIA 00783224-2023 Z DNIA 22.12.2023 R.**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że do zapisów SWZ dodaje się punkt w celu ujednoczenia zapisów do załącznika nr 1- Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym i opisem przedmiotu zamówienia.

Punkt 9.2 SWZ przed zmianami:

2. Przedmiotowe środki dowodowe: Dla pakietów od 1-3: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

Po zmianach:

2. Przedmiotowe środki dowodowe: Dla pakietów od 1-3:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
2. Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta sprzętu uprawniającej do jego serwisowania. Dokument potwierdzający autoryzację producenta uprawniającej do serwisowania musi być wystawiony przez producenta sprzętu będącego przedmiotem serwisu zgodnie z pkt 1 Wymagań technicznych bezwzględnych i podlegających ocenie jakościowej z zał. nr 1- Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym i opisem przedmiotu zamówienia

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

### **ZESTAW NR 1**

1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Pakiet nr 3

Wnosimy o zmianę liczby dni z 6 na 12 w punkcie 11 tabeli. Wg Wykonawcy angiograf jest na tyle złożonym i skomplikowanym urządzeniem iż, dotrzymanie tak wygórowanych wymagań Zamawiającego staje się wręcz niemożliwe.



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: [poczta@spzoz.jgora.pl](mailto:poczta@spzoz.jgora.pl)

Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że do czasu niedostępności/przestoju nie są wliczane dni przeznaczone na planową konserwację/przeglądy techniczne oraz drobne awarie nie wpływające na prawidłowe wykonywanie procedur medycznych na urządzeniu.

**Odpowiedź: Zgoda.**

2. Dot. Załącznik Nr 3 UMOWA Nr PN// 2023, Pakiet nr 3

Wnosimy o zmianę liczby dni z 10 na 12 w § 1 ust.18 wzoru umowy. Wg Wykonawcy angiograf jest na tyle złożonym i skomplikowanym urządzeniem iż, dotrzymanie tak wygórowanych wymagań Zamawiającego staje się wręcz niemożliwe.

Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że do czasu niedostępności/przestoju nie są wliczane dni przeznaczone na planową konserwację/przeglądy techniczne oraz drobne awarie nie wpływające na prawidłowe wykonywanie procedur medycznych na urządzeniu.

**Odpowiedź: Zgoda.**

3. Dot. Załącznik Nr 3 UMOWA Nr PN// 2023, Pakiet nr 3

Wnosimy o usunięcie § 2.ust. 2 lub modyfikację jak następuje:

„Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po każdej interwencji serwisowej do sporządzenia protokołu odbioru usługi / karta pracy lub karty serwisowej podpisanej bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.”

Zmianę proponujemy ze względu na to, iż umowa ma charakter ryczałtowy i może się zdarzyć tak, że w danym miesiącu nie będzie żadnej interwencji serwisowej, a faktura miesięczna musi być wystawiona.

**Odpowiedź: Zgoda.**

4. Dot. Załącznik Nr 3 UMOWA Nr PN// 2023, Pakiet nr 3

Wnosimy o usunięcie zapisów § 2.ust. 3 i 4 wzoru umowy. Zamawiający prawdopodobnie dokonał omyłki pisarskiej, gdyż zapisy tych ustępów nie znajdują zastosowania przy tego typu usługach serwisowych.

**Odpowiedź: Zgoda. W załączeniu zmieniony wzór umowy dla wszystkich pakietów.**

5. Dot. Załącznik Nr 3 UMOWA Nr PN// 2023, Pakiet nr 3

Wnosimy o zmianę wygórowanej wysokości kary umownej do wartości 2000 zł w § 4.ust.2a wzoru umowy.

**Odpowiedź: Brak zgody.**

6. Dot. Załącznik Nr 3 UMOWA Nr PN// 2023, Pakiet nr 3

Wnosimy o usunięcie zapisów §5.ust. 6 wzoru umowy, gdyż powodują trudność w oszacowaniu wysokości wynagrodzenia i zwiększają ryzyko biznesowe, co przekłada się na mniejszą atrakcyjność oferty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgoda. W załączeniu zmieniony wzór umowy dla wszystkich pakietów.**

7. Dot. Załącznik Nr 3 UMOWA Nr PN/ / 2023, Pakiet nr 3

Wnosimy o poprawienie numeracji paragrafów wzoru umowy.

**Odpowiedź:** W załączeniu wzór umowy z poprawionymi paragrafami dla wszystkich pakietów.

**Załączniki:**

**Załącznik Nr 3 do SWZ – umowa serwisowania wraz z RODO**

**Zamawiający informuje, że w związku z faktem, iż nie upłynął jeszcze ustawowy termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (zadawania pytań), ostateczny wzór umowy uwzględniający ewentualne dalsze zmiany zostanie przez Zamawiającego opublikowany w terminie późniejszym, z uwzględnieniem potrzebnego czasu na stworzenie oferty.**

=====  
**Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.**

.....  
Z up. Dyrektora WCSKJ  
Przemysław Bogdanowicz