



WszSL.FZ.381. 04 /21 ¹⁶⁹ / 2021

Legnica ¹⁸...03.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego

„ NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH W TECHNICIE IMMUNOCHEMILUMINESCENCJI WRAZ Z NAJMEM SPRZĘTU.”

znak sprawy: WSzSL/FZ-04/21

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 – dotyczy SWZ Rozdział IV pkt 1, Załącznik 2_A, tabela D „Opis Zestawu”

Zważywszy na niespójne zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga najmu jednego analizatora z automatycznym systemem immunochemicznym, pracujący w technice immunochemiluminescencji?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga jednego analizatora pracującego w technice chemiluminescencji. Jednocześnie poprawia omyłkę pisarską poprzez usunięcie w Rodziale IV ust. 1 słowa „dwóch”.

Pytanie 2 – dotyczy wzoru Umowy, paragraf 3 pkt 5 ppkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie asortymentu z terminem ważności minimum 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ §3 UST. 2 PKT.2

Pytanie 3 – dotyczy Załącznika nr 2_A, Tabela , pozycja nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by, zaoferowany test do oznaczania przeciwciał SARS-CoV-2 IgG:

a) był ilościowy

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

b) posiadał standaryzację wobec materiału referencyjnego WHO (możliwość raportowania wyników w jednostkach BAU (“binding arbitrary units”))

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

c) zapewniał maksymalne ograniczenie wpływu wariantów SARS-CoV-2 poprzez zastosowanie w teście całego trimerycznego białka S.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4 – dotyczy Załącznika nr 2_A, Tabela , pozycja nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby test do oznaczania przeciwciał przeciwko różyczce w klasie IgM był ilościowy (bez dodawania antygeny) i umożliwiał przeprowadzenie dodatkowej procedury w celu sprawdzenia swoistości reakcji?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany,



zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5 – dotyczy Załącznika nr 2_A, Tabela A, kolumna D „ilość”

Prosimy o potwierdzenie, że liczba oznaczeń uwzględnia testy na kalibrację i kontrolę.

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 6 – dotyczy Załącznika 2_A, Tabela E, pkt 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga analizatora pracującego w technice immunochemiluminescencji.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga jednego analizatora pracującego w technice o której mowa w zapytaniu. Potwierdza to m.in. nazwa postępowania.

Pytanie 7 dotyczy Załącznik 2_A, Tabela A

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg uwzględniający trwałość odczynników dotyczy ich trwałości (okresu przydatności do użycia) w momencie dostawy (minimum 4 miesiące).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odwołuje do udzielonej odpowiedzi na Pytanie 2.

UWAGA!

**Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 15-03-2021 do 17-03-2021 r.**

Z poważaniem,


DIREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch