



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-757/22

Poznań, dnia 07.10.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy - platforma zakupowa

Dotyczy: Tpm-107/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **dostawa wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją myjni dezynfekujących do Collegium Humanum, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

dotyczy myjnia-dezynfektor laboratoryjny (1 szt.) RODZAJ 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą komorę o wysokości 520mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe wymiary przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych urządzenia.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.