

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Fabrycznie nowa głowica konweksowa:

- zakres częstotliwości min 2,0-5,0MHz
- ilość kryształów w głowicy min 128
- kąt obrazowania min 55°
- głębokość obrazowania min 32cm
- obrazowanie harmoniczne

II. Fabrycznie nowa głowica liniowa

- zakres częstotliwości min 5,0-13,0MHz
- szerokość obrazowania 40 mm+/-5%
- ilość kryształów w głowicy min 192
- obrazowanie harmoniczne
- obrazowanie trapezowe
- głębokość obrazowania min 12cm

Obie głowice muszą być kompatybilne z ultrasonografem Vivid T9.