



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie*

Olsztyn, dnia 15.05.2019 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**ZPZ-22/04/19      Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów, ładunków, tokarów i klipsów naczyniowych.**

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dostawę staplerów, ładunków, tokarów i klipsów naczyniowych, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 6 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 2**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

„Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem wyrobów do Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (niezrealizowanego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.**”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje wzory umowy w zakresie § 7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: *Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem wyrobów do Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (niezrealizowanego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.*

**Pytanie nr 3**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 5 projektu umowy „W przypadku istnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wolnych od wad najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty **uznania** reklamacji. Koszty wymiany wadliwych produktów ponosi Wykonawca”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

**Pytanie nr 4**

PAKIET NR 2 Staplery jednorazowe

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie :

w pozycji 1: Stapler dł. 60 mm, jednorazowy, wykonujący dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkanę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek, zszywki ze stopu tytanu, ładowny (11 zmian ładunku, łącznie do 12 strzałów); wysokość otwartej zszywki 3,8 mm; do stosowania z ładunkami z poz. 2

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie staplerów opisanych jak wyżej, **pod**

**warunkiem**, iż zszywki będą bilateralnie spłaszczone, o prostokątnym przekroju.

#### **Pytanie nr 5**

PAKIET NR 2 Staplery jednorazowe

w pozycji 2: Ładunek do staplera z poz. 1, dł. 60 mm, jednorazowy, wykonujący dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek; zszywki ze stopu tytanu; wysokość zszywki otwartej 3,8 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie staplerów opisanych jak wyżej, **pod warunkiem**, iż zszywki będą bilateralnie spłaszczone, o prostokątnym przekroju.

#### **Pytanie nr 6**

PAKIET NR 2 Staplery jednorazowe

w pozycji 3: Stapler liniowy dł. 80 mm, jednorazowy, wykonujący dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek, z jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek, zszywki ze stopu tytanu, ładowalny (11 zmian ładunku, łącznie do 12 strzałów); wysokość zszywki otwartej 3,8mm

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie staplerów opisanych jak wyżej, **pod warunkiem**, iż zszywki będą bilateralnie spłaszczone, o prostokątnym przekroju.

#### **Pytanie nr 7**

PAKIET NR 2 Staplery jednorazowe

w pozycji 4: Ładunek do staplera z pozycji 3 dł. 80 mm, jednorazowy, wykonujący dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. zszywki ze stopu tytanu, ładowalny . wysokość zszywki otwartej 3,8 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie staplerów opisanych jak wyżej, **pod warunkiem**, iż zszywki będą bilateralnie spłaszczone, o prostokątnym przekroju.

#### **Pytanie nr 8**

Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści stapler , którego wysokość nóżki wynosi 4,2 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie staplera, którego wysokość nóżki wynosi 4,2 - dotyczy Pakietu nr 4.

#### **Pytanie nr 9**

##### **Dotyczy pakietu nr 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby zszywki były bilateralnie spłaszczone i zaakceptowanie jako równoważnych o przekroju koła.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Zastosowanie zszywek o kształcie spłaszczonym ułatwia zespolenie tkanek i jest bezpieczniejsze dla pacjenta.

#### **Pytanie nr 10**

##### **Załącznik nr.4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. **Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego

oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający uzna za spełniony wymów art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

#### **Pytanie nr 11**

Pakiet 4

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 3 na: jednorazowy stapler skórnny ze wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze umożliwiającym kontrolowanie zużycia (10,20,35). Wymiary zszywki: grzbiet: 6,8 -7,2 mm, nóżka: 3,6 - 4,0 mm, grubość zszywki Ø 0,55-0,60 mm. Ilość zszywek w sztaplerze – 35 szt. = 1 magazynek. Ilość magazynków w opakowaniu zbiorczym 10 szt?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4, jednorazowy stapler skórnny ze wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze umożliwiającym kontrolowanie zużycia (10,20,35). Wymiary zszywki: grzbiet: 6,8 -7,2 mm, nóżka: 3,6 - 4,0 mm, grubość zszywki Ø 0,55-0,60 mm. Ilość zszywek w sztaplerze – 35 szt. = 1 magazynek. Ilość magazynków w opakowaniu zbiorczym 10 szt.

#### **Pytanie nr 12**

**Pakiet 10** Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 10 na: jednorazowy trokar optyczny typu Hasson z tęym obturatorem bez żadnych ostrych krawędzi. Kaniula fiksowana w powłokach za pomocą żelowego stożka z regulacją wysokości dodatkowo zabezpieczoną zatrzaskiem oraz bezlateksowego balonu o regularnym kształcie – obj. 20ml. Rozmiar 12mm, długość kaniuli 100mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 jednorazowy trokar optyczny typu Hasson z tęym obturatorem bez żadnych ostrych krawędzi. Kaniula fiksowana w powłokach za pomocą żelowego stożka z regulacją wysokości dodatkowo zabezpieczoną zatrzaskiem oraz bezlateksowego balonu o regularnym kształcie – obj. 20ml. Rozmiar 12mm, długość kaniuli 100mm. Patrz zmodyfikowany formularz cenowy.

#### **Pytanie nr 13**

Czy w Pakiecie nr 2 dopuszczają Państwo:

**Poz. 1** Jednorazowy **stapler** liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne, (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów) do stosowania z ładunkami z poz. 2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 14**

Czy w Pakiecie nr 2 dopuszczają Państwo:

**Poz. 2** Jednorazowy **ładunek** do staplera liniowego z nożem 60mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 15**

Czy w Pakiecie nr 2 dopuszczają Państwo:

**Poz. 3** Jednorazowy **stapler** liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne, (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów) do stosowania z ładunkami z poz. 4

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 16**

Czy w Pakiecie nr 2 dopuszczają Państwo:

**Poz. 4** Jednorazowy **ładunek** do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 17**

Czy w Pakiecie nr 12 dopuszczają Państwo:

**Poz. 1** Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy liniowy z nożem do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, trzon o długości 16 cm z możliwością rotacji o 360° -, Stapler może być używany z ładunkami 30 mm, 45 mm, 60 mm, Średnica trzonu: 12 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 18**

Czy w Pakiecie nr 12 dopuszczają Państwo:

**Poz. 2** Ładunek artykulacyjny jednorazowego użytku do liniowego endoskopowego staplera tnącego do resekcji, przecinania i zespożeń, z tytanowymi zszywkami, ładunek prosty, o długości 45mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5mm, po zamknięciu 1,0mm. Ładunek pasujący do staplera z poz1.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań.

Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 19**

Pakiet 2 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera z zszywkami o przekroju okrągłym, reszta zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 20**

Pakiet 2 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku z zszywkami o przekroju okrągłym, reszta zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 21**

Pakiet 2 Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera z zszywkami o przekroju okrągłym, reszta zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 22**

Pakiet 2 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku z zszywkami o przekroju okrągłym, reszta zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 23**

**Pakiet nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów ze zszywkami o przekroju obłym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych rozwiązań. Podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pakiet nr 24**

**Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów ze zszywkami o wymiarach 6,5x4,5mm, grubości 0,6mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie staplerów ze zszywkami o wymiarach 6,5x4,5mm, grubości 0,6mm.

**Pytanie nr 25**

**Pakiet nr 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie klipsownicy z prostymi branszami.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie klipsownicy z prostymi branszami.

**Pytanie nr 26**

**Pakiet nr 9** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia umieścił treść „jednostką miary jest magazynek”, tymczasem w kolumnie „Jednostka miary” widnieje jednostka „sztuka”. Prośba o sprecyzowanie jednostek - czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na odpowiednio 80, 80 i 72 magazynki?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż jednostką miary jest magazynek = 1 szt. w związku z czym analogicznie Zamawiający wymaga wyceny w poz. 1 -80 magazynków, poz. 2 - 80 magazynków, poz. 3 - 72 magazynki, poz. 4 - 100 magazynków.

**Pytanie nr 27**

**Pakiet nr 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z rękojeścią długości

23cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymagał w SIWZ długość trzonu 16 cm, Zamawiający nie sprecyzował długość rękojeści.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający w pak 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Jednorazowy stapler skórny ze wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze umożliwiającym kontrolowanie zużycia (15,25,35). Wymiary zszywki: grzbiet: 6,8 -7,2 mm, nóżka: 3,6 - 4,0 mm, grubość zszywki Ø 0,55-0,60 mm. Ilość zszywek w sztaplerze – 35 szt. = 1 magazynek?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 Jednorazowy stapler skórny ze wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze umożliwiającym kontrolowanie zużycia (15,25,35). Wymiary zszywki: grzbiet: 6,8 -7,2 mm, nóżka: 3,6 - 4,0 mm, grubość zszywki Ø 0,55-0,60 mm. Ilość zszywek w sztaplerze – 35 szt. = 1 magazynek.

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający w pak 8 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Trokar 12 mm ze ściętą kaniulą znanego amerykańskiego producenta, żebrowaną, transparentną o dł. 100 mm. Posiadający ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, zawór do insuflacji, zdejmowana główka z redukcją 5-12 mm wyposażona w magnetyczną uszczelkę chroniącą uszczelkę silikonową przed uszkodzeniem klipsownicą, lejkowate wejście do kaniuli ułatwiające wprowadzenie narzędzi, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli, konstrukcja grota stabilizująca go w kaniuli („klik” uniemożliwia ruch grota podczas wprowadzania trokaru). Trokar bezostrzowy – grot niesymetryczny, rozpychający a nie przecinający powłoki? Powstanie przepuklin pooperacyjnych spowodowane do minimum, poparte badaniami opublikowanymi w prasie branżowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych rozwiązań.

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający w pak 9 poz 1, 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok znanego amerykańskiego producenta pakowane po 6 sztuk w magazynku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych rozwiązań.

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający w pak 10 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Jednorazowy trokar optyczny typu Hasson z tęnym obturatorem bez żadnych ostrych krawędzi. Kaniula fiksowana w powłokach za pomocą żelowego stożka z regulacją wysokości z blokadą oraz bezlateksowego balonu o regularnym kształcie. Rozmiar 12mm, długość kaniuli 100mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych rozwiązań.

**Pytanie nr 32**

**Pakiet 4** Czy Zamawiający dopuści stapler ze wskaźnikiem zużycia zszywek 10, 20?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie staplera ze wskaźnikiem zużycia zszywek 10, 20.

**Pytanie nr 33**

**Pakiet 4** Czy Zamawiający dopuści stapler o wymiarach grzbiet: 7,2mm, nóżka 4,9mm, grubość 0,6mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie staplera o wymiarach grzbiet: 7,2mm, nóżka 4,9mm, grubość 0,6mm.

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 4** Czy Zamawiający dopuści stapler o wymiarach grzbiet: 5,9mm, nóżka 3,9mm, grubość 0,5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie staplera o wymiarach grzbiet: 5,9mm, nóżka 3,9mm, grubość 0,5mm.

**Z-ca Dyrektora  
d/s Techniczno-Logistycznych  
Mariusz Moczulski**

W załączeniu:  
Zmodyfikowany formularz cenowy  
Zmodyfikowany wzór umowy

Sporządził w 1 egz. – MM  
Egz. nr 1 - a/a  
Otrzymują: uczestnicy postępowania /  
zamieszczono na stronie internetowej SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie