

ZP/90/ZCO/2023

**Dostawa sprzętu w ramach projektu „Ergonomia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii”  
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**

**Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
ul. Szpitalna 13  
41-300 Dąbrowa Górnicza**

Dąbrowa Górnicza, dnia 22.09.2023r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

#### **Dotyczy postępowania**

**Dostawa sprzętu w ramach projektu „Ergonomia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii”**

Znak sprawy ZP/90/ZCO/2023

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

### **Zestaw pytań 9**

#### **Pakiet nr 1: Zakup wózków reanimacyjnych – 10 szt.**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z blatem wykonanym z tworzywa ABS?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z możliwością wyboru kolorystyki spośród 3 wariantów?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny o wymiarach 670x510x1045 mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

#### **Pakiet nr 6: Kozetka zabiegowa 2 częściowa elektryczna – 21 szt.**

##### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę zabiegową z podstawą wyposażoną w 4 koła z blokadą oraz z systemem poziomowania podstawy?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

##### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę zabiegową wyposażoną w pilot sterujący bez możliwości jego blokady?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

ZP/90/ZCO/2023

**Dostawa sprzętu w ramach projektu „Ergonomia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii”  
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**

**Pakiet nr 7: Stół do rehabilitacji elektryczny 2 częściowy – 13 szt.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do rehabilitacji z podstawą wyposażoną w 4 koła z blokadą oraz z systemem poziomowania podstawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do rehabilitacji z regulacją wysokości w zakresie 50-90 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**Zestaw pytań 10**

**Pakiet nr 2 – wózki do transportu chorych leżących**

**Pytanie 1**

(Ad pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość wózka 217 cm +/- 1 cm? Wymiar ten nieznacznie odbiega od wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

**Pytanie 2**

(Ad pkt 1) Czy Zamawiający dopuści najwyższej jakości produkt nowy, nie powystawowy z rokiem produkcji wózków 2022?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

**Zestaw pytań 11**

**Dot. Pakiet 6**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z centralnym systemem jezdnym z hamulcem? Jest to dużo bardziej wygodne rozwiązanie niż 2 kółka i 2 stopki antypoślizgowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wysokości w zakresie 44-101 cm, który jest jeszcze większym zakresem niż Zamawiający wymaga a parametr ten nie ma wpływu na efektywność zabiegu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

**Dot. Pakiet 7**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści stół z centralnym systemem jezdnym z hamulcem z możliwością poziomowania stołu? Jest to dużo bardziej wygodne rozwiązanie niż 2 kółka i 2 stopki antypoślizgowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 44-101 cm, który jest jeszcze większym zakresem niż Zamawiający wymaga a parametr ten nie ma wpływu na efektywność zabiegu.

ZP/90/ZCO/2023

***Dostawa sprzętu w ramach projektu „Ergonomia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii”  
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020***

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści stół o regulowanym zagłówku -85/+35 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

**Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić załącznik nr 1a i 1b do SWZ, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.**

Kierownik Zamawiającego  
p.o. Dyrektor Marzena Kula

.....