

Wrocław, 28 marca 2022 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SWZ

Nr sprawy: MED/85/2022

Dotyczy: postępowania klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę drobnego wyposażenia/wyrobów laboratoryjnych dla WOMP Wrocław.

W związku z wpływieniem zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pyt. nr 1 - dotyczy zad. nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści mieszadło silnikowe, magnetyczne o zakresie prędkości od 60 do 1600 obr./min ?”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. Pyt. nr 1:

Zamawiający **dopuszcza**, w zadaniu nr 9, mieszadło silnikowe, magnetyczne o zakresie prędkości od 60 do 1600 obr./min.

Z poważaniem

**KOMENDANT 2. WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2. WOG**


Marta SZCZUREK