



Katowice 30.10.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wyroby medyczne do transfuzji i infuzji II**

Nr sprawy: ZP-24-107UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 12 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku niedostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 14 i 15, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. Wskazana wysokość kary umownej nie jest wygórowana i zabezpiecza interes publiczny.**

Pytanie 2 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści przyrząd do infuzji z komorą kroplową o dł. 54mm? **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry komory kroplowej w przyrządzie do infuzji jak w opisie SWZ.**

Pytanie 3 Pakiet 5, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych o długości 1,5m. **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wszystkie swoje wymagania umieścić w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 4 Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardej blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach? **Odpowiedź: Zamawiający wszystkie swoje wymagania umieścić w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 5 Pakiet 10, poz. 1

Proszę o dopuszczenie Mini Spike z zaworem bezigłowym do butelek i większych fiolek zgodnego z opisem:

- wyposażony jest w zawór bezigłowy ze zintegrowaną uszczelką silikonową, która minimalizując użycie igły chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zaktuciami igłą
- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji



- przezroczysta obudowa zapewnia dobry widok na ścieżkę płynu
- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
- Obj. wypełnienia zaworu 0,085 ml
- Długość 7,5 cm
- Obj. wypełnienia zaworu z igłą 0,162 ml
- Przepływ - 111,22 ml/min
- filtr 3 mikrony

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wszystkie swoje wymagania umieścił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 6 Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści bezigłowy port wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne i skuteczne użytkowanie, wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu, zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port, doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza, płynów i ciał stałych, prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji, mały rozmiar portu, przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów, możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym, nie zawiera ftalanów, sterylizowany EO, czas użytkowania 7 dni lub 200 aktywacji, przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji, objętość wypełnienia 0,13 ml, przepływ > 1000 ml/10 minut przy 0,9% roztworze NaCl, objętość refluksu (przy odłączeniu): 0,02 ml, brak wycieków poniżej 200 kPa pod wpływem ciśnienia powietrza i ciśnienia hydraulicznego, wykonany z PC i silikonu, do dezynfekcji można użyć alkoholu?

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.