



DZP.KK.282.10.2024

Sopot, dnia 04.09.2024 roku

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 10-TP-24

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę i montaż sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby projektu pn.: „doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o.” dofinansowanego z budżetu Sejmiku Województwa Pomorskiego, w podziale na 7 Pakietów – oferty częściowe

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2023.1605 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

| Lp. | Treść pytania   | Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego  |
|-----|---|--|
| 1.  | <b>Pakiet 7, poz. 29 i poz. 47</b><br>Czy Zamawiający dopuści w przypadku łóżek Certyfikat ISO 13485: 2016, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?   | Tak, Zamawiający dopuszcza i w związku z tym modyfikuje zapis w poz. 29 i poz. 47 zał. nr 3.7 do SWZ   |
| 2   | <b>Pakiet nr 1 i nr 2</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę minimalnego okresu gwarancji dotyczącego urządzeń medycznych wymienionych w pakiecie nr 1 i 2, określonego w Rozdziale IX. pkt. 2 ppkt. 2.2 SWZ jako<br>"Deklarowany okres gwarancji - 24 miesiące - 0 punktów" na 12 miesięcy?   | Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   |
| 3   | <b>Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznika nr 3.2.</b><br>Zamawiający wymaga dostawy<br>"WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA KONWEKSOWA GŁOWICA ELEKTRONICZNA DO ZASTOSOWANIA W BADANIACH NACZYNIOWYCH, „MAŁYCH NARZĄDÓW” I NARZĄDÓW RUCHU; KOMPATYBILNA Z APARATEM MYLAB OMEGA".<br>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający omyłkowo wpisał zastosowanie głowicy konweks do badań naczyniowych, małych narządów i narządów ruchu, ponieważ takie zastosowanie mają głowice liniowe, natomiast głowica konweksowa znajduje zastosowanie m.in. w badaniach brzusznych. | Tak, Zamawiający potwierdza, iż w opisie Pakietu omyłkowo wpisał zastosowanie głowicy konweksowej do badań naczyniowych, małych narządów i narządów ruchu.<br>Opis powinien brzmieć:<br><b>„WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA KONWEKSOWA GŁOWICA ELEKTRONICZNA DO ZASTOSOWANIA W BADANIACH JAMY BRZUSZNEJ; KOMPATYBILNA Z APARATEM MYLAB OMEGA</b><br><br>W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w sposób wskazany powyżej w:<br>- Rozdz II ust. 1, opis Pakietu nr 2;<br>- Rozdz XV, Zał 2.2 – w tabeli - wiersz 1, kol. 2;<br>- Rozdz XV, Zał 3.2 – opis nad tabelą.<br>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie |

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść Zał. nr 2.2, 3.2 i 3.7 do SWZ 10-TP-24
2. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2023.1605 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
  - 1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2 o treści:  
„Termin składania ofert: do dnia 06.09.2024 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”  
otrzymuje brzmienie:  
„Termin składania ofert: **do dnia 10.09.2024 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”
  - 2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, punkt 4 o treści:



„Termin otwarcia  
ofert: Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się  
w dniu 06.09.2024 roku o godz. 09:15.”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej,  
które odbędzie się w dniu **10.09.2024 roku o godz. 09:15.**”

- 3) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,  
o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem  
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia  
05.10.2024 r.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem  
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia  
09.10.2024 r.**”

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę i montaż sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby  
projektu pn.: „doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w  
Sopocie Sp. z o. o.” dofinansowanego z budżetu Sejmiku Województwa Pomorskiego, w podziale na 7 Pakietów – oferty  
częściowe (znak: 10-TP-24) - **nie zmienia się.**

WICEPREZES ZARZĄDU

*lek. med. Kinga Kozicka*