

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 345/2020/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI_2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pakiet 9 – Mieszadło magnetyczne

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach SxGxW:215x360x112mm

Odpowiedź:


Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o lepszych parametrach grzania? Zakres: temperatura pokojowa-550oC?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.



Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem prędkości 100-1500 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pakiet 14 – układ deceleracji

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku angielskim.

Pytanie nr 5 - wzór umowy paragraf 6 ust.1 pkt 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umniejszenie kary umownej z 0,4% ceny określonej w par. 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na umniejszenie kary umownej z 0,4% ceny określonej w par. 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia do 0,2%.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stel


SPECJALISTA
mgr Anna Opalach
Sporządziła: mgr Anna Opalach