



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 34**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 1725 /3148 /2023**

**Data: 09.08.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023**

**Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 139***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego z następujących zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego:

**Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego II**

**Skład zestawu\*:**

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrilowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

**Opakowanie:**

Opakowanie typu sztywny blister.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Lub

# Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego IV

## Skład zestawu\*:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem Ø10 cm
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana)



## Opakowanie:

Opakowanie typu sztywne blister.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego IV.**

## **PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 153**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia miejscowego zgodnego z opisem, ale zamiast igły 21 G (zielonej) w skład zestawu wchodzi igła 22G (czarna)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**