



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 23.10.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 29/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych oraz jednorazowych narzędzi do zespołów naczyniowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

1. Dot. Zad. nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici, które od wymaganych w SIWZ różnią się jedynie stosunkiem kopolimeru glikolidu i L-laktydu [30/70], pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. Zad. nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici o długości 75cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nić o długości 70 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. Zad. nr 1 poz. 41, 42

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o **wydzielenie** w/w pozycji do oddzielnego Zadania.

Odp.: Zamawiający wydziela pozycję 41 i 42 do osobnego zadania

4. Dot. Zad. nr 2

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści nici, które w 14 dniu posiadają ok.75% początkowej siły podtrzymywania i ok.65-70% po 28 dniach od zaimplantowania? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. Zad. nr 2 poz. 9, 25

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o **wydzielenie** w/w pozycji do oddzielnego Zadania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dot. Zad. nr 2 poz. 25

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nici z igłą 1/2 koła okrągłą, pętlą?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

7. Dot. Zad. nr 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici o długości 75cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nić o długości 70 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. Zad. nr 3 poz. 11,12

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici z igłą o długości 77 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. Zad. nr 3 poz. 18-20

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o **wydzielenie** w/w pozycji do oddzielnego Zadania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dot. Zad. nr 4, poz. 8-10

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły odwrótnie tnącej kosmetycznej precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).

W przypadku odpowiedzi odmownej zwracam się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dot. Zad. nr 4, poz. 20, 21

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o **wydzielenie** w/w pozycji do oddzielnego Zadania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dot. Zad. nr 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici monofilamentowych, niewchłaniających, wykonanych z polipropylenu bez dodatku glikolu polietylenowego.


Odp.: Zgodnie z SIWZ.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

13. Dot. Zad. nr 8

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici syntetycznych, plecionych, szybkowchłaniających – ok. 42 dni, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, bezbarwne.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

14. Dot. Zad. nr 8

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici o długości 75cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. Zad. 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie syntetycznych, wchłaniających, barwionych, jednowłókienkowych nici chirurgicznych wytwarzanych z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

16. Dot. Zad. nr 9, poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici o długości 45cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia reszty parametrów określonych w SIWZ.

17. Dotyczy treści SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp.: Mając na uwadze treść art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Zamawiający nie może potwierdzić spełnienia wymogu wskazanego w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w sytuacji, gdy Wykonawca stosowne oświadczenie dołączy do oferty.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82