
Gdynia, dnia 16.03.2022 r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup system planowania radioterapii oraz rozszerzenie posiadanego systemu o dodatkowe funkcjonalności wraz z dostawą niezbędnego sprzętu.

D25M/251/N/55-93rj/21

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1. SWZ, roz. V, Termin wykonania zamówienia oraz Załącznik nr 5 do SWZ, Umowa, par. 3, ust. 1 i

Załącznik nr 7 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Etap 3, pkt 3

Obecnie wymagany jest termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Biorąc pod uwagę przebieg niniejszego postępowania, a następnie prawdopodobną datę podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.04.2022) oraz z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia obejmujący minimum dwóch niezależnych dostawców (jeden w ramach Etapu 1 i drugi w ramach Etapu 2) i związany z tym niezbędny czas na zrealizowanie dostawy oraz instalacji i szkoleń, realizacja w naszym rozumieniu we wskazanym terminie nie będzie możliwa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że sam czas niezbędny na instalację spowoduje wyłączenie z użytku klinicznego każdego z akceleratorów VitalBeam oraz tomografu komputerowego Somatom Definition AS64 na okres 1 tygodnia pracy klinicznej (w sumie 3 tygodnie), a skumulowanie prac równoległe na wszystkich aparatach spowoduje całkowite wstrzymanie pracy Zakładu Teleradioterapii. Realizacja szkoleń dla radioterapeutów, fizyków oraz techników to są kolejne dni wstrzymanej pracy. Przesunięcie terminu na instalację, uruchomienie oraz szkolenia umożliwi zrealizowanie całego zamówienia w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, a przede wszystkim dla pracy klinicznej Zakładu Teleradioterapii i leczonych pacjentów.

Ponadto uwzględniając obecną sytuację ogólnoswiatową związaną z zaburzeniami w produkcji elementów wykorzystujących podzespoły elektroniczne, w tym chipsety wykorzystywane do produkcji wymaganych komputerów, serwerów oraz systemów sterujących oferowanym systemem optycznych kamer, a także z zaburzeniami w transporcie międzynarodowym i logistyczne, nie ma możliwości wyprodukowania specyficznego

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

dla danego użytkownika końcowego zarówno systemu optycznych kamer, jak i komputerów i serwerów oraz dostarczenie do Zamawiającego w okresie krótszym niż 2 tygodnie od podpisania umowy (pozostałe 2 tygodnie to minimum niezbędne na instalację i szkolenia). Jednocześnie, zgodnie z warunkami konkursu Ministra Zdrowia na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” – zakup systemu planowania radioterapii lub jego nowych wersji, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w 2022 r. – przedstawienie faktury za dostawę wymagane jest do dnia 29.04.2022. Natomiast instalacja, uruchomienie, szkolenia oraz rozpoczęcie wykorzystywania klinicznego możliwe są do dnia 30.09.2022.

Czy – z uwagi na powyższe – Zamawiający zaakceptuje zmianę terminów realizacji w sposób umożliwiający złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz realizację zamówienia, a jednocześnie zgodny z warunkami konkursowymi określonymi przez Ministra Zdrowia, tj.:

☐ dostarczenie przedmiotu Umowy do dnia 27.04.2022, jednakże nie krótszym niż 4 tygodnie od podpisania umowy,

☐ instalacja, uruchomienie oraz szkolenia do dnia 30.08.2022.

Zamawiający zaakceptuje zmianę terminów realizacji w sposób umożliwiający złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz realizację zamówienia, a jednocześnie zgodny z warunkami konkursowymi określonymi przez Ministra Zdrowia, tj.:

☐ dostarczenie przedmiotu Umowy do dnia 27.04.2022, jednakże nie krótszym niż 4 tygodnie od podpisania umowy,

☐ instalacja, uruchomienie oraz szkolenia do dnia 30.08.2022.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 9 marca 2022 r. dokonał zmiany terminów zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SWZ, rozdział V. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie pod warunkiem, że w razie braku możliwości przechowania sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania urządzeń w siedzibie Wykonawcy. Jednocześnie ETAP III zmienia brzmienie na „transport, instalacja, szkolenia”.

Zamawiający modyfikuje tym samym zapis § 3 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy – etapu 1 oraz etapu 2 w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do 27-04-2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniu w tymże okresie poszczególnych terminów wykonywania prac i dostawy sprzętu z Zamawiającym. Etap 3 – transport, instalacja, szkolenia zostanie zrealizowany do dnia 30-08-2022r.

Poprzez realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający ma na myśli dostawę oraz aktualizację oprogramowania, konfigurację, szkolenia, dostawę sprzętu, wykonanie testów akceptacyjnych producenta.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega rozdział V SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”: Etap 1 oraz Etap 2 w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do 27-04-2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniu w tymże okresie poszczególnych terminów wykonywania prac i dostawy sprzętu z Zamawiającym. Etap 3 – transport, instalacja, szkolenia zostanie zrealizowany do dnia 30-08-2022 r.

Zamawiający w treści Projektu Umowy wprowadza zapis:

„W przypadku braku możliwości Zamawiającego przyjęcia systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem na stan przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego wchodzi także magazynowanie przedmiotu dostawy w magazynie Wykonawcy wraz z jego ubezpieczeniem od dnia wskazanego jako termin dostawy do dnia przetransportowania systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem do wskazanego miejsca montażu.”

W związku z w/w zmianą zmianie ulega zapis § 9 ust. 1 pkt 4 w następujący sposób:

„w wysokości 0,3 % łącznej ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w §3 ust.1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;”

PYTANIE 2. Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 4, Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do udzielania licencji, Załącznik nr 5 do SWZ, Umowa, par. 1, ust. 9

Licencja na objęte postępowaniem oprogramowanie udzielana jest na rzecz Zamawiającego przez podmiot posiadający do tego oprogramowania prawa, a nie przez Wykonawcę.

W celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu prosimy o usunięcie tego punktu albo potwierdzenie, że to oświadczenie odnosi się wyłącznie do oprogramowania stanowiącego wyrób medyczny i oznacza posiadanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę upoważnienia, o którym mowa w art. 90 ust. 4 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020.186 ze zm).

W przypadku odpowiedzi negatywnej, Zamawiający, proszony jest o potwierdzenie, że uprawnienie do dystrybucji oferowanego oprogramowania oznacza, zobowiązanie Wykonawcy lub Podwykonawcy, że Zamawiającemu udzielana zostanie licencja na oprogramowania, stanowiące przedmiot umowy, przez podmiot posiadający do tego prawo, na warunkach i zasadach jak określone w treści każdej z licencji zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 3. Załącznik n 5 do SWZ, Umowa, par. 1, ust. 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

W celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu prosimy o wykreślenie niniejszego ustępu w całości.

Oferowane systemy dla Etapu 1 i dla Etapu 2 są specjalistycznymi systemami, które nie mają możliwości połączenia, w tym integracji z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym systemami obsługującymi chorych, jednostkami diagnostycznymi i terapeutycznymi, informatycznymi bazami danych oraz z archiwum. Oferowany system w Etapie 1 komunikuje się wyłącznie z innymi systemami planowania leczenia w radioterapii posiadanymi przez Zamawiającego. Natomiast oferowany system w Etapie 2 komunikuje się wyłącznie z systemem weryfikacji i zarządzania ARIA oraz z akceleratorami VitalBeam posiadanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis.

PYTANIE 4. Załącznik n 8 do SWZ, ETAP 1, tabela, poz. II.1

W celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu prosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego wizualizacji obrazów typu DICOM z brachyterapii.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pojęcie: brachyterapia

PYTANIE 5. Załącznik n 8 do SWZ, ETAP 1, tabela, poz. II.2

W celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu prosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego propagacji rozkładów dawki.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pojęcie propagacji rozkładów dawki.

PYTANIE 6. Załącznik n 8 do SWZ, ETAP 1, tabela, poz. II.5

W celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu prosimy o wykreślenie tego parametru w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wykreślenia w całości poz. II.5 (etap 1)

PYTANIE 7. Załącznik n 8 do SWZ, ETAP 1, tabela, poz. II.7

W celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu prosimy o zaakceptowanie modyfikacji wymogu parametru w poz. II.7 i umożliwienie zaoferowania przenośnego komputera typu laptop, który będzie służył wyłącznie w celu obsługi oprogramowania liczącego rozkład dawki? Oferowane oprogramowanie będzie wykonywało obliczenia na serwerze wymienionym w parametrze w poz. II.3.

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający przyjmuje taką zmianę przeznaczenia zamawianego urządzenia, jednocześnie podtrzymując wszystkie pozostałe wymagania w zakresie minimalnych wymagań konfiguracyjnych wymaganego komputera przenośnego typu laptop wskazane w pozostałej części punktu Etap 1, II.7 tabeli Załącznika nr 8 do SWZ.

PYTANIE 8. Załącznik n 8 do SWZ, ETAP 2, tabela, poz. B.1

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymaga oprogramowania do zapewnienia zdalnego dostępu do posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania ARIA?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zdalnego dostępu do systemu Aria i Eclipse.

PYTANIE 9. Załącznik n 8 do SWZ, ETAP 1, tabela, poz. B.5, pkt 8)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie wymogu dostarczenia dwóch interfejsów sieciowych 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ obsadzonymi wkładkami 10Gb/s SFP+ oraz dodatkowo co najmniej jednej karty FC dwuportowej w standardzie minimum 16Gb/s obsadzonej wymaganymi wkładkami.

Jest to wymóg niepotrzebnie podnoszący koszty oferowanego serwera z uwagi na brak możliwości wykorzystania tych interfejsów w oferowanym serwerze biorąc pod uwagę, iż serwer ten będzie bezpośrednio włączony w wykorzystywaną sieć obsługującą serwer systemu weryfikacji i zarządzania radioterapią ARIA oraz systemu planowania leczenia Eclipse – wymagane interfejsy nigdy nie będą wykorzystane.

W przypadku braku akceptacji usunięcia niniejszego wymogu, w celu umożliwienia złożenia oferty

niepodlegającej odrzuceniu prosimy o zaakceptowanie modyfikacji treści tego parametru i umożliwienie zaoferowania serwera, który będzie posiadał wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, natomiast dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ obsadzone wkładkami 10Gb/s SFP+ będą zainstalowane na złączu PCIe.

Ze względu na wymóg w pkt 1), aby obudowa była wysokości max 1U oraz wymóg w pkt 8), aby interfejsy sieciowe były wbudowane, co należy rozumieć jako obecne na płycie głównej bez karty rozszerzeń PCI, obecne wymagania są niemożliwe do zrealizowania ze względu na wykluczające się wymagania wielkości fizycznych, tzn. brak miejsca na wymagane rozwiązanie w obudowie 1U.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wymagane interfejsy znacząco wydłużają proces produkcji i dostawy tego serwera, co uniemożliwia realizację dostawy do Zamawiającego w wymaganym terminie 4 tygodni od podpisania umowy, w tym do dnia 27.04.2022 (zgodnie z pytaniem nr 1).

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje modyfikację treści tego parametru i umożliwienie zaoferowania serwera, który będzie posiadał wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, natomiast dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ obsadzone wkładkami 10Gb/s SFP+ będą zainstalowane na złączu PCIe. Zamawiający dokonuje zmiany wymagań w tym zakresie i rezygnuje z zapisu konieczności

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

dostarczenia wraz z wymienionym serwerem karty FC dwuportowej w standardzie minimum 16Gb/s obsadzonej wymaganymi wkładkami.

PYTANIE 10. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §5 ust. 6. Zamawiający, mając na uwadze, że do przedmiotu zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. 2020.1369 ze zm.) (dalej UKSC) jak i przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017.2247 ze zm.) (dalej KRI) proszony jest o wykreślenie z ust. 6 treści odnoszącej się do wymogów UKSC oraz KRI.

Przedmiot zamówienia nie zwiększa ekspozycji na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ponieważ dostarczane elementy składowe będą wykorzystywać dokładnie ten sam poziom sprzętowo-aplikacyjny co wszystkie elementy obecnie posiadanego Systemu pełnej zintegrowanej linii radioterapeutycznej firmy Varian Medical Systems, tj. serwer systemu weryfikacji zarządzania ARIA oraz systemu planowania leczenia Eclipse wraz ze stacjami roboczymi. Ponadto dostęp do systemu planowania leczenia spoza sieci Zamawiającego, tj. z zewnątrz (z Internetu), będzie się odbywał przy użyciu dostarczanego przez Zamawiającego rozwiązania VPN, które obecnie jest wykorzystywane w Systemie Zamawiającego. Oferowany przedmiot umowy zbudowany jest z komponentów ogólnie dostępnych na rynku, produkowanych m.in. przez firmy Microsoft oraz Citrix.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje ten zapis wzoru umowy i wymagań systemów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozbudowa systemów informatycznych (czy to w celach aktualizacyjnych, czy też rozbudowy ich możliwości), to w rozumieniu Zamawiającego ingerencja w struktury programowe i konfiguracyjne danego systemu, które potencjalnie mogą naruszać jego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dlatego też Zamawiający żąda, aby prace związane z modernizacją, czy też rozbudową danego systemu nie pogarszały stanu bezpieczeństwa takiego systemu. Wykonawca dokonujący takich modyfikacji systemowych z punktu widzenia Zamawiającego zobligowany jest do zachowania wysokiej staranności również w zakresie ochrony cybernetycznej modyfikowanego systemu, tak aby nie pogorszyć stanu tej ochrony.

PYTANIE 11. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §5 ust. 6.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że za równorzędne weryfikacji spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań dotyczących ochrony danych osobowych, o której mowa w zdaniu ostatnim §5 ust. 6, uzna oświadczenie producenta oprogramowania (załącznik nr 1 do pytań).

Odpowiedź:

Zamawiający uzna takie oświadczenie.

PYTANIE 12. Specyfikacja Warunków Zamówienia, Rozdz. III.

Zamawiający proszony jest o weryfikację treści załącznika nr 2, załącznika nr 7 oraz załącznika nr 8 do SWZ – obecnie brak jest zgodności opisu zakresów etapów nr 1 oraz etapu nr 2 w treści poszczególnych z wyżej wskazanych załączników.

Dla pełnej przejrzystości i spójności prosimy o dopisanie w całej dokumentacji SWZ etapów realizacji w sposób następujący:

1. ETAP 1 – system planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem
2. ETAP 2 – Dodatkowa funkcjonalność do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

3. ETAP 3 – dostawa, instalacja, szkolenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poszczególne etapy realizacji przedmiotu postępowania otrzymują brzmienie:

Etap 1 - Dostawa Systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem

Etap 2 - Dostawa dodatkowej funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem

Etap 3 - Transport, Instalacja, szkolenia

Ww zmiana nazw etapów wprowadzona zostanie także do treści Projektu Umowy.

PYTANIE 13. Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdz. XXIII, pkt. 2.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od obowiązku składania oświadczenia JEDZ przez podwykonawców na zasobach, których Wykonawca nie polega w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 14. Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 3 w zw. z §8 ust. 1 załącznika nr 5, załącznikiem nr 7 do SWZ Etap 1 oraz Etap 2 oraz załącznikiem nr 8 do SWZ.

W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że oczekuje od Wykonawcy wskazania w pkt 3 Oferty okresu gwarancji na wyposażenie komputerowe oraz sprzętowe (z wyłączeniem aplikatorów brachyterapeutycznych) oraz że warunki i zasady gwarancji określone w pkt 3 oferty dotyczą wyłącznie gwarancji na wyposażenie komputerowe oraz sprzętowe (z wyłączeniem aplikatorów brachyterapeutycznych), a gwarancja i rękojmia na pozostały przedmiot zamówienia ma zostać udzielona na warunkach i zasadach jak określone w treści licencji oraz w załączniku nr 7.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to proszony jest o jednoznaczne i spójne w całej treści dokumentacji przetargowej określenie zasad i warunków oczekiwanej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia z uwzględnieniem jego poszczególnych elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 15. Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 3 w zw. z załącznikiem nr 7 do SWZ Etap 1 oraz Etap 2 oraz załącznikiem nr 8 do SWZ.

Zamawiający proszony jest o usunięcie sprzeczności co do terminu gwarancji na poszczególne części przedmiotu zamówienia w tym co do treści załącznika nr 7 w części Etap 1 oraz Etap 2 oraz załącznika nr 8 w części Etap 1 pkt II poz. 7 tiret 18 tj. minimalnego terminu gwarancji. W załączniku nr 1 oraz nr 7 do SWZ (oraz w załączniku nr 2) minimalny termin wynosi 24 miesiące, w załączniku nr 8 minimalny termin gwarancji to 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje ujednoczenia okresu gwarancyjnego dla elementu wymienionego w Załączniku nr 8 i dokonuje zmiany zapisów zgodnie z poniższą sentencją:

Załącznik nr 8

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Tabela, pkt. 7 „Przenośny komputer typu laptop, który będzie służył do kalkulacji rozkładów dawki algorytmem Monte Carlo 3D dla pkt. 1 i 2. Minimalna konfiguracja zestawu:”, podpunkt „Gwarancja”

„Gwarancja: Minimum 24 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego, czas naprawy - maksymalnie 21 dni kalendarzowych. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis sprzętu musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.”

PYTANIE 16. Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 5.

Mając na uwadze brak podziału przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania – Zamawiający proszony jest o zmianę treści pkt 5 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„5. Wadium: w kwocie zł zostało wniesione w formie”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ w pkt.5, które otrzymuje brzmienie: „ Wadium: w kwocie zł zostało wniesione w formie”

PYTANIE 17. Załącznik nr 2 do SWZ:

Zamawiający proszony jest o spójne określenie etapów zamówienia w całej treści dokumentacji postępowania w tym w załączniku nr 2, 7 oraz 8.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poszczególne etapy realizacji przedmiotu postępowania otrzymują brzmienie:

Etap 1 - Dostawa Systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem

Etap 2 - Dostawa dodatkowej funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem

Etap 3 - Transport, Instalacja, szkolenia

Ww zmiana nazw etapów wprowadzona zostanie także do treści Projektu Umowy.

PYTANIE 18. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §1 ust. 1.

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (cenę), jak na zasadach opisanych w §2 oraz §7 poniżej:

„1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu planowania radioterapii oraz rozszerzenie posiadanego systemu o dodatkowe funkcjonalności wraz z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej dla lokalizacji Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 w 3 Etapach. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (cenę), jak na zasadach opisanych w §2 oraz w §7 poniżej.”

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający wskazuje, że za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci wynagrodzenie zgodnie z § 2 umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zamawiający nie rozumie, jakie ryzyko widzi Wykonawca w dotychczasowych zapisach.

PYTANIE 19. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §1 ust. 2 w zw. z załącznikiem nr 8 do SWZ.

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie warunku określonego obecnie jako „*połączenie (integracja) ze wszystkimi elementami systemu oraz z innymi systemami informatycznymi jednostki Zamawiającego*”, w tym w szczególności proszony jest o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „*elementy systemu*”, „*inne systemy informatyczne*” poprzez wskazanie o jakie konkretnie systemy chodzi oraz co należy rozumieć pod pojęciem „*jednostka Zamawiającego*”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia powyższy zapis na:

„2. Platforma sprzętowo-programowa, będąca przedmiotem dostawy, musi gwarantować i bezwzględnie spełniać warunek bezpośredniego jej połączenia (integracji) z aktualnie rozbudowywanym środowiskiem i systemem obsługującym procesy radioterapii Zamawiającego”

PYTANIE 20. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §1 ust. 5 w zw. z załącznikiem nr 8 do SWZ.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że poprzez „*integrację i podłączenie przedmiotu dostawy do obecnego systemu Zamawiającego*” rozumie i akceptuje podłączenie i integrację poprzez komunikację z posiadanym zintegrowanym pełnym system obsługującym radioterapię firmy Varian Medical Systems.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

21. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §1 ust. 8.

Mając na uwadze, że wykonanie przedmiotu Umowy jest obwarowane terminami, których zabezpieczenie opiera się zarówno na karach umownych, jak i ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej oraz wzięwszy pod uwagę okoliczność, że od wykonania poszczególnych etapów zamówienia następuje zapłata ceny, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że termin dla czynności weryfikacji sprzętu od chwili jego faktycznego dostarczenia do chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nie będzie dłuższy niż 24 godziny.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w § 1 ust 5 wskazano: „Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru (zarówno po dostawie, jak i po uruchomieniu oraz przeprowadzeniu testów akceptacyjnych) powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy po jego dostawie oraz po jego uruchomieniu.”

PYTANIE 22. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §1 ust. 10.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie w treści niniejszego postanowienia, że miejscem, do którego ma zostać przetransportowany przedmiot dostawy, jest miejsce jego instalacji wskazane w §3 ust. 2 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i doprecyzowuje brzmienie § 1 ust. 10 umowy w następujący sposób:
„W ramach realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot Umowy zorganizowanym przez siebie transportem do wskazanego w § 3 ust. 2 punktu.”

PYTANIE 23. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §1 ust. 13.

Wnosimy o doprecyzowanie, że zobowiązania Wykonawcy w okresie gwarancji dotyczyć będą wyłącznie usuwania usterek, napraw i wymiany części sprzętu, których potrzeba naprawy wynikać będzie z przyczyn tkwiących w sprzęcie, a co do pozostałej części umowy warunki gwarancji i rękojmi określone są w licencji udzielonej Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 24. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §1 ust. 13.

Z zastrzeżeniem uwag zawartych do załącznika nr 1, załącznika nr 7 oraz załącznika nr 8 do SWZ - Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że warunki gwarancji określone załącznikiem nr 7 do SWZ stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zarówno umowa jak i załączniki do niej określają warunki gwarancji.

PYTANIE 25. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §2 ust. 1 w zw. z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 7 oraz załącznikiem nr 8 SWZ.

Zamawiający proszony jest o jednoznaczne i spójne określenie zakresów poszczególnych etapów zamówienia/przedmiotu umowy w całej dokumentacji postępowania ze szczególnym uwzględnieniem zakresu etapu 1 oraz etapu 2.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w wyniku modyfikacji poszczególne etapy otrzymują brzmienie:

Etap 1 - Dostawa Systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem

Etap 2 - Dostawa dodatkowej funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem

Etap 3 - Transport, Instalacja, szkolenia

Ww zmiana nazw etapów wprowadzona zostanie także do treści Projektu Umowy.

PYTANIE 26. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §2 ust. 2.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Z uwagi na opis parametru zawarty w załączniku nr 8 do SWZ, tabela dla ETAP 2, lit. B, poz. 3, Zamawiający proszony jest o zaakceptowanie następującej treści par. 2, ust. 2: 4 / 10

„2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, instalacji (w tym montażu, rozruchu, konfiguracji, prac dodatkowych i usług wynikających z realizacji przedmiotu Umowy), ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego, szkolenia personelu Zamawiającego, przekazania nieograniczonej czasowo licencji (z wyłączeniem oprogramowania dostarczanego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ, tabela dla ETAP 2, lit. B poz. 3, złożonym przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu znak D25M/251/N/55-93rj/21 i stanowiącym integralną część niniejszej Umowy) na oprogramowanie służące do eksploatacji sprzętu i jego akcesoriów oraz uwzględnia wszelkie rabaty, upusty i marżę.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 27. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), par. 3, ust. 2

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymaga dostarczenia przedmiotu Umowy w terminie dostawy określonym w par.3 ust.1 do miejsca realizacji umowy wskazanym w niniejszym ustępie oraz że zapewni bezpieczne przechowywanie przedmiotu Umowy do dnia rozpoczęcia instalacji w warunkach gwarantujących:

- właściwą temperaturę oraz wilgotność powietrza w miejscu przechowywania,
- odpowiednie nadzorowanie i kontrolę dostępu do miejsca przechowywania uniemożliwiającą m.in. wandalizm oraz kradzież poszczególnych elementów. Zamawiający potwierdza przejęcie odpowiedzialności za przedmiot Umowy wraz z momentem dostarczenia do miejsca realizacji i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z par. 4 ust. 6.

W przypadku braku takiego potwierdzenia, Zamawiający proszony jest o wskazanie miejsca dostarczenia przedmiotu Umowy zapewniającego bezpieczne jego przechowywanie lub zaakceptowanie możliwości przechowywania w magazynie Wykonawcy do dnia transportu do miejsca realizacji wskazanego w niniejszym ustępie celem rozpoczęcia instalacji. Jednocześnie Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że koszty magazynowania mają być uwzględnione w pozycji ETAP 3, tj. w dostawa, instalacja, szkolenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapewni bezpieczne przechowywanie przedmiotu Umowy do dnia rozpoczęcia instalacji w warunkach gwarantujących:

- właściwą temperaturę oraz wilgotność powietrza w miejscu przechowywania,
- odpowiednie nadzorowanie i kontrolę dostępu do miejsca przechowywania uniemożliwiającą m.in. wandalizm oraz kradzież poszczególnych elementów.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z par. 4 ust. 6 umowy: „Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementu przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.”

Zamawiający także dodaje zapis do umowy:

„W przypadku braku możliwości Zamawiającego przyjęcia systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem na stan przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego wchodzi także magazynowanie przedmiotu dostawy w magazynie Wykonawcy wraz z jego ubezpieczeniem od dnia wskazanego jako termin

dostawy do dnia przetransportowania systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem do wskazanego miejsca montażu.”

PYTANIE 28. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §3 ust. 3 oraz ust. 4.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że upoważnienia osób reprezentujących stronę mogą zostać przekazane drugiej stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej Zamawiającemu na adres [], a Wykonawcy na adres [].

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 29. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §3 ust. 5.

Zamawiający proszony jest o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: „*Za dni robocze, o których mowa w Umowie, rozumiane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 2020.1920).*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

PYTANIE 30. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §4 ust. 3.

Zamawiający, adekwatnie do przewidywanych okoliczności wykonania Umowy, proszony jest o zaakceptowanie zmiany treści niniejszego ustępu w sposób następujący:

„3. Opakowania i inne elementy służące do transportu przedmiotu Umowy stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy. W celu utrzymania miejsca instalacji w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usuwania z terenu Zamawiającego niezwłocznie po instalacji przedmiotu Umowy oraz zapewnienia porządku w pomieszczeniach, w których dokonano instalacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

PYTANIE 31. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §4 ust. 4.

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opisane w niniejszym paragrafie szkody w sytuacji, gdy powstały one z jego winy: „4. Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu, instalacji oraz wykonywania innych czynności składających się na przedmiot Umowy na terenie Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca, gdy powstały z jego winy lub zostały wyrządzone przez osoby występujące po jego stronie. Szkody te, o ile zaistnieją, potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości Wykonawca.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

PYTANIE 32. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §4 ust. 7.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający proszony jest o określenie zamkniętego katalogu dokumentów, które zobowiązany jest przekazać mu wykonawca. Mając powyższe na uwadze Zamawiający proszony jest o wykreślenie w ust. 7 treści w brzmieniu: „w tym w szczególności”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 33. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §5 ust.3.

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie, że mowa jest tutaj o wszelkich materiałach, dokumentach i informacjach, które dotyczą Zamawiającego lub wykonywanej przez niego działalności leczniczej lub gospodarczej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 34. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §5 ust 8.

Z uwagi na posługiwanie się w komentowanym postępowaniu terminami, które właściwe są ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742.) wnosimy o zastąpienie określenia „tajne” terminem „poufne” adekwatnie do okoliczności wykonania Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, powyższe wynika z kontekstu zdania

PYTANIE 35. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §7 ust. 1 w zw. z §2 ust. 1.

Z uwagi na ryczałtowy charakter ceny (wynagrodzenia) Wykonawcy oraz podzielenie płatności na 3 części odp. każdemu z etapów, Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie treści §7 ust. 1 w ten sposób, że otrzyma ona brzmienie:

„1. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy w ten sposób, że:

- 1) kwota z tytułu wykonania Etapu 1, w wysokości ... płatna będzie na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy podpisany przez Strony,
- 2) kwota z tytułu wykonania Etapu 2, w wysokości ... płatna będzie na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony,
- 3) kwota z tytułu wykonania Etapu 3, w wysokości ... płatna będzie na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół uruchomienia albo odrębny protokół szkolenia podpisany przez Strony.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ww zmianę.

36. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §7 ust. 2.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 2 jako niemającego żadnego związku z przedmiotem umowy oraz sposobem rozliczenia się Stron z tytułu wykonania Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 37. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §7 ust. 2.

W przypadku nie wykreślenia przez Zamawiającego ust. 2, mając na uwadze wielość stosunków prawnych, które mogą łączyć wykonawcę niniejszego zamówienia z Zamawiającym, z których wynikać mogą liczne zobowiązania, Zamawiający proszony jest o precyzyjne określenie co należy rozumieć pod pojęciem: „wszelkie znane roszczenia wobec Zamawiającego” jakie Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu uruchomienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę na wykreślenie.

PYTANIE 38. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 1, ust. 5 w zw. z pkt 3 załącznika nr 1, załącznikiem nr 7 do SWZ Etap 1 oraz Etap 2 oraz załącznikiem nr 8 do SWZ.

Zamawiający proszony jest o jednoznaczne i spójne w całej treści dokumentacji przetargowej określenie zasad i warunków oczekiwanej gwarancji i rękojmi na poszczególne części przedmiotu zamówienia/umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że minimalny termin gwarancji oferowanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące.

PYTANIE 39. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 6.

Zgodnie z istotą ochrony gwarancyjnej, którą określają przepisy kodeksu cywilnego, Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie w treści niniejszego postanowienia, że gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy, które swoje źródło mają w dostarczonej rzeczy:

„6. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad przedmiotu zamówienia mających swoje źródło w tej rzeczy w ramach wynagrodzenia umownego, przy czym w odniesieniu do oprogramowania wszelkie wady będą usuwane w zakresie i na warunkach jak określone w treści każdej z licencji producenta danego oprogramowania.”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody pozostawiając odniesienie do przepisów ogólnych w tym zakresie.

PYTANIE 40. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 8.

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie, że opisana w przywołanym ustępie wymiana części lub materiałów są wliczone w wynagrodzenie (cenę) Wykonawcy w trakcie obowiązywania okresu gwarancji:

„8. Części, materiały zużywalne, zalecane przez producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszelkie naprawy, wymiany części w trakcie trwania okresu gwarancji są wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

PYTANIE 41. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 9.

Mając na uwadze komentarz do §8 ust. 6 powyżej, Zamawiający proszony jest o wykreślenie z przywołanego postanowienia treści: „z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego” i zastąpienie jej treścią „z przyczyn mających swoje źródło w rzeczy”. Zgodnie z utrwaloną praktyką i przepisami k.c. dotyczącymi gwarancji, nie obejmuje ona w swej istocie uszkodzeń rzeczy, które są m.in. działaniami siły wyższej, jak np. zalanie sprzętu. Ochrona tego rodzaju uszkodzeń jest prowadzona w trybie ubezpieczenia rzeczy a nie zaś gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 42. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 10.

Zamawiający proszony jest o zmianę brzmienia w/w zapisu na następujące:

„Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii objętych gwarancją: drogą elektroniczną na adres e-mail, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Przekazanie zgłoszenia przez Zamawiającego, równoznaczne jest z faktem dokonania prawidłowego zgłoszenia awarii. Zgłoszenia Zamawiającego muszą zostać niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę – w formie odpowiedzi drogą elektroniczną przesyłanej pod adres poczty elektronicznej Zamawiającego -”

Uzasadniając powyższe, sugerowane zmiany, wyjaśniamy, iż ustalenie jednego kanału zgłaszania awarii będzie łatwiejsze w ewentualnej weryfikacji zgłoszeń. Ponadto, ponieważ zgłoszenia awarii nie następują pisemnie, nieuzasadnione wydaje się wymaganie pisemnego potwierdzenia tego zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 43. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 13.

Zamawiający proszony jest o wskazanie osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do podpisania raportu serwisowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że one są wskazane w par. 3 ust. 4 umowy.

PYTANIE 44. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 13.

Zamawiający proszony jest o dodanie do w/w zapisu zdania trzeciego w brzmieniu: „W przypadku naprawy wykonanej za pośrednictwem dostępu zdalnego Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osobę wykonującą naprawę, do jednostronnego podpisania raportu serwisowego i uznania jako terminu zakończenia jej zakończenia, daty i godziny wskazanej w raporcie serwisowym. Raport serwisowy przestany zostanie Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [].”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 45. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 17.

Zamawiający proszony jest o odstąpienie od wymogu opisanego w ust. 17.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 46. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §8 ust. 20.

Zamawiający, mając na uwadze komentarz do §8 ust. 6 oraz ust. 9 powyżej proszony jest o zmianę treści ust 20 w ten sposób, że otrzyma ona brzmienie:

„20. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania sprzętu lub mające swoje źródło poza rzeczą/sprzętem.”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 47. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt 1).

Ponieważ przekroczenie liczby dni przestoju (15 dni roboczych w roku) powoduje przedłużenie okresu gwarancji o dwa dni za każdy dodatkowy dzień przestoju trwający ponad 15 dni, zgodnie z § 8 ust. 28 pkt 3, a więc w przypadku zwłoki w realizacji świadczeń gwarancyjnych Wykonawca ponosi koszt świadczenia tych usług również w okresie przedłużonej gwarancji (podwójnie za każdy dzień przestoju), w związku z powyższym prosimy o usunięcie z Umowy zapisów §9 ust. 1 pkt 1 stanowiących powtórzoną sankcją odszkodowawczą za to same zdarzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ewentualny przestój Zakładu Teleradioterapii Gdynskiego Centrum Onkologii będzie miał swoje niepożądane skutki dla zdrowia i życia pacjentów.

PYTANIE 48. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9, ust.1, pkt 1).

W przypadku nie usunięcia w/w zapisu zgodnie z powyższym pytaniem prosimy o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w w/w zapisie z 500,00 zł na 50,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji określając karę umowną w §9, ust.1, pkt 1). w wysokości 400,00 zł.

PYTANIE 49. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt 1).

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Jeżeli Zamawiający nie wykreśli pkt 1) w §9 ust. 1 to proszony jest o jednoznaczne i precyzyjne określenie zasad naliczenia kary umownej poprzez:

- 1) doprecyzowanie, że niniejsza kara umowna dotyczy sytuacji, w której wypadek przestoju jest spowodowany wyłącznie nieprawidłowym działaniem przedmiotu dostawy z przyczyn w nim tkwiących,
- 2) kara umowna naliczana będzie, w przypadku, gdy okres przestoju przekroczy 15 dni roboczych liczonych zgodnie z §8 ust. 8 ust. 28 pkt 4) Umowy,
- 3) kara dotyczyć będzie wyłącznie zwłoki wykonawcy tj. przedłużenia przestoju z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany kwestionowanego zapisu umowy na następujący:

- 1) w wysokości 500,00 zł za każdy wypadek przestoju w pracy Zakładu Teleradioterapii Gdyńskiego Centrum Onkologii – Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia spowodowany nieprawidłowym działaniem przedmiotu dostawy z przyczyn w nim tkwiących na dłużej niż to wynika z §8 ust.28 nn umowy za każdy dzień ponadwymiarowego zatrzymania, przy czym kara dotyczyć będzie wyłącznie zwłoki Wykonawcy, a kara umowna naliczana będzie, w przypadku, gdy okres przestoju przekroczy 15 dni roboczych liczonych zgodnie z §8 ust. 8 ust. 28 pkt 4) Umowy,

PYTANIE 50. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY),§9, ust.1, pkt 2).

Prosimy o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w w/w zapisie z 2 000,00 na 1 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 51. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY),§9, ust.1, pkt 2).

Prosimy o dodanie do w/w zapisu na końcu treści: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

PYTANIE 52. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt 3) w zw. z pkt 1) oraz §8 ust. 28.

Z uwagą fakt, że przekroczenie liczby dni przestoju 15 dni roboczych w roku powoduje przedłużenie okresu gwarancji o dwa dni za każdy dodatkowy dzień przestoju trwający ponad 15 dni, zgodnie z § 8 ust. 28 pkt 3, a więc w przypadku zwłoki w realizacji świadczeń gwarancyjnych Wykonawca ponosi koszt świadczenia tych usług również w okresie przedłużonej gwarancji (podwójnie), w związku z powyższym prosimy o usunięcie z Umowy zapisów §9 ust. 1 pkt 3 stanowiących podwójną sankcję odszkodowawczą za to same zdarzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis na następujący:

„3) w wysokości 4.000,00 zł za brak sprawności systemu na poziomie 96% za każdy taki stwierdzony przypadek, inny aniżeli wskazane w pkt 1)powyżej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

PYTANIE 53. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9, ust.1, pkt 3).

W przypadku nie usunięcia w/w zapisu zgodnie z powyższym pytaniem prosimy o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w w/w zapisie z 4 000,00 na 100,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji określając karę umowną w §9, ust.1, pkt 3). w wysokości 3000,00 zł.

PYTANIE 54. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt 3) w zw. z pkt 1) oraz §8 ust. 28.

W przypadku nie wykreślenia pkt 3) w §9 ust. 1 Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że okoliczność „braku sprawności sprzętu” będzie oceniana zgodnie z kryteriami określonymi w §8 ust. 28 pkt 1-4 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że okoliczność „braku sprawności sprzętu” będzie oceniana zgodnie z kryteriami określonymi w §8 ust. 28 pkt 1-4 Umowy.

PYTANIE 55. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt 3).

W przypadku nie wykreślenia §9 ust. 1 pkt 3) prosimy o dodanie do w/w zapisu na końcu treści: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, odpowiedź jak w odpowiedzi na pytanie 52.

PYTANIE 56. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt 4) zdanie drugie.

Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie jaki konkretnie przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objęty jest postanowieniem §9 ust. 1 pkt 4) zdanie drugie i za jaki okres Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że są to czynności objęte etapami i terminami wskazanymi w §3 ust.1 umowy

PYTANIE 57. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9, ust.1, pkt 4).

Proszę o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w w/w zapisie z 0,3% na 0,2%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

PYTANIE 58. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9, ust.1, pkt 5).

Z uwagi na fakt, że każda naprawa związana z przestojem systemu powoduje przedłużenie okresu gwarancji, zgodnie z § 8 ust. 15, a więc w przypadku zwłoki w realizacji świadczeń gwarancyjnych Wykonawca ponosi koszt świadczenia tych usług również w okresie przedłużonej gwarancji, w związku z powyższym prosimy o usunięcie z Umowy zapisów §9 ust. 1 pkt 5 – nieuzasadnione jest stosowanie dwóch sankcji odszkodowawczych względem tego samego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 59. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9, ust.1, pkt 5).

W przypadku nie usunięcia w/w zapisu zgodnie z powyższym pytaniem proszę o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w w/w zapisie z 0,1% na 0,01%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji określając karę umowną w §9, ust.1, pkt 5). w 0,05%.

PYTANIE 60. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9, ust.1, pkt 6).

Proszę o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w w/w zapisie z 10% na 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji określając karę umowną w §9, ust.1, pkt 6). w wysokości 5%.

PYTANIE 61. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt 6).

Zamawiający proszony jest o wykreślenie z treści niniejszego postanowienia treści: „*albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego*” ponieważ obejmuje ono również sytuacje odstąpienia spowodowane m.in. działaniem siły wyższej, gdy tymczasem zgodnie z §9 ust. 4 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie Umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, epidemia itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

PYTANIE 62. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 1 pkt ostatni oznaczony jako „5” w zw. z ust. 1 pkt 1), 3),4), 5).

Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści dot. kary umownej w zw. z uprawnieniem do naliczenia kary umownej w przypadkach jak określone w pkt.1),3),4) oraz 5).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki wniosek Wykonawcy.

PYTANIE 63. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), § 9, ust. 1, pkt ostatni oznaczony jako „5”

W przypadku nie usunięcia w/w zapisu zgodnie z powyższym pytaniem proszę o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w w/w zapisie z 0,5% na 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji określając karę umowną w §9, ust.1. ostatni oznaczony jako „5” w wysokości 0,25%.

PYTANIE 64. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), § 9, ust. 1, pkt 6.

Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z tytułu przedmiotowej umowy z 70% na 20%. Przedmiotowa umowa zawiera liczne zapisy o karach umownych, ponadto kary te kumulują się. Zamawiający musi wziąć pod uwagę fakt, że tak liczne i wysokie ryzyka jakimi obarczona będzie realizacja przedmiotowej umowy muszą zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Ponadto chcemy podkreślić, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtowało się stanowisko, że jeżeli kara umowna jest równa bądź zbliżona do wartości zobowiązania, należy ją uznać za rażąco wygórowaną.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji i zmniejsza wysokość kar umownych do poziomu 50%.

PYTANIE 65. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 6 pkt 3).

Zamawiający mając na uwadze ogólne zasady odpowiedzialności uprawniające do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki dłużnika, proszony jest o doprecyzowanie w/w zapisu poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu:

„Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 3) dotyczy przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednakże modyfikuje zapis na następujący:

„ w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, w tym dostarczenia przedmiotu Umowy niekompletnego, wadliwego lub niezgodnego ze złożoną ofertą, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §9 ust.1 pkt 6) Umowy.

PYTANIE 66. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §9 ust. 6 pkt 3).

Prosimy o dodanie do w/w zapisu zdania o następującym brzmieniu:

„Odstąpienie od umowy dokonane bez zachowania formy pisemnej lub nie zawierające uzasadnienia jest nieważne.”.

Odstąpienie jest czynnością powodującą daleko idące skutki prawne, co uzasadnia konieczność zastrzeżenia dla tej czynności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż wymóg pisemności zawarł na końcu ustępu.

PYTANIE 67. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §10 ust. 4.

Prosimy o zmianę brzmienia w/w zapisu na następujące:

Zamawiający dopuszcza zmianę nazw i modeli sprzętu komputerowego lub serwerów zaoferowanych w ofercie Wykonawcy w przypadku niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji, wycofaniem z rynku tych urządzeń, przerwą łańcucha dostaw, przerwą w produkcji lub brakiem komponentów oraz zastąpieniem tych urządzeń urządzeniami o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, w toku realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 68. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §10, ust. 4 (drugi, po ust. 6 – pomyłka w numeracji).

Prosimy o zmianę brzmienia w/w zapisu na następujący:

„W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony mogą ustalić nowy termin w drodze aneksu do Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji.

PYTANIE 69. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), § 10.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 10 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego infrastruktury, sprzętu i pomieszczeń niezbędnych do realizacji umowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że mieści się to w zakresie zapisu par. 10 ust. 6 pkt 1 lit b) umowy.

PYTANIE 70. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), § 10.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 10 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z niewyznaczeniem przez Zamawiającego osób do przeszkolenia lub niemożliwością uczestnictwa zgłoszonych przez Zamawiającego osób w szkoleniu. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji szkoleń może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że mieści się to w zakresie zapisu par. 10 ust. 6 pkt 1 lit b) umowy.

PYTANIE 71. Załącznik nr 5 do SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/55-93rj/21 (PROJEKT UMOWY), §13 ust. 1.

Zamawiający po treści „Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm)” proszony jest o dodanie treści: „oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji.

PYTANIE 72. Załącznik nr 7 do SWZ, ETAP 2, pkt 4

Zamawiający proszony jest o wykreślenie punkt 4, który jest powtórzeniem treści z punkt 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 73. Załącznik nr 8 do SWZ D25M/251/N/55-93rj/21.

W celu ujednoczenia zasad i warunków oczekiwanej gwarancji, Zamawiający proszony jest o wykreślenie w całości treści „Gwarancja: Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego, czas naprawy - maksymalnie 21 dni kalendarzowych. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis sprzętu musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej.” z punktu 7 tabeli II. Parametry techniczne ETAP 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że minimalny termin gwarancji oferowanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące, dokonuje stosownych ujednoczeń w tym zakresie.

PYTANIE 74. Wnosimy o rozdzielenie przedmiotowego postępowania na osobne pakiety, tj. osobnego pakietu, który funkcjonuje pod nazwą ETAP 1, osobnego pakietu, który funkcjonuje pod nazwą ETAP 2 „A” oraz osobnego pakietu, który funkcjonuje pod nazwą ETAP 2 „B”2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 75. (Dotyczy ETAP II A, pkt. 25 i 26)

W celu możliwości oferty niepodlegającej odrzuceniu wnosimy o wykreślenie parametrów z pozycji 25 oraz 26. w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 76. (Dotyczy ETAP II A, pkt. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36)

W celu złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu wnosimy o wykreślenie parametrów z pozycji 28, 29, 32, 33, 34, 35 w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT


mgr Beata Martyn Mrozowska