



Znak: AE/ZP-27-46/23

Tarnów, 2023-07-17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 39** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 39 bezszwowego mocowania cewników do wkłuc centralnych, uchwyt ze zmienną szerokością gniazda dopasowujący się do szerokości „delty”, część zatraskowa wykonana z dwuwarstwowego zabezpieczenia typu Velcro, miękka samoprzylepna część opatrunku z zastosowaniem do 7 dni. Nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, produkt hypoalergiczny, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem. Pakowany po 1 szt
- Dotyczy pkt. 23 SWZ** - Pytanie do wzoru umowy: W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.
- Dotyczy Pakietu Nr 38** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie parafiny granulowanej przeznaczonej do badań histopatologicznych (stacje do zatapiania materiału, procesory tkankowe), po roztopieniu gotowa do użytku - nie wymaga żadnych dodatków wosku, zawierająca wszystkie potrzebne substancje uszlachetniające, nie zawierająca plastikowych polimerów, temperatura topnienia 56-58°C, opakowanie 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 21 op. po 10 kg każde.
- Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1,2,3** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 36, Pozycji 1,2 i 3 pasującej do igieł przewodniczących o dł. 34 mm. Igły charakteryzują się bardzo dobrą jakością i są dobrze sprzedawanym produktem medycznym na polskim rynku.
- Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 6, 7** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pozycji nr 6 i 7 igieł o dł. 88 mm.
- Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2** - Czy Zamawiający zamiast opisanych parametrów w pakiecie 26 dopuści produkt równoważny o tych samych lub lepszych funkcjach leczniczych? Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - zestaw zakładany metodą Seldingera, z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, kolorowe oznaczenie zakończeń, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną, przewodnik nitinolowy J o średnicy 50cm x 0,035, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.
Dla pozycji 1 cewnik dwukanałowy, rozmiar cewnika 7F x 8" (20 cm)
Dla pozycji 2 cewnik trzykanałowy, rozmiar cewnika 7F x 8" (20 cm)
- Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zamawiający całkowicie zrezygnuje z przewodniczących na rzecz przewodniczących nitinolowych (nيتينol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta), które posiada już w swojej ofercie większość wykonawców?
- Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zamawiający wymaga rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania?



9. **Dotyczy pkt 23.1 SWZ i Pakietu Nr 22** - Czy dla pakietu nr 22 (gąbki hemostatyczne – wyroby medyczne), nieuwzględniającego w swoim zakresie produktów leczniczych na ratunek życia, Zamawiający może potwierdzić, że termin realizacji dostaw „na cito” wynoszący 24h będzie wymagalny wyłącznie w dni robocze?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1 , 2** - W celu zwiększenia konkurencyjności ofertowej czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 21 pozycji nr 1 i 2 i utworzenia osobnego pakietu na butelki sterylne ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 2** - Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie nr 21 w pozycji nr 2 butelki sterylnej z gwintem o pojemności 150 ml, pakowanej osobno i kompatybilnej ze smoczkami z pozycji nr 4 i 5 ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 23 pozycji 1 , trzech osobnych produktów : zestawu uniwersalnego do podaży grawitacyjnej z łącznikiem ENFit oraz łącznika nakręcanego (odkręcanego) typu lejek i łącznika oral/luer syringe umożliwiającego połączenia z portem do przepłukiwania i podawania leków do strzykawki luer slip/Janeta. Nie zmienia to produktu pod względem jego funkcjonalności a pozwoli złożyć ofertę większości Wykonawców i tym samym zwiększy konkurencyjność.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w dokładniejszy filtr bakteryjny 0,1 µm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 26G/19mm/0,6-0,62 mm o przepływie 19 ml/min, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy zamawiający dopuści kaniule ze skrzydełkami nie chowającymi się w uchwycie i bez otworu znajdującego się przy ostrzu igły, o przepływie 19 ml/min? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający w Pakiecie Nr 39 dopuszcza również zaoferowanie bezszwowego mocowania cewników do wkłuc centralnych, posiadającego uchwyt ze zmienną szerokością gniazda dopasowujący się do szerokości „delt”, część zatrzaskowa wykonana z dwuwarstwowego zabezpieczenia typu Velcro, miękka samoprzylepna część opatrunku z zastosowaniem do 7 dni, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, produkt hypoalergiczny, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem, pakowany po 1 szt.

Ad 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

Ad 3.

Zamawiający w Pakiecie Nr 38 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 4.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 5.

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 6, 7 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 6.

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 1 dopuszcza również zestaw do kaniulacji dużych naczyń - zestaw zakładany metodą Seldingera, z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, kolorowe oznaczenie zakończeń, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną, przewodnik nitinolowy J o średnicy 50cm x 0,035, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp. Cewnik dwukanałowy, rozmiar cewnika 7F x 8" (20 cm).

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 2 dopuszcza również zestaw do kaniulacji dużych naczyń - zestaw zakładany metodą Seldingera, z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, kolorowe oznaczenie zakończeń, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną, przewodnik nitinolowy J



o średnicy 50cm x 0,035, strzykawka prowadząca 5CC umożliwi przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp. Cewnik trzykanałowy, rozmiar cewnika 7F x 8" (20 cm).

Ad 7.

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 8.

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 nie wymaga ale dopuszcza również zaferowanie zestawu z rozszerzaczem z powłoką hydrofilną aktywowaną solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wchłaniania. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad 9.

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 10.

Zamawiający nie wyraża gody na wydzielenie z Pakietu Nr 21 pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu.

Ad 11.

Zamawiający w Pakiecie Nr 21 poz. 2 dopuszcza również zaferowanie butelki sterylnej z gwintem o pojemności 150 ml pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 12.

Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz. 1 dopuszcza również zaferowanie trzech osobnych produktów: zestawu uniwersalnego do podaży grawitacyjnej z łącznikiem ENFit oraz łącznika nakręcanego (odkręcanego) typu lejek i łącznika oral/luer syringe umożliwiającego połączenia z portem do przepłukiwania i podawania leków do strzykawki luer slip/Janeta. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad 13.

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 14.

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 15.

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

