

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kompletnego systemu pomiarowego do prowadzenia pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych, na zgodność z wymaganiami normy SDIP-27/2; CISPR 11:2015, CISPR 12:2007, CISPR 14:2016, CISPR 15:2013, CISPR 22: 2010, CISPR 32:2015, MIL-STD 461G.*

Nr postępowania 8/Z-16/8261, 8265/PN/2022/D

## WYJASNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.04.2022 r. a mianowicie:

**Pyt. 1:** W procedurze będziemy polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych partnera zagranicznego, co wiąże się z koniecznością złożenia przez niego JEDZ. Zostanie on wypełniony w jego ojczystym języku i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy wskazany dokument powinien zostać przetłumaczony na język polski? Jeśli tak, to czy ma to być tłumaczenie przysięgłe?

**Pyt. 2:** Czy Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę i partnera udzielającego zasobów, wypełniającego JEDZ, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ? Jeśli tak to w jakiej formie - prosimy o wzór dokumentu?

**Pyt. 3:** Czy oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa również firma udzielająca zasobów?

**Pyt. 4:** Ze względu na konieczność zgromadzenia dokumentów dotyczących naszego partnera zagranicznego, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz okres świąteczny i długi weekend majowy prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 13.05.2022 r.

**Zamawiający, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następującej odpowiedzi:**

**Odp. 1:** Oświadczenie musi być przetłumaczone na język polski. Nie ma konieczności tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

**Odp. 2:** Zamawiający nie wymaga złożenia takiego oświadczenia.

**Odp. 3:** Nie.

**Odp. 4:** Zgodnie ze zmianą treści SWZ.

**Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

Pkt I w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„ I. Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż kompletnego systemu pomiarowego do prowadzenia pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych, na zgodność z wymaganiami normy SDIP-27/2; CISPR 11:2015, CISPR 12:2007, CISPR 14:2016, CISPR 15:2013, CISPR 22: 2010, CISPR 32:2015, MIL-STD 461G” oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, o parametrach i w ilości podanych w Formularzu technicznym przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) tj.

str. 1/2

.....  
.....  
.....”

Pkt. 8.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **90 dni**, tj. do dnia **10.08.2022 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

Pkt. 10.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://itwl.platformazakupowa.pl) pod adresem <https://itwl.platformazakupowa.pl/pn/itwl> do dnia **13.05.2022 r. do godziny 11:00.**”

Pkt. 10.7 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 13.05.2022 r. o godzinie 11:15**”

**Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia i zmiany treści SWZ przy opracowywaniu oferty.**

*Joanna Błaszczak*  
.....  
(podpis Przewodniczącego Komisji przetargowej)

*Monika Wysocka*  
*5.5.22* *Wysocka* *Sechani*

str. 2/2