

COZL/DZP/AS/3412/TP-91/21

Lublin, dnia 10.08.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :  
**„Dostawa zestawów kompatybilnych ze wstrzykiwaczem kontrastu Madred Spectris Solaris na potrzeby COZL”**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów kompatybilnych ze wstrzykiwaczem kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego, Medrad Spectris Solaris EP MR, który zawiera dwa jednakowe ostrza typu spike. Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Prosimy zatem o dopuszczenie do zaoferowania Zestawu składającego się z:

- 2-ch jednorazowych wkładów:
  - 1 x wkład o pojemności 65 ml.
  - 1 x wkład o pojemności 115 ml.
  - z 2-ch ostrzy:
  - 1x ostrze typu Spike do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną
  - 1 x ostrze typu Spike do fiolki z kontrastem
  - 1 x złącze niskociśnieniowe o dł. 250 cm z jednym zaworkiem zwrotnym i z trójnikiem Y o różnej długości ramion (odpowiednio +/- 8 cm dla odgałęzienia po stronie kontrastu oraz +/- 15 cm dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)
- Op = 50 zestawów

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Dariusz Ciwiński*