

znak: SZP/ZP/N/S/33/2018

Wejherowo, dnia 07.01.2019r.

D.25 C/250/ 4 /2019

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWYCH NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA APARATÓW ELEKTROCHIRURGICZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: SZP/ZP/N/S/33/2018, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycję 2 do oddzielnego pakietu lub zrezygnuje z elektrody neutralnej silikonowej, wielorazowej z uwagi na fakt, iż elektrody neutralne silikonowe, wielorazowe dla dzieci nie są już używane ze względu na znaczne ryzyko poparzenia skóry dziecka. Skóra dzieci jest znacznie delikatniejsza i mniej odporna na wysoką temperaturę od skóry dorosłej osoby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie elektrody neutralnej silikonowej dla dzieci elektrodami neutralnymi jednorazowego użytku, dwudzielnymi, hydrożelowymi z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającymi aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm². Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt., które są bezpieczne w użytkowaniu dla dzieci -

1 opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca oferując asortyment o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w SIWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 2 do SIWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



mgr Monika Klause