

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 07.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.(ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie 1 Pakiet 55 Pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Czujnik do pulsoksymetru stacjonarnego YK810B nr kabla SP1S7P-1G1.

Pytanie 2 Pakiet 55 Pozycja 16

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu dwuwarstwowego ? Reszta bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

z poważaniem:

Z-ca Długoletni
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Sabina Steczek

