

L.dz. DAG / 242 / 189 / 2024

Dotyczy: postępowania nr PN-15/24 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej.

Stosownie do postanowienia art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) ZAMAWIAJĄCY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje, poniżej, treść otrzymanych drugich zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1, dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr PN-15/24 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE, BARWIARKA WRAZ Z NAKRYWARKĄ – 1 komplet, pozycja 4:**

Prosimy o doprecyzowanie czy ZAMAWIAJĄCY wymaga urządzenia o wydajności 360 szkiełek na godzinę?

**Odpowiedź nr 1:**

Tak, ZAMAWIAJĄCY wymaga urządzenia o wydajności 360 szkiełek na godzinę.

**Pytanie nr 2, dotyczy załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr PN-15/24 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE, BARWIARKA WRAZ Z NAKRYWARKĄ – 1 komplet, pozycja 9:**

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści urządzenie ze stacjami płuczącymi o pojemności 380 ml z możliwością podłączenia dwóch różnych źródeł wody (woda wodociągowa, woda destylowana i demineralizowana)?

**Odpowiedź nr 2:**

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na powyższe i dopuszcza opisane przez WYKONAWCĘ urządzenie.

**Pytanie 3, dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr PN-15/24 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE, BARWIARKA WRAZ Z NAKRYWARKĄ – 1 komplet, pozycja 15:**

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści urządzenie z funkcją agitacji wykonywaną przez niezależny od ramion transportowych element z możliwością ustawienia szybkości mieszania w 5 krokach, 0 – brak mieszania, 5 – najszybsze mieszanie?

**Odpowiedź nr 3:**

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na powyższe i dopuszcza opisane przez WYKONAWCĘ urządzenie.

**Pytanie 4, dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr PN-15/24 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE, BARWIARKA WRAZ Z NAKRYWARKĄ – 1 komplet, pozycja 50:**

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści stół o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej z blatem z konglomeratu?

**Odpowiedź nr 4:**

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na powyższe i dopuszcza opisany przez WYKONAWCĘ stół.

**Pytanie 5, dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr PN-15/24 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE, MIKROTOM – 2 sztuki , pozycja 7:**

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści mikrotom bez zintegrowanej linijki w podstawie?

**Odpowiedź nr 5:**

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na powyższe i dopuszcza opisany przez WYKONAWCĘ mikrotom.

**Pytanie 6, dotyczy projektu umowy:**

Czy ZAMAWIAJĄCY wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §8 ust. 1 lit. d) wzoru umowy zgodnie z poniższą propozycją:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

- a) w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą dobę w przypadku zwłoki w zakresie reakcji serwisu gwarancyjnego.

**Odpowiedź nr 6:**

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody zmianę w projekcie umowy. Kary umowne mają za zadanie dyscyplinować WYKONAWCĘ, co ma szczególne znaczenie w przypadku obowiązku dostaw przedmiotu zamówienia związanego z udzielaniem świadczeń medycznych.

**Pytanie 7, dotyczy projektu umowy:**

Czy ZAMAWIAJĄCY wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §8 ust.1 lit. f) wzoru umowy zgodnie z poniższą propozycją:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

- a) w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieposiadania przez urządzenie dokumentu wymaganego przepisami o wyrobach medycznych lub inne stwierdzenie naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie wyrobów medycznych.

**Odpowiedź nr 7:**

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody zmianę w projekcie umowy. Kary umowne mają za zadanie dyscyplinować WYKONAWCĘ, co ma szczególne znaczenie w przypadku obowiązku dostaw przedmiotu zamówienia związanego z udzielaniem świadczeń medycznych.

**Pytanie 8:**

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści złożenie jako przedmiotowych środków dowodowych kart katalogowych sporządzonych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu?

**Odpowiedź nr 8:**

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na powyższe i dopuszcza karty katalogowe sporządzone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu.

**Pytanie 9:**

Czy ZAMAWIAJĄCY w zakresie poz. 1, 3 i 4 dopuści złożenie oferty z urządzeniami posiadającymi Deklarację Zgodności CE IVD?

**Odpowiedź nr 9:**

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na powyższe i dopuszcza urządzenia z Deklaracją Zgodności CE IVD.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Marta Krysiak, nr tel. 91 42 51 431.

Zatwierdzam:

**Dyrektor**

**Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii**