



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 5 stycznia 2022 r.

N/znak: FZAP-380-1/12/21

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o jakim stanowi art. 132 na dostawę protez ortopedycznych.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści zaoferowanie głowy bipolarnej o średnicach od 42-60 ze skokiem co 1mm i dodatkowo głowy 62mm oraz metalowej głowy wewnętrznej z pokryciem ceramicznym o średnicy 22mm w 3 długościach szyjki? Parametry dla głowy wewnętrznej 28mm bez zmian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Formularz parametrów technicznych Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści zaoferowanie elementów endoprotezy o następujących parametrach: Trzpień przynasadowy prosty, uniwersalny, bezkońierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką 3D z proszku tytanowego, w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki. Panewka z otworami do śrub stabilizujących, wyposażonymi fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. implantcast Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa NIP: 525-22-80-013 REGON: 015539598 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000169367 REGON 015539598 NIP 525-22-80-013 Wkładka z polietylenu crosslink w wersji standard i z co najmniej 10^o nadbudową. Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. Śruby o długości od 15mm do 60 mm ze skokiem co 5mm.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ– Wzór umowy Zapis w §5 ust. 6 brzmi: 6) łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% ogólnej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis o następującej treści: łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% ogólnej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomii
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Jakowicz
w Chojnicach
Monika Frymark-Fijałska