



WSzSL.FZ.381./75/24/719/2024r.

Legnica 15.10.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA RKZ ELEKTROLITÓW ORAZ METABOLITÓW WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORÓW  
znak sprawy: WSzSL/FZ-75/24**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie 1-** Czy poprzez podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego Zamawiający rozumie podłączenie oprogramowania monitorującego spinającego wszystkie analizatory, tylko i wyłącznie do HIS AMMS Asseco?

**W odpowiedzi na pytanie:** Tak, analizatory mają być integrowane z AMMS za pośrednictwem oprogramowania Wykonawcy.

**Pytanie 2-** Dla ilu analizatorów Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli zewnętrznej?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wymaga kontroli zewnętrznej do 5 analizatorów.

**Pytanie 3-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli zewnętrznej 2 razy do roku potwierdzonej certyfikatem?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający wymaga, aby uczestnictwo w zewnętrznej kontroli porównawczej odbywało się 4 razy do roku potwierdzone certyfikatem modyfikując jednocześnie SWZ.

**Pytanie 4-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaset z terminem ważności 3-4 miesiące?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie kaset z terminem ważności min. 4 miesiące od dnia dostawy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 5-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy kaset do 6 dni roboczych?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 6- Dotyczy projektu umowy §2C ust. 2 pkt b)**

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu skonfigurowania podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego do 120 dni, ponieważ taki właśnie termin zadeklarował dostawca zewnętrzny firma Asseco, a Oferent nie ma na ten termin wpływu.

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie SWZ.

**Pytanie 7- Dotyczy projektu umowy §6 ust. 1, Pkt 1), Pkt 2), Pkt 3)**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby wysokość kary umownej wymienionej w §6 ust. 1. Pkt 1), Pkt 2), Pkt 3) była liczona od wartości netto niedostarczonego towaru, a nie wartości netto umowy określonej w §4 ust. 1 pkt 1. W przypadku obecnego zapisu, wysokość kary umownej jest niewspółmiernie wysoka i nie zapewnia równego traktowania stron. Dlatego wnosimy o zmianę zapisu w umowie w paragrafie 6 ust.1, Pkt 1), Pkt 2), Pkt 3) tak by naliczenie kar umownych było liczone od wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. Zaproponowana przez nas sposób naliczania kary jest zrównoważony i zapewnia równe traktowanie obu stron.

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ projektu umowy.

**Pytanie 8- Dotyczy projektu umowy §6 ust. 1, Pkt 6)**

Prosimy o zmniejszenie kary wymienionej w §6 ust. 1. Pkt 6) do 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2C ust. 2 pkt b). Zaproponowana przez Zamawiającego kara jest bardzo



wysoka i nie zapewnia równego traktowania stron, dlatego prosimy o jej zmniejszenie.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż zmniejsza karę do 200 zł modyfikując jednocześnie zapisy umowy §w 6 ust. 1, Pkt 6).**

**Uwaga!**

1. Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2. Niektóre ze zmian SWZ będące wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wprowadzono czcionką koloru czerwonego

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Andrzej Urniaż*