

Lublin, dnia 23.04.2024 r.

Nr sprawy: AZP.274.PN.2/2024 - 144

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego – aparatury kontrolnej i badawczej na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 11 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi na złożone we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zapytanie. Zgodnie z treścią art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę - ze względu na ograniczone wymiary pomieszczenia, które będą generowały problemy z odprowadzaniem ciepła i wydłużeniem czasu trwania cykli sterylizacji wymagają Państwo zastosowania płaszcza pełnego do chłodzenia komory autoklawu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga skutecznej metody odprowadzenia ciepła z komory autoklawu po zakończonym cyklu sterylizacji. Zamawiający akceptuje proponowaną metodę schładzania z zastosowaniem płaszcza wodnego.

Pytanie:

Czy Zamawiający udzieli odpowiedzi - zmywarki wymagają Państwo oddzielnego zewnętrznego kompresora czy możemy zastosować jeden mocniejszy, który obsłuży oba urządzenia?

Odpowiedź:

Ze względu na wielkość pomieszczenia przeznaczzonego na instalację zmywarki i autoklawu Zamawiający akceptuje zastosowanie jednego wydajnego kompresora do obsługi dwóch urządzeń

z up. Rektora KUL

/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych KUL