



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 7

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2196 / 3590 /24

Data: 15.10.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3344 / 2024**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 1 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o parametrach:

- samoprzylepne
- barwne oznaczenie przewodów zakończone złączem DIN
- mocowanie za pomocą przylepca
- nie zawierają lateksu, DEHP
- pakowane oddzielnie
- średnica 25mm
- 1 op. = 3 sztuki elektrod?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 3 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarze 106,5 x 23?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

