



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 8

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2197 / 3590 /24

Data: 15.10.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3344 / 2024

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 34 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby napis oznaczający rozmiar rękawicy miał postać tłoczenia na mankencie rękawicy,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 34 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 283 mm, grubości na palcu min. 0,19 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 283 mm, lecz nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,19 mm.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 34 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 282 mm, grubości na palcu min. 0,19 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 282 mm, lecz nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,19 mm.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 34 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie zgody na zaoferowanie rękawic dostępnych w rozmiarach : S-6.5, M-7.5, L-8.5

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 5 dot. Pakietu nr 34 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,19 mm., pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów
wykonujących działalność
lecniczną nr 000000015229

ZARZĄD:
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelągowska



REGON 510996861
NIP 848-16-30-309

Kapitał zakładowy
21.700.000,00 PLN

