



Ldz. 506/2022

Olsztyn, dnia 31.03.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 77/2022/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

Pytanie 1. Analizator aminokwasów, Zasilanie: napięcie 230V, 50 Hz, moc średnia do 150 W, maksymalna do 300W. Czy Zamawiający dopuści analizator aminokwasów o następujących parametrach: Zasilanie: 230 V, 50 Hz, moc przy starcie 280 VA, moc eksploatacyjna (podczas pracy) 120 VA, moc czuwania 70 VA

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza analizator aminokwasów spełniający parametry zasilania: 230 V, 50 Hz, moc przy starcie 280 VA, moc eksploatacyjna (podczas pracy) 120 VA, moc czuwania 70 VA.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KANCLERZA

mgr Adriana Faraś-Bąk

Sporządziła: Sylwia Niemiec

SPECJALISTA

mgr Sylwia Niemiec