



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Dyrektor
Centrala
Fax
e-mail:

(067) 210 62 00
(067) 210 66 66
(067) 212 40 85
wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 20.04.2022 roku

FZP.II – 241/26/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przetargu pod nazwą:
„DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU” IV.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły jeszcze następujące pytania:

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 1-10

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:

- 1) 0,45 x 13
- 2) 0,5 x 25
- 3) 0,6 x 32
- 4) 0,6 x 38
- 5) 0,7 x 32
- 6) 0,8 x 38
- 7) 0,8 x 38
- 8) 0,9 x 38
- 9) 1,1 x 38
- 10) 1,2 x 38

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarze 0,60 x 60

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 7

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarze 0,80 x 50

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 1

Proszę o dopuszczenie możliwości startu na poszczególne pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, możliwe jest złożenie oferty na całość zadania.

Pytanie 5

Pakiet 1, poz. 15-18

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 1, poz. 18

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 1, poz. 19

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 1, poz. 19

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 1, poz. 23-24

Proszę o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą na cylindrze

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet 1, poz. 25

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet 1, poz. 25

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet 1, poz. 27, 28, 29

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pytanie 13

Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 62 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą ściętą trójpłaszczyznowo wykonana ze wzmocnionego ABS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie 1, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych w opak. a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zadanie 1, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą, czytelną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Zadanie 1, pozycja 25

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową wykonaną z PVC o długości 55mm w części przezroczystej, z igłą biorczą z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego przyrządu do przetaczania płynów i infuzyjnych, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek. Kompatybilny z lipidami Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A ,długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony ,o objętości wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylizacja EO. Złącze luer lock stałe. Komora kroplowa o długości 57mm na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwi, opakowanie folia, papier ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Pytanie 25

Dot. Formularza cenowego

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg dodania kolumny z numerem katalogowym? Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny wymaganym. Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 26

Dotyczy par. 6 ust. 4 wzoru umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury VAT mailem, w formacie pdf na wskazany przez Zamawiającego adres email?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT na adres e-faktury@szpital.pila.pl.

Pytanie 27

zadanie 1, poz. 19,22-24,25-26,

Czy zamawiający wydzieli poz.19,22-24,25-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pytanie 28

zadanie 1, poz. 19,22-24

Prosimy o dopuszczanie logo Importera / dystrybutora na cylindrze strzykawki. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

zadanie 1, poz. 25

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

zadanie 1, poz. 25-26

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36

zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.