

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84, fax. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, 18.05.2021 r.

DZ.271.35.284.2021

Szanowni Wykonawcy,

**dotyczy: Odpowiedzi na pytania zadane do postępowania nr DZ.271.35.2020
pn. Dostawa wyrobów medycznych do krioablacji.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

Pytanie 1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 zadania i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.


Pragniemy zaoferować elektrodę jednorazowego użytku = klemy bipolarne, wykonaną ze stali nierdzewnej, gwarantującą brak efektu "klepsydry" w środkowej części tkanki,
- szczęki przewodzące elektrody wykonane ze złota
- możliwość kontroli temperatury ablacji na generatorze z jednoczesną automatyczną i proporcjonalną dystrybucją mocy na każdy element czynny.

Powyższe działanie pozwoli na wyodrębnienie dwóch pakietów na sprzęt do niezależnych procedur – klasycznej ablacji RF za pomocą klemów bipolarnych oraz ablacji miniinwazyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Z poważaniem


Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
dla Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk