



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dnia 14.10.2021 r.

Znak sprawy: TZ.252.1.58.2021
l.dz. WPR/4913/10/2021/W

**Uczestnicy postępowania
nr WPR/AZ/252/ZP/37/2021**

Odpowiedź na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”, znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/37/2021.

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania skierowanego do Zamawiającego wraz z odpowiedzią

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne jednostrzykawkowe wyposażone w klawiaturę symboliczną, służącą do szybciej i intuicyjnej obsługi pompy, posiadające również klawiaturę alfanumeryczną, która jest wywoływana na ekranie dotykowym w chwili kiedy do wykonania danej funkcji pompy jest konieczne użycie ciągu znaków (liter i cyfr), co daje możliwość pompi wykorzystania klawiatury alfanumerycznej do zaprogramowania infuzji? Alfanumeryczny wyświetlacz ukazuje się w sekwencjach, w zależności od aktualnie wyświetlanych parametrów. Poniżej wyjaśnienie graficzne:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.







Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

II. Odpowiedź stanowi integralną część SWZ i będzie wiążąca podczas terminu składania ofert.

Sporządzili:
Tomasz Dec
Katarzyna Pietruszka

Akceptowała:
Karina Przybyła



~~ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach~~

Dariusz Krawczyk