



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 23.04.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 4/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 30

1. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch chirurgiczny z 2 etykietami samoprzylepnymi, przygotowanymi zgodnie z obowiązującymi normami, zawierającymi dane: nr katalogowy (REF), serię LOT, datę ważności?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

2. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, który ma oznaczenie tylko w postaci wszytej metki z rozmiarem widoczne przy złożonym fartuchu, co jest zgodne z normą EN 13795, lamówka w kolorze fartucha?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

3. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, który ma oznaczenie tylko w postaci pieczętki z rozmiarem widoczne przy złożonym fartuchu, co jest zgodne z normą EN 13795, lamówka w kolorze fartucha?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

4. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze 40 x 30 cm z wysokochłonnej celulozy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

5. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny owinięty w papier krepowy o rozmiarze 55 x 55 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

6. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr odporność na przenikanie cieczy wynosi 32,4 cm H₂O i jest zgodny z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

7. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr odporność na przenikanie cieczy wynosi 42 cm H₂O i jest zgodny z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

8. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr odporność na rozerwanie na sucho wynosi 162 kPa i jest zgodne z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

9. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr wytrzymałość na wypychanie na sucho wynosi 77 N i jest zgodne z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

10. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr wytrzymałość na wypychanie na sucho wynosi min. 79 N i jest zgodne z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

11. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny z zapięciem na rzep o wymiarach 9,5x3 cm i 5x3 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

12. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr odporność na przenikanie cieczy wynosi 175 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 162 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 128 N i jest zgodny z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

13. Dotyczy Zadania nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, dla którego parametr odporność na przenikanie cieczy wynosi 175 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 162 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 148 N i jest zgodny z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82