

Zamawiający:

Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu
ul. Katowicka 66a
45-061 Opole

Dot. przetargu nieograniczonego nr **2/PN/2020**

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu cyfrowego RTG

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 Ustawy PZP

Pytania do załącznika nr 1:

Pytanie nr 1 – punkt 1 WYMAGANIA OGÓLNE, ppunkt 1

Z uwagi na fakt, że mamy koniec I kwartału roku 2020, wnosimy o dokonanie korekty w wymaganiu roku produkcji aparatu z 2019 na 2020. W chwili obecnej wszyscy producenci urządzeń oferują aparaty produkowane w bieżącym roku. Jest ekonomicznie bezzasadnie wymaganie aparatu wyprodukowanego w roku ubiegłym.

Odpowiedź: Tak, dokonujemy korekty wymagań ogólnych (załącznik nr 1 do SIWZ)

Zamiast:

Aparat cyfrowy RTG i wyposażenie - rok produkcji 2019, urządzenia nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne

Jest:

Aparat cyfrowy RTG i wyposażenie - rok produkcji 2020, urządzenia nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne

Pytanie nr 2 – punkt nr 7 – DETEKTOR CYFROWY, ppunkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem cyfrowym, który posiada jedną kratkę przeciwrozproszeniową? Występowanie jednej kratki przeciwrozproszeniowej w żadnym stopniu nie uszczupla walorów diagnostycznych a tym samym cech klinicznych aparatu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3 – punkt nr 8 – STACJA AKWIZYCYJNA (konsola technika), ppunkt 28

Czy Zamawiający dopuści stacje lekarską, której „Funkcje DICOM...” będą realizowane w zakresie STORAGE, PRINT WORKLIST? Pragniemy zapewnić, że funkcja STORAGE niesie w sobie realizację bardziej zaawansowanej funkcji SEND. W związku z tym nie będzie mowy o uszczupleniu w żaden sposób wartości przekazywania obrazów w wybrane „miejsca” przez użytkownika.

Odpowiedź: Tak

Pytania do projektu UMOWY:

Pytanie nr 4 – Umowa dostawy – par. 6 ust. 1 punkt. b

Czy zamawiający zechce doprecyzować jakie są wymagania co do czasu reakcji serwisowych? W żadnym z dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ nie jest określone w jakich czasach winien Wykonawca podejmować czynności serwisowe. Zwracamy uwagę na racjonalność w określaniu tych czasów.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty zapisów w § 5 projektu umowy, oraz uzupełnia załącznik nr 1 do umowy (karta gwarancyjna)

Poprawiony projekt umowy oraz karta gwarancyjna stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 5 – Umowa dostawy – par. 6 ust. 1 punkt. d

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie tego punktu z umowy, ponieważ jest on jednostronnie niesprawiedliwy. Zapis w takiej postaci wymaga dokładnego doprecyzowania za co należy się spodziewać nakładania kary finansowej.

Odpowiedź: Kara umowa dotyczy obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ oraz umowie, których spełnienia wymaga Zamawiający. Nie wyrażamy zgody na wykreślenie.

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM ISTOTNYCH ZMIAN DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 8 KWIETNIA 2020, GODZINY SKŁADANIA OFERT – BEZ ZMIAN.