

Dziekan

Gdańsk, 24.11.2022 r.

**Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):**  
ZP 33/WILiŚ/2022, CRZP 300/002/D/22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprzyrządowania i sprzętu do badań geotechnicznych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, część A – Oprzyrządowanie pomiarowe do badań edometrycznych.

### ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania ZP 33/WILiŚ/2022, CRZP 300/002/D/22 prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotów zamówienia z części A postępowania.

1) Czy w punkcie 2 "Kabel wraz z interfejsem pomiarowym do połączenia czujnika elektronicznego z komputerem lub laptopem" Zamawiający przewiduje dostarczenia kabla przeznaczonego wyłącznie do transmisji danych czy kabla do transmisji danych z jednoczesną funkcją zasilania czujnika pomiarowego (brak konieczności stosowania wymiennych baterii w czujniku)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby kabel do transmisji danych miał jednocześnie funkcję zasilania czujnika pomiarowego (brak konieczności stosowania wymiennych baterii w czujniku).

W imieniu Zamawiającego

  
Dziekan  
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG  
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  
(11)