

# Część II - Przedmiot zamówienia.

CPV: 33100000-1, 33141770-8

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu barkowego (zwanymi dalej implantami) dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.  
Szczegółowy opis implantów i ich elementów, a także ich szacunkowe ilości określono w poniższej tabeli. Rzeczywiste ilości zamawiane na podstawie umowy wynikać będą z bieżących i faktycznych potrzeb Zamawiającego i ich ostateczna ilość może ulec zmianie w stosunku do ilości określonych w tabeli, przy czym zmniejszenie zamówienia nie może przekroczyć 30% wartości całkowitej przedmiotu zamówienia. Niezamówienie w okresie obowiązywania umowy implantów, ich elementów oraz materiałów w ilościach określonych w poniższych tabelach, nie więcej jednak niż o 30% wartości całkowitej przedmiotu zamówienia, nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń o zamówienie pozostałych wyrobów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.
2. Wszystkie oferowane implanty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1640 z późn.zm.).
3. **W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:**
  - 3.1. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu na cały okres obowiązywania umowy:
    1. Instrumentarium do implantacji oferowanych implantów.
    2. Kasetę (kosz) do sterylizacji instrumentarium (kontener z filtrem długotrwałym).
  - 3.2. Uzupełniać, serwisować i naprawiać instrumentarium oraz przez cały okres obowiązywania umowy.
  - 3.3. Wymieniać uszkodzone elementy instrumentarium w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.
  - 3.4. Przeszkolić wyznaczony personel medyczny Zamawiającego w zakresie techniki operacyjnej oferowanego systemu implantacji.
  - 3.5. Udostępnić program do planowania zabiegu na podstawie badania CT – planowanie przedoperacyjne dostępne bezpłatnie dla każdego przypadku.
4. **W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia u Zamawiającego depozytu – banku implantów w pełnym zakresie rozmiarów.**
5. Asortyment znajdujący się w depozycie Wykonawcy zobowiązany będzie sukcesywnie uzupełniać, na podstawie zapotrzebowań Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia na potrzeby medyczne. Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić asortyment w terminie do 72 godzin wraz z fakturą za wykonany zabieg, licząc od terminu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Termin ten nie obejmuje sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Wyroby będące w depozycie stanowią własność Wykonawcy. Po zakończeniu umowy niewykorzystane wyroby zwrócone zostaną Wykonawcy.
7. Przekazanie do depozytu, uzupełnianie asortymentu i zwrot niewykorzystanych wyrobów Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie dokumentów zdawczo-odbiorczych.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać implanty opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich prawidłowe przechowywanie i łatwe zidentyfikowanie.
9. Dostarczone wyroby muszą być nowe i wolne od wad oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności, gwarantujący ich bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem zastosowanie. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać wymiany znajdujących się w depozycie implantów z kończącą się datą ważności na implanty posiadające odpowiednio długi termin ważności, tak, aby zachowana była w depozycie ciągłość asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów.
10. W przypadku wykrycia wad dostarczonych implantów lub ich niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zapotrzebowaniem. Uwzględnienie reklamacji przez Wykonawcę upoważniać będzie Zamawiającego do pobrania z depozytu wyrobu identycznego jak reklamowany.
11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji.
12. Miejscem dostawy jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. J. Korczaka 1, **Blok Operacyjny** - Pawilon 1A. Dostawa wyrobów na blok operacyjny Zamawiającego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>
1.	Trzpień prosty bezcementowy dostępny w minimum 10 rozmiarach w zakresach od 5 do 15. Trzpień pokryty fosforanem wapnia. Możliwość nachylenia kielicha na jednym trzpieniu w zakresie 135 lub 155 stopni.	<b>25</b>
2.	Kielich w 3 rozmiarach 36, 39 i 42 mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, prawa +2 mm, lewa +2 mm.	<b>25</b>
3.	Wkładka do kielicha dostępna w 4 rozmiarach 33, 36, 39 i 42 mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Również wkładki „constrained”.	<b>25</b>
4.	Płytki bazowa dostępna w średnicy 24mm i 28 mm oraz z możliwym przesunięciem bocznym +0mm, +2mm, +4mm z porowatą częścią do przerośnięcia kością. Płytki bazowa mocowana na 4 śruby obwodowe, blokowane lub nie.	<b>25</b>
5.	Glenosfera w średnicach 33mm, 36mm, 39mm, 42mm oraz 45mm. Dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne i +2,5 mm ekscentryczne.	<b>25</b>
6.	Peryferyjne śruby blokujące. Śruby blokowane dostępne w średnicy 5,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach. Peryferyjne śruby nie blokowane dostępne w średnicy 4,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach	<b>100</b>
7.	Drut do centralizacji elementów panewkowych o średnicy 2,8 mm	<b>25</b>
8.	Centralna śruba blokująca dostępna w długościach 20mm, 25mm, 30mm, 35mm	<b>5</b>
9.	Wkładka dystansująca – spacer - w 3 średnicach 36mm, 39mm, 42mm. Dostępna w 4 opcjach +6, +9mm, +12mm, +15mm.	<b>5</b>
10.	Drut wierzący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny	<b>5</b>
11.	Sterylna ostrza do dużych kości. Produkt wykonany w technologii oraz o grubości zapobiegającej uginaniu się ostrza podczas pracy. Ostrza dostępne w następujących rozmiarach : grubość/długość/szerokość 1 mm/ 90 mm/ 13 mm 1.19 mm/ 90 mm/ 13 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 13 mm 1 mm/ 90 mm/ 19 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 19 mm 1.37 mm/ 90 mm/ 19 mm 1 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.19 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.27 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 1.47 mm/ 90 mm/ 25.4 mm 0.6 mm/ 45 mm/ 9 mm 1.27 mm/ 105 mm/ 19 mm 0.8 mm/ 65 mm/ 27mm 0.8 mm/ 65 mm/ 18 mm 0.8 mm/ 65 mm/ 46 mm	<b>25</b>