



UWAGA:
 DRZWI PRZESUWNE MUSZĄ BYĆ KONIECZNIE WPIĘTE DO SYSTEMU SSP
 I OTWIERAĆ SIĘ AUTOMATYCZNIEW PRZYPADKU ZADZIAŁANIA ALARMU II STOPNIA

① Pomieszczenie TK musi posiadać odpowiedni osłon radiobezpieczny (projekt)
 ② Pomieszczenie TK musi być wykonany jnd PION wraz z dokumentacją projektową
 ③ pomieszczenia należy wyposażyć i umywalki (podjeżdżalni)

**Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1,
 Rzut parteru, skala 1:100
 POMIESZCZENIE TOMOGRAFU**

10.08.2020

10.08.2020