

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Katowice, dnia 2.04.2024 r.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12,

40-007 Katowice

tel. (032) 359 19-25

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) w rozumieniu art. 275 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: „Dostawa analizatora impedancji wraz z dodatkowym wyposażeniem” nr rej.: DZP.382.1.16.2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie 1:

W ostatnim czasie nastąpiło znaczne wydłużenie łańcucha dostaw komponentów elektronicznych używanych przy produkcji aparatury pomiarowej. Spowodowane jest to pandemią COVID-19. Sytuację pogorszyła jeszcze agresja Rosji na Ukrainę. Na ewentualne opóźnienia w dostawie i naprawie Wykonawca nie ma żadnego wpływu.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych wymienionych w § 8 ust. 2 pkt.1 i 2 do wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SWZ, pn. wzór umowy:

§ 8 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydaniu Przedmiotu Sprzedaży bądź jego części – w wysokości 0,1 % wartości umowy o której mowa w § 5 ust. 1,

§ 8 ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

- 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych wad Przedmiotu Sprzedaży w okresie gwarancji lub rękojmi, w drodze ich naprawy lub wymiany - w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1,

Pytanie 2:

Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, który w razie ewentualnej usterki naprawiany jest w centrum serwisowym producenta poza granicami kraju. Po naprawie sprzęt jest dodatkowo kalibrowany. To wszystko powoduje, że cała procedura usunięcia ewentualnej wady może potrwać do 30 dni. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji usług gwarancyjnych do 30 dni?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SWZ, pn. wzór umowy:

§ 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Naprawa gwarancyjna lub nieodpłatna wymiana Przedmiotu Sprzedaży na wolny od wad, zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 30 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, a jeżeli z obiektywnych przyczyn technicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawę) będzie to niemożliwe, Zamawiający może wyznaczyć inny termin.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ:

- 1) Rozdz. X ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **4.04.2024 r.** do godziny **10:00**.
Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- 2) Rozdz. XI ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **4.04.2024 r.** o godz. **10:30**.
- 3) Rozdz. XII ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Określenie terminu związania ofertą.
Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **3.05.2024 r.**

Załączniki:

Załącznik 3 -wzór umowy

Z-ca przewodniczącej Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej: