	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5</p>	<p>Nr sprawy: ZP/31/2023</p>
---	---	----------------------------------

Elbląg, dnia 14.07.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu dostawy i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 5. Nr sprawy ZP/31/2023

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 4

Prosimy o wydzielenie poz. 3 URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH -5 SZTUK do osobnego pakietu, w celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu.

Odpowiedź: W ww. zakresie zamawiający SWZ bez zmian

Pytanie nr 2

Pakiet nr 4 URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH -5 SZTUK

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie mankietu grzewczego o długości 140 cm współpracującego ze standardowymi drenami o średnicy 3,5 - 5,0 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pytanie nr 3

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie przewodu łączącego panel kontrolny z elementem ogrzewającym dostępny w jednej długości około 50 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pytanie nr 4

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym ogrzewanie następuje przy przepływie od 0 do 25 ml/min potwierdzonym instrukcją obsługi.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pytanie nr 5

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie panelu sterującego do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w: Cyfrowy wyświetlacz: temperatury rzeczywistej, temperatury ustawionej, czas podgrzewania Symbole: alarmu przegrzania, niskiej temperatury, awarii czujnika Przyciski: start ogrzewania (urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do zasilania), ustawienia właściwej temperatury („+” „-”), zmiana skali (stopnie Celsjusza /Farenheita).

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 6

Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: 184 mm (wysokość), 148 mm (szerokość), 110 mm (głębokość).

Odpowiedź: Nie dopuszczamy


Pytanie nr 7

Poz. 16

Prosimy o dopuszczenie urządzenia klasy 1, Typ BF , odporne na defibrylację.

Odpowiedź: Dopuszczamy



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2</p>	<p>Nr sprawy: ZP/17/2023</p>
---	---	-----------------------------------

Pytanie nr 8

Poz. 18

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z poborem mocy 120W.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pytanie nr 9

Poz. 19

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z alarmem niskiej temperatury załączającym się poniżej 32°C.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 10

Poz. 20

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z podwójnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem i automatycznym wyłączeniem grzałki aparatury przy temperaturze powyżej 42±1°C/ 43±2°C.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 11

Poz. 21

Prosimy o odstąpienie od wymogu automatycznego wyłączenia ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji przerwania elementu ogrzewającego w przypadku zaoferowania urządzenia z zamocowanym na stałe mankietem grzewczym bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z automatycznym wyłączeniem ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji uszkodzenia czujnika temperatury wraz włączeniem alarmu akustycznego i optycznego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pytanie nr 12

Poz. 22

Prosimy o dopuszczenie alarmu wizualno-dźwiękowego awarii czujnika, który załącza się po niepowodzeniu autotestu urządzenia, a następnie odłączane jest ogrzewanie.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 13

Poz. 24

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością ustawienia żądanej temperatury w zakresie: 33-41°C ze skokiem co 0,1 C

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

Pytanie nr 14

Folder Zał_nr_2_JEDZ - jest pusty, opublikują Państwo załącznik JEDZ?

Odpowiedź: Folder został uzupełniony o brakujące pliki

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 5 - Szafy ubraniowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafy ubraniowe, które nie posiadają oznakowania znakiem bezpieczeństwa B?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 odstąpi od zapisu „Oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B”?

Producent szafek informuje, że „znak bezpieczeństwa B” stracił już ważność i nie będzie przedłużany z przyczyn od producenta niezależnych (jednostka certyfikująca zakończyła proces przyznawania tego znaku).


Producent zaznacza jednak, że meble wciąż spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, określone przez obowiązujące normy i regulacje.

Odpowiedź: Nie odstąpimy od zapisu „Oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B”.

Pytanie nr 17


Pytanie do pakietu 10 Diatermia, Aparat do elektrochirurgii – 5szt.

Czy zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści diatermię z parametrami o dużo lepszej zaawansowanej technologii, pozwalającej na wykonanie wszystkich dostępnych procedur w szpitalu przy użyciu instrumentów wielorazowego użytku dającym wiele oszczędności w późniejszym użytkowaniu na bloku

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2</p>	<p>Nr sprawy: ZP/17/2023</p>
---	---	---

operacyjnym? Lp.

1. Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna fabrycznie nowa, nie powystawowa
2. Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym
3. Odporność aparatu na impuls defibrylacji
4. Interaktywny ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości
5. Ekran z bezodpryskowego szkła bezpiecznego
6. Blokada ekranu przed przypadkowym uruchomieniem
7. System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień
8. Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej
9. Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych
10. Menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów
11. Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach wraz ze zmianą mocy i efektów
12. Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędów, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu diatermii
13. Możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego w języku polskim na ekranie aparatu,
14. System monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody
15. Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego
16. Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej
17. Liczba miejsc w pamięci aparatu dla min. 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim
18. Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej
19. Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do min. 400W ± 5%
20. Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego
21. Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętłą i nożem - - Cięcie pętłą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna
22. Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W ±5%
23. Tryby koagulacji monopolarnej min.: - miękka, - min. 3 forsowne (nietnąca, mieszana, tnąca), - spray, - gastro, - laparoskopia
24. Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie
25. Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu
26. Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej
27. Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W
28. Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W
29. Minimum 5 trybów koagulacji
30. Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co max. 0,1W
31. Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją autostart regulowaną z dokładnością co max. 0,05 sekundy w zakresie min. od 0,5s do 2,5s
32. Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm
33. Cykl zamykania dużych naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia
34. Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny lub w rękojeści

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2</p>	<p>Nr sprawy: ZP/17/2023</p>
---	---	---

35. Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego
36. Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń
37. Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu
38. Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny wielorazowy, kabel wielorazowy do pęsety bipolarnej, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich
39. Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich
40. Aktualizacja oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe
41. Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych
42. Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej
43. Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa, sala operacyjna
44. Możliwość współpracy ze zintegrowanymi systemami sali operacyjnej
45. Możliwość współpracy z wielorazowymi sondami argonowymi i wielorazowym argonowym kablem przyłączeniowym.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

§ 6 ust. 2

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 20% do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 20% do 10%.

Pytanie nr 19

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od daty powiadomienia o stwierdzonych wadach” na „...od dnia uznania reklamacji Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ww. zapis bez zmian.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 21

Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

1) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy o którym mowa w § 2 ust. 2, wymiany towaru lub usunięcia wad o których mowa w § 4 ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia


2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia,

3) w przypadku zwłoki w reakcji na zgłoszenie awarii o której mowa w § 4 ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części przedmiotu zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas określony w § 4 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu zamówienia.

4) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma czasu naprawy o którym mowa w § 4 ust. 4 (i nie dostarczy sprzętu zastępczego o którym mowa w zestawieniu parametrów technicznych – jeżeli dotyczy), Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację projektu umowy w ww. zakresie

Pytanie nr 22

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2</p>	<p>Nr sprawy: ZP/17/2023</p>
---	---	---

4. Wnosimy o zmianę zapisów par. 4 ust. 4, tj.:

4. Termin przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia o wadzie lub awarii – z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin ten należy rozumieć jako kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym w celu ustalenia przyczyn awarii oraz dalszego zakresu działań. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej lub 15 dni roboczych dla napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 23

dotyczy Załącznik nr 1.2.3

Czy Zamawiający dopuści stację dokującą wyprodukowaną w 2021r.?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 24

dot. załącznik nr Zał_1.6.3_WÓZEK NA LEKI

1. Czy Zamawiający dopuści profile wózka o wymiarach 50x25 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści tylne i boczne panele wykonane z aluminium ? Charakteryzują się one lekkością, wytrzymałością, odpornością na korozję oraz są dostępne w kolorystyce minimum 19 do wyboru.
3. Czy Zamawiający dopuści górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, min 1 cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalna podniesiona h max 0,7 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy pkt. 1. Dopuszczamy pkt. 2 i 3.

Pytanie nr 25

dot. SWZ, pkt VI termin wykonania zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie minimum logistycznego jednej dostawy w zakresie pakietu 6 lub określenie w ilu transzach będzie realizowane zamówienie określone w pakiecie nr 6. Informacja ta jest niezbędna do odpowiedniej kalkulacji kosztów transportu.

Odpowiedź: Zamawiający planuje jedną dostawę sprzętu

Pytanie nr 26

dot. umowa

dot. §1 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu, w zakresie pakietu nr 6.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w pakiecie 6 dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź: W § 2 ust. 3 projektu umowy zamawiający zawarł zapis, że „Dostawy oraz montaż (jeżeli dotyczy) będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy”. W opisanym powyżej zakresie oczywistym jest, że jeżeli dostarczany towar jest w formie złożonej, gotowej do użytku i nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, to ten zakres umowy nie dotyczy montażu.

Pytanie nr 27

dot. §4 ust.3 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie pakietu nr 6, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, w przypadku gdy producent nie przewiduje wykonywania przeglądów gwarancyjnych, a bieżąca konserwacja jest przeprowadzana przez Użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz ze sprzętem.

Pytanie nr 28

Zadanie nr 2: Dot. par. 4 ust. 4 wzoru umowy i Załącznika nr 1.1.1, 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił 72h w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ww. zapisy projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 29


Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 5 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy z zakresem prędkości infuzji 0,01-2000 ml/h programowaną co:

Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2</p>	<p>Nr sprawy: ZP/17/2023</p>
---	---	---

Pytanie nr 30

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 1 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy z zakresem prędkości infuzji 0,1-1200 ml/h programowaną co:

- 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h
- 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h
- 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 4 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadające trybu infuzji Krople/min?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 5 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z bolusem bezpośrednim o szybkości od 0,1 do 1200 ml/h, ze regulacją prędkości bolusa w zakresie od 0,01 do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h, od 100 do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h oraz od 1000 do 1200 ml/h, co 1 ml/h (bolus programowany od 0,1 do 500 ml.)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 8 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, w których pauza programowalna jest w zakresie do 23:59?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 9 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza pompy z dawką nasycającą w zakresie 0,1 – 1200 ml/h

- 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h
- 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h
- 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 11 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza, aby pompy wyposażone były w klawiaturę symboliczną i alfanumeryczną? Wykonawca zaznacza, że takie rozwiązanie usprawnia i przyspiesza proces obsługi urządzenia i programowania infuzji.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 14 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, z automatyczną funkcją antybolusa, ale z objętością wyższą dochodzącą do maks. 0,8 ml na progach 11 i 12 i nie wyższą jeśli rzeczywista objętość podana była niższa niż 0.8 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 19 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy dopuści pompy wbudowanym akumulatorem Ni-MH, o pojemności 9.6 V, 2000 mAh (Ładowanie baterii poniżej 6h)?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


Pytanie nr 38

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 19 Załącznika nr 1.2.1 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 3,2 cala?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 27 załącznika nr 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające oznakowanie CE zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG (nie CE 0123) i nieposiadające zgodności na normę IEC 60601-1-11 dot. opieki w warunkach domowych oraz inżynierii użyteczności IEC 60601-1-6 (spełniające pozostałe

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2</p>	<p>Nr sprawy: ZP/17/2023</p>
---	---	-----------------------------------

wymagania)?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 10 Załącznika nr 1.2.1,, nr 7 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe obsługujące jednostki ng, µg, mg, g, mL, L, µEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 8 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe ze stałą szybkością podaży dawki nasycającej, podpowiadanej zgodnie z ustawieniem z konfiguracji, ale możliwym do edycji przed podażą?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 9 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z bolusem bezpośrednim o szybkości od 0,01 do 2000 ml/h, z regulacją prędkości bolusa w zakresie od 0,01 do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h, od 100 do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h oraz od 1000 do 2000 ml/h, co 1 ml/h (bolus programowany do 60 ml)?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 43

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 13 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadające zapisu historii w formie graficznej?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 6 Załącznika nr 1.2.1, nr 14 Załącznika nr 1.2.2 i nr 13 załącznika nr 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy, z zakresem wagi pacjenta pomiędzy 100 g do 300 kg, z przyrostem co 0,01kg od 0.1 kg to 9,99 kg, od 10 do 99,99 kg, co 0,1 kg oraz od 100 do 300 kg, co 1 kg? Wartość powierzchni od 0,1 do 4,5 m², z regulacją co 0,1 g.

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 7 i 15 Załącznika nr 1.2.1, nr 15 i 16 Załącznika nr 1.2.2 i nr 13 i 14 załącznika nr 1.2.3 do SWZ – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z możliwością ustawiania wartości ciśnienia okluzji 12 poziomów w zakresie 75-900 mmHg, z przyrostem co 75 mmHg, w całym zakresie pomiaru, w trybie zmiennym (pompy nieposiadające 3 ustalonych wcześniej poziomów).

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 19 Załącznika nr 1.2.2 i 17 załącznika nr 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające wymiary i wagę 365 x 115 x 204 [mm] (szer. x wys. x gł.), waga maks. 2,27 kg?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 46

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 21 Załącznika nr 1.2.1, nr 20 Załącznika nr 1.2.2 i 18 załącznika nr 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające wbudowaną klemę umożliwiającą montaż na kolumnie od 8 do 36 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, pod warunkiem możliwości mocowania pompy na kolumnie w pionie i poziomie.

Pytanie nr 47

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 27 załącznika nr 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające oznakowanie CE zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG (nie CE 0123) i posiadające zgodność IEC 62366 (spełniające pozostałe wymagania)?


Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 33, nr 34 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści stacje o wadze ok. 3,8 kg?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 49

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 2</p>	<p>Nr sprawy: ZP/17/2023</p>
---	---	---

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 36-39 Załącznika nr 1.2.1, nr 37-40 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści dedykowane statywy do pomp i stacji dokujących o parametrach:

Dane techniczne:

Wymiary [mm]

(Szer./Wys./Gł.) 480 /1560 / 530

Maksymalne obciążenie [kg] 35

Waga [kg] 15

Ilość kółek 4

Ilość kółek z hamulcem 2

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 37-40 Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Wykonawca informuje, że w uchwytach na dodatkowe kroplówki wyposażone są stacje dokujące, które Wykonawca ma zamiar zaferować w postępowaniu.

Wobec powyższego czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby statywy były wyposażone w ww. uchwyty?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 51

Zadanie nr 2: Dot. Załącznika nr 1.1.1, 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym odbywały się wg zaleceń producenta? Jeżeli tak, prosimy o wykreślenie zapisu „min. 1 przegląd rocznie”.

Odpowiedź: Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta – min. 1 przegląd rocznie

Pytanie nr 52

Zadanie nr 2: Dot. Załącznika nr 1.1.1, 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przeglądy gwarancyjne odbywały się w siedzibie Zamawiającego, a ewentualne naprawy (ze względów technicznych) w siedzibie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Dot. Załącznika nr 1.2.2 i 1.2.3 do SWZ: wyrażamy zgodę.

Dot. Załącznika nr 1.1.1 do SWZ: nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 53

Pakiet 8 pkt. II. 3

Prosimy Zamawiającego o zgodę na świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego poza siedzibą Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 54

Pakiet 8 pkt. II 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, w przypadku gdy producent nie przewiduje wykonywania przeglądów gwarancyjnych, a bieżąca konserwacja jest przeprowadzana przez Użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz ze sprzętem.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, w przypadku gdy producent nie przewiduje wykonywania przeglądów gwarancyjnych, a bieżąca konserwacja jest przeprowadzana przez Użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz ze sprzętem.

Pytanie nr 55

Pakiet 8 pkt II 8

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie ssaków z pakietu 8. Oferowane ssaki są nieskomplikowanym wyrobem medycznym, niewymagającym szkolenia niezbędnego do jego obsługi. Uwzględnienie w cenie oferty kosztu przeprowadzenia szkolenia przyczyni się jedynie do zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie ssaków z pakietu 8.

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski