

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji do Zestawów Medycznych Poziomu 1 z przeznaczeniem dla RBZMed” – sprawa nr WOFiTM/10/2021/PN.

Na podstawie z art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wymaga aby gaziki były nasączone 70% alkoholem izopropylowym?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym.*

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zadania nr 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z drenem 2m.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski tlenowej z drenem 2 m.*

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zadania nr 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej, w której gumka do zakładania zawiera lateks.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski tlenowej, w której gumka do zakładania zawiera lateks.*

**Pytanie nr 4**

Dotyczy zadania nr 51

Czy Zamawiający wymaga opatrunku do kaniul w rozmiarze 6x8 cm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm.*

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zadań nr 102-105

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-cz z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanych strzykawek.

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy zadania nr 127

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnej (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowoderek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego powyżej preparatu przy dwukrotnym zwiększeniu ilości sztuk tj. gwarant 560 op., opcja 560 op.

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy zadania nr 127

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnej (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowoderek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego powyżej produktu.

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy zadania nr 126

Prosimy o dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie do opisanego w punkcie 27 Załącznika nr 5a do SWZ - worek samorozprężalny renomowanej firmy AMBU typu składanego:

- a) Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub mieszaniną oddechową w tym możliwość zasilania 100% tlenem.

- b) Worek w formie składanej, minimalizującej objętość urządzenia w formie spakowanej.
- c) Worek wyposażony w zastawkę pacjenta, maskę twarzową nr 5, rezerwuar tlenu, łącznik przewodu tlenowego, dren tlenowy 2.15m, zintegrowany pasek zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się z dłoni.
- d) Możliwość podłączenia filtrów pomiędzy maską a zastawką pacjenta.
- e) Wszystkie elementy wyposażenia worka z pkt c spakowane razem z workiem w opakowaniu fabrycznym.
- f) Wymiary zewnętrzne worka bez rezerwuaru i akcesoriów 284x127mm. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego.
- g) Całość jednorazowa.
- h) Waga bez rezerwuaru i akcesoriów 220g.
- i) Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/EEC.
- j) Dodatkowe wyposażenie (nie wchodzące do opakowania na worek samorozprężalny): filtr przeciwbakteryjny z barierą mechaniczną i metodzie filtracji intermolekularnej – 3 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej >99,9999% i przeciwwirusowej >99,999% bez wymiennika ciepła i wilgoci).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego powyżej asortymentu.

**KOMENDANT**

**/-/ płk Waldemar PAWELEC**