

Dreżdenko, dnia 15 listopada 2024 roku

Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P2

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę osprzętu endoskopowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/20/2024

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe sterylne, owalne z igłą, dostęp do następujących rozmiarów:

- a) długość 230, średnica narzędzia 2,3mm;
- b) długość 180cm, średnica narzędzia 2,3mm
- c) łyżeczki owalne bez igły, długość 160 cm, średnica narzędzia 1,8 mm?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz.1 na kleszczyki w rozmiarze:

- a) długość 230, średnica narzędzia 2,3mm;
 - b) długość 180cm, średnica narzędzia 2,3mm,
- przy pozostałych parametrach bez zmian

Pytanie 2

poz.2

Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowe dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów z czyścikiem, średnica szczotek 5mm/6mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. do pytania 2

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 2 na szczotki w których średnicy szczotek wynosi 5mm/6mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 3

poz.4

Czy Zamawiający dopuścili śliniaki wiązane z kieszenią op. 50 szt., po przeliczeniu 1300 szt. = 26 op.?

Odp. do pytania 3

Nie stawia się wymagań w zakresie sposobu konfekcjonowania. Należy podać cenę za wskazaną jednostkę miary oraz podać wielkość opakowania handlowego.

Pytanie 4

poz.5

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach otwarcia 10, 15, 25 oraz 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

poz.7

Czy Zamawiający dopuści zawór biopsyjny bez portu do przepłukiwania?

Odp. do pytania 5

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 6

poz. 9

Czy Zamawiający dopuści ustniki dziecięce w rozmiarze 20x16 mm?

Odp. do pytania 6

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 9 na ustniki w rozmiarze 20x16mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 7

poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zestawy do opaskowania żyłaków przelyku, z nicią o długości 165cm?

Odp. do pytania 7

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 12 na zestaw o długości 165cm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 8

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazową, otwarcie ramienia 11 mm oraz 16 mm?

Odp. do pytania 8

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 9

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 kleszczyki biopsyjne jednorazowe sterylne, owalne lub okrągłe z igłą, dostęp do następujących rozmiarów:

- a) długość 240cm, szczęki 2,2 mm i 2,4mm
- b) długość 160cm, szczęki 1,8mm i 2,2mm?

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 10

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 13 Klipsownicę jednorazową, sterylną, długość robocza 235cm, otwarcie ramienia 17mm, konstrukcja pozwalająca na wielokrotne otwarcie klipsa przed jego uwolnieniem, możliwość rotacji 360 stopni, rotacja 1:1, dwa sposoby rotacji, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8mm?

Odp. do pytania 10

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 13 na klipsownicę o długości roboczej 235cm i otwarciu ramienia 17mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 11

poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczotki o średnicy osłonki 1.7 mm, długości roboczej 2300mm, średnicy obu szczotek 5 mm i długości obu szczotek 20 mm? Pozostałe wymogi bez zmian.

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 12

poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustnika jednorazowego dla dorosłych z gumką wykonaną z elastycznej tkaniny i otworem centralnym 22x26 mm? Pozostałe wymogi bez zmian.

Odp. do pytania 12

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 8 na ustnik dla dorosłych z gumką wykonaną z elastycznej tkaniny, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Z poważaniem

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.