

DZP.271.36.2022-12

Bielsko-Biała dn. 28.09.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej tj: lamp operacyjnych, miernika bilirubiny, rektoskopu operacyjnego, kardiomonitora, mobilnego aparatu USG oraz respiratora dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.36.2022).

Upzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

Pytanie 1:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt I.5.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością rozbudowy o następujące pomiary minimum:

- stopnia uśpienia BIS,
- EEG,
- nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej,
- ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego,
- inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza,
- parametrów mechaniki oddechowej,
- CO₂ i wolumetrycznego CO₂,
- mechaniki respiracji RM,
- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT,
- oksymetrii tkankowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt I.6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością rozbudowy monitora o moduły interfejsowe do jednoczesnego podłączenia minimum 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne, monitory analgezji)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy monitora o moduły interfejsowe do jednoczesnego podłączenia minimum 4 zewnętrznych urządzeń medycznych.

Pytanie 3:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt II.3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością rozbudowy o opcję bezprzewodowego zdalnego sterowania kardiomonitora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt III.1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta wyposażony w minimum dwa do wyboru wzorce sygnalizacji alarmowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt III.1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta wyposażony w możliwość wyboru minimum 6 poziomów sygnalizacji alarmowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt III.5.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta wyposażony w funkcję informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach przewodowo lub bezprzewodowo połączonych ze sobą z możliwością np. ich zdalnego resetowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt V.4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta przystosowany do współpracy bezprzewodowej z nadajnikiem/urządzeniem zewnętrznym z możliwością przeglądania danych pomiarowych z tego urządzenia na ekranie kardiomonitora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt V.8.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta przystosowany do aktualizacji oprogramowania poprzez np. pamięć USB?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 9:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VII.2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z rozpoznawaniem minimum 20 zaburzeń rytmu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VII.2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z
Możliwością wykorzystywania do analizy EKG minimum 2odprowadzeń EKG jednocześnie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VII.3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta ze standardową prezentacją wartości odchylenia odcinka ST?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VII.5.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta wyposażony w pomiar respiracji z zakresu minimum 0-150 odd./min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VII.5.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta wyposażony w pomiar respiracji z możliwością wyboru prędkości przesuwu krzywej respiracji minimum: 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VII.6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta wyposażony w standardową analizę pomiaru SpO2 np. w postaci trendów?

Odpowiedź:



Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VII.7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta wyposażony w pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 40 do 240 P/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VIII.2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością analizy pomiaru SpO2 w postaci np. trendów graficznych i tabelarycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VIII.6.1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością analizy klinicznej układu oddechowego pacjenta z prezentacją zmian np. mechaniki układu oddechowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VIII.6.1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością analizy klinicznej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VIII.6.3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością analizy pracy stymulatora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20:

Dotyczy: Zadanie 4 - kardiomonitor

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH KARDIOMONITORA.

Punkt VIII.6.4.



Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor uznanego producenta z możliwością analizy minimum 24-godzinnego EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Z-CIA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Grzegorz Kubica



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl



