



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania nr GCM.271.1.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój sp. z o.o. poprzez rozbudowę istniejącego aparatu RTG do systemu cyfrowego opartego o dwa detektory wifi oraz oprogramowanie dla stacji technika”**.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

Pytanie nr 6:

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis oferowanego sprzętu, pkt. 1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie detektora o rozmiarze aktywnym 421x338 mm.

Tak nie wielka różnica w wielkości obszaru aktywnego nie ma znaczenia dla procesu diagnostycznego oraz jakości wykonywanych badań obrazowych. Z tego względu zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie detektora o rozmiarze jak wyżej.

Odpowiedź nr 6:

Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis oferowanego sprzętu, pkt. 2.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie detektora o rozmiarze aktywnym 421x421 mm.

Tak nie wielka różnica w wielkości obszaru aktywnego nie ma znaczenia dla procesu diagnostycznego oraz jakości wykonywanych badań obrazowych. Z tego względu zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie detektora o rozmiarze jak wyżej.

Odpowiedź nr 7:

Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis oferowanego sprzętu, pkt. 2.9.



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie detektorów posiadających standard połączenia sieciowego Wi-Fi (802.11n/ac) (5GHz), które jest nowszym i bardziej udoskonalonym standardem połączenia sieciowego niż wymagany przez Zamawiającego.

Zasadnym jest dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązania bardziej nowoczesnego oraz szybszego.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ” parametry dotyczące standardu połączenia sieciowego są parametrami minimalnymi (określającymi minimalne standardy). Zamawiający dopuszcza standard połączenia sieciowego Wi-Fi (802.11n/ac) (5GHz), jako spełniający zapisy OPZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis oferowanego sprzętu, pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis dotyczy kalibracji detektora do aparatu RTG. Kalibracja aparatu RTG do detektora leży w gestii producenta aparatu lub firmy serwisującej aparat RTG Zamawiającego, a co za tym idzie nie może być w gestii Wykonawcy.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy kalibracji detektora do aparatu RTG.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: Załącznik nr 1 - Wyliczenie wartości ceny ofertowej, stawka podatku VAT

Ze względu na fakt, że w ramach opisu przedmiotu zamówienia uwzględnione są pozycje, które zgodnie z ustawą o podatku VAT objęte są podstawową stawką podatku VAT (np. Komputer z klawiaturą i myszą, systemem operacyjnym) mając na uwadze rzetelność i prawidłowy sposób obliczenia ceny przez wykonawców, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie stawki podatku VAT.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający podtrzymuje stosowanie jednolitej stawki podatku VAT na poziomie 8% ze względu na treść załącznika nr 3 poz. 13 w brzmieniu ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), która weszła w życie w dniu 26.05.2022 r. oraz w nawiązaniu do definicji wyrobów medycznych oraz wyposażenia wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.Urz.UE.L nr 117, str. 1) – Artykuł 2. Definicje.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszyscy oferenci zobowiązani są do wyliczenia ceny ofertowej a następnie do podania jej w formularzu ofertowym z zastosowaniem jednolitej stawki podatku VAT dla wszystkich pozycji, wynoszącej 8%. W przypadku, jeżeli Wykonawcy zastosują odmienne do wskazanych przez Zamawiającego stawki podatku VAT, zostaną one poprawione w ofercie Wykonawcy jako oczywiste omyłki, tylko wtedy, jeśli Zamawiający z treści oferty będzie w stanie wywnioskować, dla których pozycji Wykonawca zastosował jaką stawkę VAT oraz dokonać samodzielnie poprawek. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł samodzielnie poprawić omyłek, ponieważ nie będą spełniać przesłanek oczywistych omyłek, **oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10. Wobec powyższego, Zamawiający rekomenduje**



wszystkim Wykonawcom wyliczenie ceny ofertowej brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT wynoszącej 8%, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości ceny ofertowej”.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „Dni robocze” ma na myśli dni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisem w załączniku nr 4 – Wzór umowy „dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920)”.

Pytanie nr 12:

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 5, pkt. 5

Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i zmieni nazwę protokołu na Protokół Uruchomienia Sprzętu?

Odpowiedź nr 12:

Zapis jest prawidłowy i pozostaje bez zmian. Natomiast Zamawiający wprowadza pojęcie Protokół Uruchomienia Sprzętu do § 1 Definicje oraz zmienia treść § 5, pkt. 2 wzoru umowy. Dokonuje się stosownej zmiany w treści SWZ w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie nr 13:

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Wzór umowy, § 13

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

a) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu i przeprowadzenie Szkolenia – w wysokości 0,1% wartości nieuruchomionego Sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1 % wartości Sprzętu, którego dotyczy naprawa/wymiana, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

e) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy typ szkolenia,

f) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. a - e), w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu



poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

4. łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jedną dostawę zamówienia polegającą na ucyfrowieniu aparatu RTG, t.j. wykonaniu dostawy detektora lub detektorów wifi wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem, o wartości każdego z tych zamówień co najmniej 150 000 zł brutto oraz dwie dostawy aparatów RTG na kwotę min. 200 000 zł.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający informuje, że zmienił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej. Dokonuje się stosownej zmiany w treści SWZ w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie nr 15:

Dotyczy SWZ -VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz X. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe ppkt 2

Pytanie nr.1

Czy Zamawiający dla firm z dłuższym stażem niż 3 lata wymaga wykazanie trzech dostaw jeżeli TAK to Pytanie nr.2

Czy zamawiający zmieni okres dostaw z 3 na 5 lat tj. zmieni treść :

VI. Warunki udziału w postępowaniu NA :

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia polegające na ucyfrowieniu aparatu RTG, t.j. wykonaniu dostawy detektora lub detektorów wifi wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem, o wartości każdego z tych zamówień co najmniej 150 000 zł brutto.

oraz

X. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe ppkt 2 NA

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli



wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg załącznika nr 5 do

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający informuje, że zmienił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej. Dokonuje się stosownej zmiany w treści SWZ w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie nr 16:

Zamawiający wymaga „Stopień ochrony przed wodą: min IPX1”, prosimy o dopuszczenie detektorów z klasą min. IP55, odpowiednio: detektor 1717” (43x43cm) klasa IP55, detektor 1417” (43x35 cm) klasa IP56

Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z :

- Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi, przedział od 0 do 6
- Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami, przedział od 0 do 9

Klasa IP56 chroni przed:

- ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
- ochrona przed silną strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony

Natomiast klasa IP55 chroni przed:

- ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
- ochrona przed strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony

Powyższa charakterystyka detektorów gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego powierzchnię płynów ustrojowych.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dopuszcza takie detektory.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści detektory gdzie ilość ekspozycji na jednym ładowaniu wynosi 250?

Odpowiedź nr 17:

Nie – ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 300 .

Pytanie nr 18:

Prosimy Zamawiającego o podanie danych aparatu RTG który będzie ucyfrowiony przedmiotowymi detektorami: producent, nazwa aparatu, zakresy pracy generatora.

Odpowiedź nr 18:

Dane aparatu RTG:

1. Zestaw rentgenowski diagnostyczny typu Bucky Diagnost FS firmy Philips, rok produkcji 2005, generator RTG OPTIMUS 50 HF
2. Kolumna RTG podłogowa
3. Stół do zdjęć kostnych
4. Kratka przeciwrozproszeniowa 12: 1, 36 l/cm ogniskowa 100 cm
5. Statyw do zdjęć płucnych
6. Kratka przeciwrozproszeniowa 12: 1, 36l/cm ogniskowa 140
7. Lampa RTG typ 1750 ROT 360 – ogniska 0.6/1,2



8. Przesłona typ R 221/ADHHS

9. Filtracja całkowita 2,5 mmAL + dodatkowa 2 mm Al.:1 mm Al. + 0,1 mm Cu;
1mm Al. + 0,2 mm CU

Pytanie nr 19:

Prosimy Zamawiającego o podanie pełnej nazwy oraz wersji systemu PACS z którym ma współpracować stacja technika przedmiotowych detektorów. Czy Zamawiający posiada wolne licencje w systemie PACS do podłączenia ucyfrowienia.

Odpowiedź nr 19:

Rozwiązanie systemu PACS w infrastrukturze Zamawiającego bazuje na oprogramowaniu CONQUEST 1.4.19B. Zamawiający dysponuje możliwością konfigurowania w szerokim zakresie parametrów połączeń i usług serwera do współpracy z urządzeniami zgodnymi z protokołem DICOM 3.0. Nie ma potrzeby kupowania dodatkowych licencji.

Pytanie nr 20:

Jeżeli Zamawiający nie posiada wolnych licencji do podłączenia przedmiotowego ucyfrowienia prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zakupi lub pokryje koszt zakupu wymaganych licencji do podłączenia.

Odpowiedź nr 20:

Nie ma potrzeby kupowania licencji w celu zestawienia połączeń dla urządzeń zgodnych z protokołem DICOM 3.0. Zestawienie połączenia wymaga jedynie uzgodnienia parametrów nowego urządzenia – adres IP, numer (numery) portu (portów), nazwa aplikacji DICOM (AE TITLE) z administratorem obsługującym system IT Zamawiającego.

Pytanie nr 21:

Zamawiający wymaga „Możliwość ładowania detektora bezpośrednio w stole i statywie” Czy aparat który posiada Zamawiający ma podciągnięte zasilanie do bucky w stole i statywie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jakiego typu jest to zasilanie oraz jaki typ złącza jest zastosowany. Jeżeli nie ma doprowadzonego systemu zasilania czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpięcie dedykowanego zasilania do oferowanych detektorów i zainstalowania ich w bucky stołu i statywu.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie ma doprowadzonego systemu zasilania i wyraża zgodę na podpięcie zasilania do dedykowanych detektorów i zainstalowania ich w bucky stołu i statywu.

Pytanie nr 22:

Zamawiający wymaga „Baza danych, mini PACS”, prosimy o potwierdzenie że ten zapis dotyczy tylko funkcjonalności konsoli technika jako źródła danych dla systemu PACS oraz do krótkoterminowego przechowania wykonanych badań.

Odpowiedź nr 22:

Wymaganie opisane przez Zamawiającego w punkcie 2.c., podpunkt 6.a. („baza danych, mini pacs”) dotyczy funkcjonalności konsoli technika jako źródła danych - prowadzenia krótkoterminowego (tymczasowego), uporządkowanego archiwum obrazów umożliwiającego m.in. obsługę zdarzeń o charakterze usterek bądź awarii, uniemożliwiających czasowo przekazywanie badań do systemu pacs, bez wstrzymywania pracy pracowni diagnostycznej ani utraty danych.



- Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje o przedłużonym terminie składania ofert:

Nowy termin składania ofert: do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:15.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, zmienia treść SWZ w następujący zakresie:

1. Rozdział VI. SWZ „Warunki udziału w postępowaniu” otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący **zdolności technicznej lub zawodowej**. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej **jedno zamówienie polegające na ucyfrowieniu aparatu RTG, t.j. wykonaniu dostawy detektora lub detektorów wifi wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem, o wartości co najmniej 150 000 zł brutto.**”

2. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **18.08.2022 r.**”

3. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **20.07.2022 r. do godz. 11:15**”.

4. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.07.2022 r., o godzinie 11:30**”.

5. W załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy”, §1 Definicje, po ostatnim zdaniu dodaje się zdanie o treści: „Protokół Udostępnienia Pomieszczenia – protokół potwierdzający przekazanie Pomieszczenia przez Zamawiającego Wykonawcy w celu wykonania dostawy, instalacji i uruchomienia Sprzętu w Obiekcie.”.

6. W załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy”, §5 Terminy realizacji, w ust. 2, po ostatnim zdaniu dodaje się zdanie o treści: „W dniu planowanej dostawy, zgłoszonej Zamawiającemu na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, zostanie podpisany przez obie strony Protokół Udostępnienia Pomieszczenia.”.

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową