

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.10.2024 r.

Sprawa ZP/41/2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup i dostawy artykułów medycznych, obłóżek i bielizny operacyjnej*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00525518/01 z dnia 02.10.2024 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Zad. 2 Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe dla noworodków o wadze 2-6 kg spełniające wszystkie wymienione wymogi, pozbawione jedynie wycięcia na pępek ze względu na wyjątkową delikatność użytych materiałów i będących dodatkowo wyrobem medycznym, co świadczy o ich najwyższej jakości i bezpieczeństwie używania?

Odpowiedź: Nie.

2. Zad. 2 Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe dla niemowląt w przedziale wagowym określonym na 4-10 kg?

Odpowiedź: Pozycja 3 dotyczy pieluch dla noworodków, w przypadku pytania dotyczącego pozycji 4 – Zamawiający dopuszcza pieluchy jednorazowe w przedziale wagowym 4 – 10 kg.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 1 rękawice myjącą wykonaną z miękkiej włókniny typu Spunlaced 80% PET (poliester) + 20% VIS (wiskoza) z wodoodporną barierą, wstępnie namydłone delikatnym, niskopieniącym, testowanym dermatologicznie detergentem pH 5,5, zgrzewanie ultradźwiękowe, opakowanie a'50 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycji 3 pieluchy jednorazowe dla noworodka o wadze 2-5kg, z wycięciem na pępek które posiadają wycięcie w okolicy pępka, które daje możliwość kontrolowania procesu gojenia się bez konieczności odpinania pieluchy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2, pozycje 3 - 4) możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4, pozycji 1 – 2 podkład medyczny podfoliowany na rolce, papier wykonany ze 100% pierwotnej pulpy celulozowej, 1 warstwa papieru i 1 warstwa foli, gramatura papieru – 21 g/m2 +/-7%, gramatura foli PE - 6 g/m2 +/-5%, perforacja co 38 cm, szerokość rolki: 50 cm, długość rolki: 50 m, waga rolki: 715 g, średnica rolki: 10 cm, średnica rdzenia rolki: 4,3 cm, ilość arkuszy na rolce: 132 +/-1%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Czy zamawiający dopuści w pakiecie fartuch foliowy przedni o wymiarach 80x125 cm?

Odpowiedź: Tak.

8. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 8, pozycji 1 przeliczenie ilości na opakowanie a'100 szt?

Odpowiedź: Tak.

9. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 9, pozycji 1, fartuch włókninowy z gumką o gramaturze 25g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak.

10. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 9, pozycji 1 przeliczenie ilości na opakowanie a'10 szt?

Odpowiedź: Tak.

11. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10, pozycji 1 komplet pościeli medycznej o gramaturze 25g/m2 o wymiarach:

- poszwa na poduszkę w rozmiarze 70x85 cm
- poszwa na koc w rozmiarze 150x210 cm
- prześcieradło w rozmiarze 150x240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10, pozycji 2 – 3 prześcieradło o wymiarach 210x160 cm, wykonane z miękkiej i miętej w dotyku włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m² w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Nie.

13. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10, pozycji 5 prześcieradło o wymiarach 210x80 cm, wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m², kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet 5

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia o wym.50x190cm. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni /bez zagięć i przesyć/ nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 130 kg oraz osłonami 1 na podtokiećniki i zagłówek. Chłonność min.4,0 L . Rozmiar 100 cm x 225 cm (+/-5 cm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet 5

Zwracamy się o wyjaśnienie czy bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający oczekuje aby prześcieradło do transportu posiadało badania na rozdieranie zgodnie z dedykowanymi normami ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę typu rękawica wykonaną z dwóch warstw: poliester (Molton) o gramaturze 100g oraz poliester (Molton) o gramaturze 70g?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, iż będzie ona ze środkiem myjącym.

17. Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane o gramaturze: 23 gr (papier) + 10 gr (folia)?


Odpowiedź: Tak.

18. Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wysokochłonny o parametrach:

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²), chłonność min. 3325 ml
- waga całkowita 265g
- kolor: wkład chłonny - biały, laminat - niebieski
- rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm)
- jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



19. Zadanie nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt z etykietą zawierającą: numer serii, datę ważności, nr LOT, nr REF na opakowaniu jednostkowym, natomiast datę produkcji na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Tak.

20. Zadanie 1, pozycja 1

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m². Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m² (czyli łącznie 200 g)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Zadanie 1, pozycja 1

Na rynku są oferowane myjki nie wiadomego pochodzenia, mogące zagrażać zdrowiu pacjentów poprzez zawarte w nich patogeny chorobotwórcze. Ważnym elementem bezpieczeństwa dla Zamawiającego jest sprawdzenie, czy myjki posiadają dokumenty wynikające z prawidłowego, transparentnego procesu rejestracji wyrobu kosmetycznego, czego skutkiem jest rejestracja i nadany indywidualny numer w ogólnoeuropejskiej bazie wyrobów kosmetycznych CPNP. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga, aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP, co jest możliwe dopiero po przedstawieniu wymaganych badań bezpieczeństwa (dermatologicznych, czystości bakteriologicznej itp.)? W sytuacji, gdy podstawowym kryterium wyboru jest cena, brak weryfikacji rejestracji, stwarza możliwość oferowania asortymentu słabej jakości i ryzykownego pod względem bezpieczeństwa. Dokument CPNP dla produktów kosmetycznych jest tym samym, co deklaracja zgodności dla produktów medycznych.

Odpowiedź: Tak.

23. Zadanie nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli rolkę wykonaną z celulozy podfoliowanej?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Pakietu 12

24. Czy Zamawiający dopuści zestaw do CC o następującym składzie :

1x serweta do cesarskiego cięcia tworząca literę T po rozłożeniu, wymiary 300x250/175cm posiadająca otwór o wymiarach 23x37cm częściowo wypełniony folią operacyjną, wewnątrz folii znajduje się wycięcie 16x17,5cm. Obszar cięcia otoczony workiem do zbierania płynów o wymiarach 75x98 cm z 2 zaworami spustowymi i usztywnionym brzegiem, który umożliwia łatwe i bezpieczne użytkowanie oraz 4 uchwyty na przewody. Wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen 67,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 239,5 cm H₂O. odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 183/163 kPa

1x serweta owinięcie noworodka 75x90 wykonana z włókniny bawełnopodobnej

1x taśma samoprzylepna 50x10cm

4x ręcznik 25x19cm

1x serweta na stolik Mayo, standardowa 145x80 cm niebieska. Folia niepiaskowana o grubości 50 µm. Warstwa chłonna polipropylen o gramaturze 40 g/m². Całkowita gramatura serwety w miejscu wzmocnienia 89 g/m².

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym min. 64x190 cm- owinięcie zestawu

Na opakowaniu minimum 2 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 14

25. Poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie :

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm (owinięcie zestawu)

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe min. 40x30 cm

1 x Taśma przylepna 10x50 cm

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm

2 x Samoprzylepna serweta 75x90 cm

1 x Samoprzylepna serweta 240x150 cm

1 x Samoprzylepna serweta 180x175 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67g/m² (+/-1g/m²). Serwety posiadają warstwę chłonną na całej powierzchni wykonaną z włókniny polipropylenowej. Zgodny z normą 13795. Zestaw

zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta.

Odpowiedź: Tak.

26. Poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o następującym składzie :

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm, (owinięcie zestawu)

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe min. 40x30 cm

1 x Taśma przylepna 10x50 cm

2 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 75x90 cm (rozmiar wzmocnienia 20x50cm) bez organizatorów przewodów

1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 240x150 cm (rozmiar wzmocnienia 20x50cm)

1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 180x175 cm (rozmiar wzmocnienia 20x50cm)

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67g/m² (+/-1g/m²), Serwety posiadają wzmocnienia wykonane z 3-warstwowego laminatu zawierającego wiskozę i folię polietylenową o gramaturze 94g/m² (+/-1 g/m²).

Zestaw spełnia wymagania wysokie normy 13795 dla obłożeń chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym.

Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta.

Odpowiedź: Tak.

27. Zadanie7,

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

28. Zadanie 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak.

29. Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Tak.

30. Zadanie 10, poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie.

31. Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Nie.

32. Zadanie nr 7:

Czy można zaoferować ubranie wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m² ze spodniami wiązаныmi na troki wykonane z tego samego materiału, co ubranie? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Tak.

33. Zadanie nr 12:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 190cm x 75cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cm x 90cm, wykonana z ciemnozielonej włókniny polipropylenowej oraz niebiesko-zielonej gładkiej folii polietylenowej o gramaturze 55g/m², całkowita gramatura części wzmocnionej 85g/m².

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych?

Materiał serwety stanowiącej obłożenie pacjenta 2-warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze wynoszącej 57(+/-0,5g)m².

Produkt sterylny, pakowany w opakowanie papier-folia, a następnie w podwójne (folia, karton) opakowanie transportowe, w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Obłożenie spełnia wymogi normy EN 13795 1-3.

Oznakowanie zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 14:

34. Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wzmocniona

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm paskiem samoprzylepnym 80cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²).

Produkt sterylny, pakowany w opakowanie papier-folia, a następnie w podwójne (folia, karton) opakowanie transportowe, w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Obłożenie spełnia wymogi normy EN 13795 1-3.

Na opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety z wymaganymi danymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

35. Poz. 2:

Czy można zaoferować zestaw uniwersalny wzmocniony o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wzmocniona

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z 2 organizatorami przewodów. Serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/0,5g/m²)

Produkt sterylny, pakowany w opakowanie papier-folia, a następnie w podwójne (folia, karton) opakowanie transportowe, w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Obłożenie spełnia wymogi normy EN 13795 1-3.

Oznakowanie zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Zadanie 16:

Poz. 1 - Czy można zaferować osłonę na kończybę w rozmiarach 33cm x 110cm z 2 samoprzylepnymi taśmami w rozmiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Tak.

37. Pytanie nr 1 – dotyczy opakowania oraz etykiet samoprzylepnych do dokumentacji medycznej (pakiet 12,14)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie asortymentu w opakowaniu papier-folia z min. 2 etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG oraz Rozporządzenia (UE) 2017/745 – zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki?

Odpowiedź: Tak.


38. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą główną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Tak.

39. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?



Skład:	Ilość
<u>Część A: ON</u>	
- Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm	2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	3
- Serweta podfoliowana Hospidrape 50x60cm	1
<u>Część B: OFF</u>	
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	4

Komponenty części A i B umieszone w oddzielnych opakowaniach papierowo-foliowych połączonych perforacją, bez etykiet TAG

Odpowiedź: Tak.

40. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu w którym serwety główne wykonane są z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² bez dodatkowego pada chłonnego, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?


Odpowiedź: Tak.

41. Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów, w którym serwety główne posiadają pad chłonny o wymiarach 15x50cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Tak.

42. Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 15



Skład:	Ilość
- Taca niebieska 13,5 x 27 x 2,5cm	1
- Igłotrzymacz Mayo-Hegar 14cm, metalowy	1
- Nożyczki Iris 11cm zagięte, metalowe	1
- Pęseta Adsona 12cm (bez ząbków), metalowa	1
- Osłona ostrza (ochrona końcówki) 2cm	2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	5
- Serweta podfoliowana Hospidrape 45x75cm	1
- Serweta dwuwarstwowa 50x60cm z otworem przyklepnym 6x8cm	1

Wszystkie komponenty owinięte w serwetę Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

43. Dotyczy Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym podkład wysokochłonny, prześcieradło transportowe oraz osłony na podłokietniki i zagłówek są pakowane osobno? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie.

44. Dotyczy Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym podkład wysokochłonny, prześcieradło transportowe oraz osłony na podłokietniki i zagłówek pochodzą od różnych producentów? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie.

45. Dotyczy Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

46. Dotyczy Zadanie 9, pozycja 1

W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

47. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym i niebieskim do swobodnego wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

48. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby poszwa i poszewka były szyte szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

49. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

50. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga, aby poszwa była szyta szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

51. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

52. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści poszewkę w kolorze zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

53. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga, aby poszewka była szyta szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

54. Dotyczy Zadanie 10, pozycja 1-5

Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego tolerancja dotyczy obu wymiarów tj. długość i szerokość?

Odpowiedź: Tak.

55. Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych rozdział II pkt 2.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie parametrów rękawicy karta danych technicznych importera. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zadań z aktualnego postępowania przetargowego.

56. Dotyczy zadania 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie podkładów/prześcieradeł w rolce wykonanych z pulpy celulozowej 20g/m² + folia PE 6g/m² – łącznie 26 g/m². Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę dla poz. 1 (prześcieradło podfoliowane).


57. Dotyczy zadania 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy wymaga fartuchów będących środkiem ochrony indywidualnej czy też fartuchów będących wyrobem medycznym ?

Odpowiedź: Fartuchów będących wyrobem medycznym.

58. Dotyczy zadania 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo, wykonana z folii polietylenowej o grubości 0,065 mm, wzmocniona na całej długości 60x145cm włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m². Wzmocnienie klejone na całej powierzchni.

- 1 x serweta w kształcie T (ułożenie proste) o wym. 200/250x315cm z przyklepnym oknem trapezowym 32x28x18cm częściowo wypełnionym folią 28x12x18cm otoczonym torbą 360° do zbiórki płynów (bez elementów metalowych) oraz 2 portami do podłączenia drenów i piankowym kształtownikiem
- 1 x serweta do owinięcia noworodka o wym. 90x100cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe 30x40cm

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze min. 62 g/m² w części podstawowej.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1.


zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

59. Dotyczy zadania 14 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta przylepna 150x240cm
- 1 x serweta przylepna 170x180cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe wzmocnione nitką 30x40cm

Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, gramatura 62g/m².


Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1.

Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu minimum 2 etykiety typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

60. Dotyczy zadania 14 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 x serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 2 x serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą na dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 45x60cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, gramatura 62g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m²

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1.

Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu minimum 2 etykiety typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

61. Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający fartuch z gumkami zamiast mankietów? pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 2 PIELUCHOMAJTKI, PIELUCHY

62. Poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy o zakresie obwodu 100-150cm i chłonności min. 2500 g?

Odpowiedź: Tak.

63. Poz.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy o zakresie obwodu 130-170cm i chłonności min. 2500 g?

Odpowiedź: Tak.

64. Poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części kroczka, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 8 FARTUCH CHIRURGICZNY PRZEDNI

65. Poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Fartuch przedni wykonany z laminatu polietylenowo-polipropylenowego Fartuchy posiadają troki do zamocowania fartucha w pasie oraz do założenia na szyję. zgodny z normą PN EN 13795. Szerokość fartucha na dole 87cm, długość 90cm. Termin ważności wyrobu wynosi 5 lat od daty produkcji?

Odpowiedź: Nie.

Zadanie nr 10 PRZEŚCIERADŁO, POSZWA, ZESTAW POŚCIELOWY

66. Poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Komplet pościeli z włókniny SB20g niejałowy: JASNONIEBIESKI

Skład

powłoka 200 x 160cm

powłoczka 80 x 70cm

prześcieradło 210 x 160cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

67. Poz.2: Czy Zamawiający potwierdzi, że można zaoferować:

Poszwa niejałowa, z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m² o wymiarach 150 x 200 cm), kolor niebieski ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

68. Poz.3: Czy Zamawiający potwierdzi, że można zaoferować:

Prześcieradło niejałowe, laminat folia-włóknina polipropylenowa o gramaturze 27 g/m² o wymiarach 200x150 cm, kolor biały?

Odpowiedź: Nie.

69. Poz.4: Czy Zamawiający potwierdzi, że można zaoferować:

Poszewka, z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m² o wymiarach 90x75 cm kolor niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

70. Poz.5: Czy Zamawiający potwierdzi, że można zaoferować:

Prześcieradło niejałowe nieprzemakalne, wykonane z chłonnej włókniny podfoliowanej w kolorze niebieskim. Składane pojedynczo. Rozmiar 200 x 90 [cm] (tolerancja +/- 10 cm), gramatura min. 47 gr/m²

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 11 SERWETY JAŁOWE I NIEJAŁOWE

71. Poz.4: Czy Zamawiający pisząc o dużej chłonności oczekuje w składzie wiskozy, która ma bardzo duże właściwości chłonne, powoduje że płyny nie spływają na podłogę oraz gramatury min 73g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

72. Poz.5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o gramaturze 55 g/m², wykonaną z laminatu 2-warstwowego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

73. Zadanie 11: Pytanie dot. wymogu zgodności z normą 13795-1-3 - Czy Zamawiający oczekuje obłożenia zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 12 ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA

74. Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Zestaw do cięcia cesarskiego

- Serweta dwuwarstwowa L2 w rozmiarze 320x180cm z otworem 35cmx32cm wypełnionym folią z wycięciem w kształcie półksiężyca w folii, wyposażona w worek na płyny – 1 sztuka
 - Serwetki do rąk włókninowe 40g 40x20 cm – 2 sztuki
 - Pokrowiec na stół Mayo 145cmx80cm – 1 sztuka
 - Serweta na stół do instrumentarium 190cmx150cm – 1 sztuka
 - Podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej u góry pokryty włókniną - 90cmx60cm – 1 sztuka
- Serweta na stół MAYO, z folii polietylenowej, piaskowanej 50 µm piaskowana, niebieska oraz włókninowej warstwy chłonne 76 x 85 cmj. Całkowita gramatura min. 82 g/m².

Materiał serwety głównej 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze min. 55 g/m².

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019.

Opakowanie typu torebka papierowo foliowa. Na opakowaniu minimum 2 rezykjonowalne etykiety samoprzylepne. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 13 ZESTAW KOMPRESÓW I SERWET DO DIALIZ

75. Czy Zamawiający dopuści zestaw, zapakowany w opakowania typu miękkie blister, w którym w części I komora znajdują się 3kompresy włókninowe zamiast 4xkompresy włókninowe ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 14 ZESTAW OBŁOŻEŃ UNIWERSALNYCH

76. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	Typu L2 + Plus	240x150 (37,5x70)
serweta z przylepcem	1	Typu L2 + Plus	200x170(37,5x70)
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	Typu L2 + Plus	90x75 (37,5x70)
taśma medyczna	1	50x9	
serweta na stół instrum.	1	190x150	
serweta na stolik Mayo	1	145x80	
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Serwety L2 wzmocnione- wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa), warstwy chłonnej (włóknina polipropylenowa), Masa powierzchniowa części krytycznej 125 g/m². Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Tak.

77. poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	TF	200x180
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	TF	90x75
serweta z przylepcem	1	TF	180x180
taśma medyczna	1	50x9	
serweta na stolik Mayo	1	145x80	
serweta na stół instrum.	1	190x150	

Serwety TF wykonana z laminatu z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 47g/m².

Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 16 OSŁONY NA KOŃCZYŃĘ

78. Poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pokrowiec na nogę w rozmiarze 37x120cm z 2 przylepcami 50x9cm ?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIFIOSPFCJA ISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Turulec

Podpis Dariusza Turulec