



## BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 35  
50-138 Wrocław  
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, 06-12-2024r.

Numer postępowania: **BZP.2710.96.2024.AP**

**Wykonawcy**

(informacja zamieszczona na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pn.: **Dostawa zestawów pipet automatycznych i spektrofotometru dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - zadania**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający **przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia w SWZ do przedmiotowego postępowania.**

**Pytanie nr 1** – dot. Zadania nr 2 dostawa z montażem spektrofotometru:

„Czy zamawiający dopuści spektrofotometr ze szczeliną 2 nm? Pozostałe parametry zgodne z OPZ”

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza spektrofotometr ze szczeliną 2 nm i zmienia opis w poz. 5 w OPZ następująco:

5	<b>Szczelina 2 - 4 nm</b>	TAK / NIE
---	---------------------------	-----------

W związku ze zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platforma przetargowa) **nowy obowiązujący Załącznik nr 3 b do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w którym zmianę zaznaczono kolorem zielonym.**

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załącznik:

1. Obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3b do SWZ.

**Zatwierdziła:**

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. administracyjnych  
Uniwersytetu Wrocławskiego  
mgr inż. Agnieszka Buszta - Małusecka