



Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-  
00  
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 13.12.2022 r

EZP 579/2022

Wszyscy Wykonawcy  
Biorący udział w postępowaniu

**Dot. postępowania M-70/2022 Dostawa sprzętu j.u. do angiografii dla Szpitala  
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Zamawiający na podst. art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań.

**Pytanie 1**

Pakiet nr 10:

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 10 dopuści złożenie oferty z mikrocewnikiem dwukanałowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**



**KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych  
Ewa Sempowicz**

