



SZPZLO/DZP.261.17.2023

Warszawa, dn. 24.01.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. „Dostawa odczynników i pasków do analizatora iRICELL 2000 wraz z usługą serwisową” Znak sprawy: SZPZLO/Z-4/2023.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami wprowadzonymi do SWZ.

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy III. 2 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) (ustawa z dnia 20.05.2020 roku przestała obowiązywać) czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 2 do SWZ w części III pkt 2, nadając mu aktualne brzmienie:

„2. Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wymagane dla tego asortymentu normy oraz posiadają wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowane przez nas produkty są oznakowane znakiem CE wg ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974). W razie wątpliwości zobowiązujemy się udostępnić powyższe dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.”

Pytanie nr 2:

Umowa załącznik nr 5, §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 4 dni robocze?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zapisy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:

Umowa załącznik nr 5, §3 ust. 3. i – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „w przypadku stwierdzenia usterki / awarii analizatora przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze od



daty zgłoszenia uszkodzenia telefonicznie na nr:lub pocztą elektroniczną na adres:; kalkulacja naprawy usterki / awarii musi być zatwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego;”?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zapisy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4:

Umowa załącznik nr 5, §3 ust. 3. j – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „j. w przypadku braku możliwości naprawy analizatora w ciągu 48h od czasu zatwierdzenia kalkulacji zgodnie z zapisami w ust i., badania zostaną wykonane w laboratorium, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na badania (u podwykonawcy Zamawiającego) a różnicę wykonania badania wraz z kosztami transportu poniesie Wykonawca”?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zapisy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5:

Umowa załącznik nr 5, §5 ust. 3 – W związku z tym, że przedmiotem przetargu są przeglądy a w umowie Zamawiający wprowadza zapisy dotyczące napraw analizatora w przypadku awarii / usterki proszę o wprowadzenie do umowy zapisu: „w przypadku stwierdzenia usterki / awarii analizatora przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi oddzielną ofertę cenową zawierającą wycenę materiałów do naprawy koszt roboczogodziny oraz dojazdu.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 5 do SWZ w §5 ust. 4, nadając mu aktualne brzmienie: „4. W przypadku stwierdzenia usterki / awarii analizatora przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi oddzielną ofertę cenową zawierającą wycenę materiałów do naprawy koszt roboczogodziny oraz dojazdu. Z tytułu wykonanych usług usunięcia awarii / usterki analizatora Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby roboczogodzin i cen jednostkowych oraz koszt materiałów, płatne z dołu, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę raportu / karty pracy (dotyczy części 2).”

Pytanie nr 6:

Umowa załącznik nr 5, §3 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług, Zamawiający ma prawo zastępczo zlecić wykonanie tych usług na koszt Wykonawcy osobie trzeciej według własnego wyboru. W takim przypadku Wykonawca zwalniany jest z ponoszenia odpowiedzialność za dalsze naprawy analizatora”?. Uzasadnienie: Wykonawca nie może ponosić ryzyka w przypadku, gdy usługa serwisowa nie została wykonana przez autoryzowany serwis producenta. Obca firma wykonująca naprawy może używać nieoryginalnych części co może spowodować całkowite unieruchomienie urządzenia. Wykonawca wg. zapisów umowy jest już zobligowany do pokrywania kosztów wykonania badania w przypadku, gdy naprawa urządzenia się przedłuża. Takim zapisem Zamawiający nakłada dodatkowe kary pieniężne na wykonawcę i obarcza go dodatkowo winą za nieudaną naprawę analizatora przez inną firmę.



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer



Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do SWZ §3 ust. 7, nadając mu aktualne brzmienie:

„7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług, Zamawiający ma prawo zastępczo zlecić wykonanie tych usług na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej według własnego wyboru. W przypadku, gdyby usługi nie zostały zlecone autoryzowanemu przez producenta serwisowi, Wykonawca zwalniany jest z ponoszenia odpowiedzialności za dalsze naprawy analizatora.”

Pytanie nr 7:

Umowa załącznik nr 5, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców prosimy o wprowadzenie do umowy klauzuli zgodnie z art. 439 ust 1. Ustawy PZP.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający zmienia Załącznik nr 5 do SWZ §10 ust. 2 pkt 5, dodając lit. e w brzmieniu:

„e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy; w takiej sytuacji:

- a) Wykonawca na podstawie art. 439 ust. 1 PZP jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacji), jeśli ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wzrosły w stosunku rocznym o co najmniej 4 punkty procentowe, przyjmując dane ogłaszane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dot. kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) za cztery kwartały roku bezpośrednio poprzedzającego propozycję treści aneksu do Umowy (wniosek o dokonanie zmiany), dalej „Minimalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych”. Strony potwierdzają, iż pierwszym możliwym do uwzględnienia w obliczeniu Minimalnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych kwartałem będzie I kwartał 2023 r. oraz ogłaszany w stosunku do tego kwartału komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r.,*
- b) Wykonawca składa Zamawiającemu propozycję treści aneksu do Umowy (wniosek o dokonanie zmiany) wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym w oparciu o dane, o których mowa w ppkt a powyżej (dalej „Rzeczywisty wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych”) oraz przedmiot i wartość Usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku o dokonanie zmiany),*
- c) w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ppkt a powyżej, w sposób w nim określony, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy polegała będzie na wzroście cen jednostkowych asortymentu, który ma zostać dostarczony po dniu złożenia wniosku o dokonanie zmiany, o wartość procentową stanowiącą różnicę pomiędzy Rzeczywistym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych*



a Minimalnym wskaźnikiem wzrostu/spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych, jednakże łącznie nie więcej niż o 5 % ceny jednostkowej asortymentu;

- d) celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy za asortyment dostarczony przed datą złożenia wniosku o dokonanie zmiany lub który zgodnie z Umową miał być dostarczony przed datą złożenia wniosku o dokonanie zmiany, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”*

Zamawiający wydłuża termin składania ofert i zmienia treść zapisów w SWZ zgodnie z poniższym:

w rozdz. XXIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27.01.2023 r. do godz. 10:00”

w rozdz. XXIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godz. 10:15.”

w rozdz. XXIX pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.02.2023 r.”

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany w SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

ZATWIERDZONE PRZEZ

Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer