

Mrągowo, dnia 28.02.2023r.

NZ-2/23

Uczestnicy postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „Dostawa materiałów opatrunkowych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

1. Pakiet 2, poz. 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 4 warstwowych 40 gramowych w opakowaniu zawierającym 2 sztuki bez opakowania zbiorczego A'25 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Pakiet 6, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z laminatu	45x75cm	1
serweta z laminatu z otworem i przylepcem wokół otworu	50x60cm;Ø8cm	1
tupfer kula 17N	20x20cm	3
Kompresy włókninowe 30 g/m2	7,5x7,5cm	5
pęseta plastikowa	13 cm	1
pęseta metalowa chirurgiczna	12 cm	1
imadło metalowe	13 cm	1
nożyczki metalowe ostro-ostre	11 cm	1

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. Pakiet 6, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego gdzie w miejsce serwety podfoliowanej 70x55cm jest serweta podfoliowana w rozm. 75x45cm, oraz w miejsce kompresów włókninowych 5x5cm są kompresy 7,5x7,5cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Dotyczy treści umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie

Odp. Tak, zgodnie z zapisami § 14 Projektu Umowy.

5. Dotyczy treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odp. Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy §8 bez zmian.

6. Dotyczy treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 Projektu Umowy.

7. Dotyczy treści umowy: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 7 Projektu Umowy.

8. Pakiet nr 9 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych w opakowaniu papier/folia zawierającym 3 sztuki produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

9. Pakiet nr 9 poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów gazowych jałowych w opakowaniu papier/folia zawierającym 3 sztuki produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

10. Pakiet nr 9 poz. 1-9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji znajdował się na opakowaniu zbiorczym produktu.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga aby wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji był na każdym opakowaniu, a nie tylko na opakowaniu zbiorczym.

11. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie nr 13:

poz. 1 gąbki żelatynowej w rozm. 70mm x 50mm x10 mm,

poz. 2 gąbki żelatynowej w rozm. 70mm x 50mm x1 mm,

które pakowane są po 20 sztuk w opakowaniu handlowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

12. Pakiet nr 2: Pozycja 4, 5, 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych szybkowiązających nawiniętych na tekturową rolkę, obustronnie impregnowanych gipsem, pakowanych a' 2 sztuki (czas wiązania od 2 do 4 minut (+/-0,5 minuty)), zawartość gipsu naturalnego min. 89% (wymagana karta techniczna)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Pakiet nr 2: Pozycja 17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastra na tkaninie wiskozowej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pakiet nr 2: Pozycja 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastra zgodnego z opisem, ale wykonanego z elastycznej tkaniny?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Pakiet nr 2: Pozycja 24 i 25 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek elastycznych o długości 5 metrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

16. Pakiet nr 4: Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kremu ochronnego do miejsc intymnych z tlenkiem cynku?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pakiet nr 9: Pozycja nr 7 i 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania następujących kompresów: kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, brzegi kompresów składane do wewnątrz bez dodatkowo złożonych brzegów (ES), kompresy pakowane w torebki papierowo - foliowe typu "peel pouch", każdy kompres pakowany pojedynczo, a następnie po 3 szt. w torebki mini grip? Rozmiary zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

18. Pakiet nr 9: Pozycja nr 1-9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów, które na opakowaniu zamiast wskaźnika informującego o przejściu procesu sterylizacji posiadają odpowiedni piktogram informujący o tym, że wyrób jest sterylny i informację o metodzie sterylizacji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Pakiet nr 10: Pozycja 6, 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek zgodnych z opisem, ale o rozciągliwości ok. 80%?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

20. Pakiet nr 14: Pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zgodnego z opisem, ale z pojemnikiem plastikowym o rozmiarze 9,3cm x 5,4cm i pojemności 250 ml (a nie 9,5cm x 3cm x 150ml)?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

21. Pakiet nr 2: Pozycja nr 16 i 17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek elastycznych o długości 5 metrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza bowiem w Pakiecie nr 2 poz. 16 i 17 nie występują opaski elastyczne.

22. Pakiet nr 4: Pozycja nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego do miejsc intymnych z tlenkiem cynku?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Pakiet nr 6: Pozycja nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do zmiany opatrunku:

Zestaw do zmiany opatrunku I

Skład zestawu*:

- 1 x pęseta plastikowa zielona 12,5 cm
- 1 x pęseta plastikowa niebieska 12,5 cm
- 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

24. Pakiet nr 6: Pozycja nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do usuwania szwów:

Zestaw do zdejmowania szwów III

Skład zestawu*:

- 1 x pęseta plastikowa typu anatomicznego 12,5 cm
- 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)
- 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

25. Pakiet nr 6: Pozycja nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do zakładania szwów:

Zestaw do zakładania szwów II

Skład zestawu*:

- 1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z otworem 10 x 5 cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson, metalowa 12 cm
- 1 x igłotrzymacz 12 cm

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

26. Pakiet nr 6: Pozycja nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do wkłucia centralnego:

Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego

Skład zestawu*:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz 14 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

27. Pakiet nr 6: Pozycja nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do wkłucia lędźwiowego:

Zestaw do nakłucia lędźwiowego / znieczulenia regionalnego

Skład zestawu*:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2 (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4 (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

28. Pakiet nr 6: Pozycja nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do cewnikowania:

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego II

Skład zestawu*:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrilowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

29. Pakiet nr 9: Pozycja nr 8 i 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następujących kompresów: kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe, brzegi kompresów składane do wewnątrz bez dodatkowo złożonych brzegów (ES), kompresy pakowane w torebki papierowo - foliowe typu "peel pouch", każdy kompres pakowany pojedynczo, a następnie po 3 szt. w torebki mini grip? Rozmiary zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Pakiet nr 9: Pozycja nr 1-10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów, które na opakowaniu zamiast wskaźnika informującego o przebiegu procesu sterylizacji posiadają odpowiedni piktogram informujący o tym, że wyrób jest sterylny i informację o metodzie sterylizacji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Pakiet nr 14: Pozycja nr 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale z pojemnikiem plastikowym o rozmiarze 9,3cm x 5,4cm i pojemności 250 ml (a nie 9,5cm x 3cm x 150ml)?

Odp. Pakiet nr 14 nie zawiera Pozycji nr 15.

32. Pakiet 1, poz. 1-3. Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie zmieni kształtu Pakietu.

33. Pakiet 2, poz. 7-11. Czy zamawiający wydzieli poz.7-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie zmieni kształtu Pakietu.

34. Pakiet 9. Czy zamawiający dopuści kompresy bez wskaźnika sterylizacji – paska ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Pakiet 10, poz. 1-5. Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie zmieni kształtu Pakietu.

36. Pakiet 10, poz. 1-5. Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

37. Pakiet 10, poz. 1-5. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 mb w stanie spoczynku czy w stanie rozciągniętym?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

38. Pakiet 10, poz. 1-5. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 opakowanie zawierające 10 mb w stanie spoczynku lub 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

39. Pakiet 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

40. Pakiet 1, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

41. Pakiet 1, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

42. Pakiet 1, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

43. Pakiet 1, pozycja 8-11. Czy Zamawiający dopuści opaski niejätowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

44. Pakiet 1, pozycja 8-11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się informacja o przejściu procesu sterylizacji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Pakiet 1, pozycja 10-11. Czy Zamawiający dopuści opaski dziane pakowane w papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet 1, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

47. Pakiet 1, pozycja 14,15. Czy Zamawiający dopuści serwety z tasiemką?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

48. Pakiet 1, pozycja 14,15. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach serwet gazowych znajdował się wskaźnik sterylizacji. Wskaźnik nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi informację dodatkową. Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji oraz data przydatności do użytku. Sterylizacja produktów, które chcemy zaoferować jest procesem podlegającym walidacji i każda seria jest poddawana badaniom na jałowość (SAL 10-6) co daje gwarancję przeprowadzenia prawidłowego procesu sterylizacji. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji posiada tylko jedna firma. Wprowadzony w SIWZ wymóg uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7. Ust 1 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Pakiet 1, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

50. Pakiet 1, pozycja 16,17. Czy Zamawiający dopuści datę produkcji zamiast daty sterylizacji?

Odp. Zgodnie z SWZ.

51. Pakiet 1, pozycja 16,17. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się data sterylizacji?

Odp. Zgodnie z SWZ.

52. Pakiet 1, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ.

53. Pakiet 1, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

54. Pakiet 1, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane?

Odp. Zgodnie z SWZ.

55. Pakiet 2, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ.

56. Pakiet 2, pozycja 4-6. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet 2, pozycja 4-6. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania około 3 minuty?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

58. Pakiet 2, pozycja 4-6. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania około 5-6 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

59. Pakiet 2, pozycja 4-6. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Pakiet 2, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

61. Pakiet 2, pozycja 15,18. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

62. Pakiet 2, pozycja 16,19. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

63. Pakiet 2, pozycja 26. Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 40g/m², 4 warstwowe w rozmiarze 10x10cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Pakiet 2, pozycja 26. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 20 x 5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Pakiet 3, pozycja 1. Czy w miejsce opisu SWZ Zamawiający dopuści podkład o parametrach: Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Pakiet 3, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

67. Pakiet 6, pozycja 1-6. Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

68. Pakiet 6, pozycja 1-6. Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawów pojemnikiem plastikowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

69. Pakiet 6, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę min. 50 x 60 cm (zamiast min. 60cm x 60cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

70. Pakiet 6, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną 75 x 50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

71. Pakiet 6, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu z otworem i przyklepcem 50 x 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

72. Pakiet 6, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną 75 x 50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

73. Pakiet 6, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7 cm

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm

1 x Chwytek plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

74. Pakiet 6, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem, bez rozcięcia?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

75. Pakiet 7, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści jałowe ściereczki do rąk wykonane z włókniny typu spunlance?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Pakiet 9, pozycja 1-9. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach kompresów gazowych znajdował się wskaźnik sterylizacji. Wskaźnik nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi informację dodatkową. Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji oraz data przydatności do użytku. Sterylizacja produktów, które chcemy zaoferować jest procesem podlegającym walidacji i każda seria jest poddawana badaniom na jałowość (SAL 10-6) co daje gwarancję przeprowadzenia prawidłowego procesu sterylizacji. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji posiada tylko jedna firma. Wprowadzony w SIWZ wymóg uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7. Ust 1 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Pakiet 9, pozycja 7,9. Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Pakiet 10, pozycja 6,7. Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości 100-140%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o nieznacznej różnicy w rozmiarze 58,4 x 90cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar podkładu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

80. Pakiet 5 poz.5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar podkładu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp niniejsze wyjaśnienia do SWZ zamieszczone zostały na stronie postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/731431>.

Prezes Zarządu
Brygida Schlueter-Górska