



SZP-ET/46/2021

Złotów, dni 12 lutego 2021r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 1/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 1/ZP/2021, którego przedmiotem jest: „**Zakup sterylizatorów i wyposażenie centralnej sterylizacji**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 4 i 5 ustawy p.z.p mimo braku obowiązku, udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1**

Pytanie nr 1 (dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy, ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Myjnia – dezynfektor, pkt 30) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie z min. 3 pompami dozującymi środek chemiczny, każda z możliwością nastawy w promilach stężenia środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie? Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie jest równoważne dla wymaganego przez zamawiającego (dozowanie w ml/l stężenia środka chemicznego).

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

#### **Pytanie nr 2**

Pytanie nr 2 (dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy) Czy Zamawiający wyodrębniając „Stację uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy” jako osobną pozycję (nr 2) nie powinien również dokonać stosownej modyfikacji w „Zestawieniu minimalnych granicznych parametrów technicznych”? Obecnie numeracja pozycji na „Formularzu asortymentowo – cenowym” nie jest zgodna z numeracją w „Zestawieniu minimalnych granicznych parametrów technicznych”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosowną modyfikację załącznika nr 2 do SWZ.**

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Marcin Druszcz

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona internetowa, <https://platformazakupowa.pl/ocenie/offer/publication/419082>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl