

Mrągowo, dnia 23.04.2024r.

NZ/4/24

Uczestnicy postępowania

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania na „Dostawę materiałów medycznych na potrzeby Pracowni Endoskopii” Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

- 1. Pakiet 1 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne powleczone niebieską hydrofilną powłoką PE ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 2. Pakiet 1 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne typu JUMBo o większym rozwarciu łyżeczek tj 9,1 mm zamiast 8,4 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 3. Pakiet 1 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów zestaw do opaskowania żyłaków przełyku Skład zestawu : nasadka na endoskop z 6, 7 oraz 9 opaskami (do wyboru), głowica z nicią o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętelem do naciągania nici. Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki Opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu Zestaw wyposażony w złącze do irygacji. Opaski w kolorze niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym **Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania – nić przewleczona przez rękojęć.** Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.5-13 mm?
Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.
- 4. Pakiet 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw zaworów jednorazowego użytku zamiast wielorazowego użytku? Pozostałe parametry bez zmian
Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.
- 5. Pakiet 2 pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o średnicy osłonki 1.7 mm zamiast 1.8mm? Pozostałe parametry bez zmian
Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.
- 6. Pakiet 2 pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą jednorazowe, owalne, zakres otwarcia pętli do wyboru zamawiającego 30x60 mm oraz wersja powiększona 40x60mm, średnica narzędzia 2,6mm, długość robocza 2300mm, pasująca do kanału roboczego 2,8mm?
Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.
- 7.** Czy Zamawiający dopuści: **Zadanie1. Lp.1.** Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,2mm 2,4mm i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami).
Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.
- 8.** Czy Zamawiający dopuści: **Zadanie1. Lp.2.** Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli: 10, 11, 13,15,20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła, posiadające wskazania do zimnej polipektomii.
Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.
- 9.** Czy Zamawiający dopuści: **Zadanie1. Lp.3.** Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli: 10, 11, 13,15,20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła, posiadające wskazania do zimnej polipektomii.

Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.

10. Czy Zamawiający dopuści: **Zadanie1. Lp.4.** Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku w zestawie: 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm

Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.

11. Czy Zamawiający dopuści: **Zadanie1. Lp.5.** Czterokomorową pułapkę na polipy.

Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.

12. Czy Zamawiający dopuści: **Zadanie1. Lp.6.** Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 mm oraz 17 mm; długość 155 cm, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; Manualna funkcja rotacji klipsem za pomocą dedykowanego pokrętła usytuowanego w rękojeści klipsa.

Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści dokumentacji postępowania są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia zamieszczone zostały na stronie postępowania.

Prezes Zarządu
Brygida Schlueter-Górska