



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 31.10.2023r.

Znak: ZP.26.2.45.2023.1

Informacja o wpłynięciu pytań do zaproszenia do złożenia oferty cenowej pn „Dostawa narzędzi chirurgicznych do zabiegów neuroortopedycznych dla Bloku Operacyjnego ZZOZ w Wadowicach”

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przekazuje zapytania od Wykonawców i udziela wyjaśnień dotyczących zaproszenia pn „Dostawa narzędzi chirurgicznych do zabiegów neuroortopedycznych dla Bloku Operacyjnego ZZOZ w Wadowicach”

Pytanie nr 1: Lp. 3: Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Cobb lekko zakrzywiony ostry, szerokość części roboczej 25mm, długość całkowita 280mm?

Pytanie nr 2: Lp. 4: Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Sedillot zakrzywiony ostry, szerokość części roboczej 13,5mm, długość całkowita 210mm?

Pytanie nr 3: Lp. 5: Czy Zamawiający dopuści Młotek typu Cottle, 240G, głow.-śr. 30mm, 190mm?

Pytanie nr 4: Lp. 6: Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typ Luer -Stille zakrzywiony szerokość szczęki 10mm, długość 220mm?

Pytanie nr 5: Lp. 7: Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typ Sypert prosty z podwójną przekładnią szerokość części roboczej 8mm, długość całkowita 350mm?

Pytanie nr 6: Lp. 8: Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do cięcia kości typ Liston zakrzywione długość krawędzi tnącej 30mm, długość całkowita 220mm?

Pytanie nr 7: Lp. 9: Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Lambotte szerokość części roboczej 15mm, długość całkowita 210mm ?

Pytanie nr 8: Lp. 10: Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Lambotte szerokość części roboczej 10mm, długość całkowita 210mm?

Pytanie nr 9: Lp. 11: Czy Zamawiający dopuści Dłuto płaskie typ Stille proste szerokość części roboczej 20mm, długość całkowita 200mm?

Pytanie nr 10: Lp. 15: Czy Zamawiający dopuści Trzonek – uchwyt skalpela nr 7 długość 165mm?

Pytanie nr 11: Lp. 17: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do opatrunków proste typ Maier dł. 260mm, z zamkiem, szerokość szczęki 7mm, skok ząbków 1,25mm?

Odpowiedź do Pytania od 1 do 11: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm

- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm

- pozostałe parametry +/- 5%”

Pytanie nr 12: Lp. 18: Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne odgięte typ Mayo- Lexer długość 165mm, ostrza tępo tępo utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczki preparacyjne odgięte typ Lexer, dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I

Pytanie nr 13: Lp. 19: Czy Zamawiający dopuści Nożyczki chirurgiczne odgięte długość 165mm, końce tępo tępo model mocny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm

- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm

- pozostałe parametry +/- 5%”

Pytanie nr 14: Lp. 20: Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne typ Mayo- Lexer proste długość 160mm, ostrza tępo tępo wąskie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- nożyczki preparacyjne typ Lexer, dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I

Pytanie nr 15: Lp. 21: Czy Zamawiający dopuści Pincetę atraumatyczną typ DE BAKEY delikatna prosta długość 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Pinceta atraumatyczna typ Cooley.

Pytanie nr 16: Lp.22: Czy Zamawiający dopuści Pincetę typ Cushing prosta część robocza z twardą wkładką, końcówka złożona, długość 170mm?

Pytanie nr 17: Lp. 25: Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe typ Kocher - Ochsner proste, końcówka robocza 1x2, ząbki długość 300mm?

Odpowiedź do Pytania 16 i 17: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm

- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm

- pozostałe parametry +/- 5%”

Pytanie nr 18: Lp. 26: Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ Crile- Rankin zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,7mm, długość 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Pean odgięty – kleszczyki naczyniowe typ Crile

Pytanie nr 19: Lp. 28: Czy Zamawiający dopuści Heiss- kleszczyki naczyniowe zakrzywione, delikatne, długość 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm
- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm
- pozostałe parametry +/- 5%

Pytanie nr 20: Lp. 30: Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typ Mayo- Hegar długość 200mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,6mm i kanalikiem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- imadło chirurgiczne typ Hegar, dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I

Pytanie nr 21: Lp. 31: Czy Zamawiający dopuści Iglotrzymacz Euftrate-Pasque, ząbkowany 0,2 mm, z twardymi wkładkami, dł. 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22: Lp. 32: Czy Zamawiający dopuści Hak korzeniowy – retraktor Love do korzonków nerwowych bagnetowy 180mm?

Pytanie nr 23: Lp. 35: Czy Zamawiający dopuści Okienko – skrobaczkę Caspar szer. 4mm dł. 250mm?

Pytanie nr 24: Lp. 36: Czy Zamawiający dopuści Łyzeczkę ginekologiczną ostrą typ Schroder dł. 300mm 12 3/8” Figura 5 główka owalna szerokość 13mm?

Pytanie nr 25: Lp. 37: Czy Zamawiający dopuści Łyzeczkę ginekologiczną ostrą typ Schroder dł. 300mm 12 3/8” Figura 1 główka owalna szerokość 6,8mm?

Pytanie nr 26: Lp. 38: Czy Zamawiający dopuści Łyzeczkę ginekologiczną ostrą typ Schroder dł. 300mm 12 3/8” Figura 6 główka owalna szerokość 14,5mm?

Odpowiedź do Pytania od 22 do 26: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm
- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm
- pozostałe parametry +/- 5%

Pytanie nr 27: Lp. 39: Czy Zamawiający dopuści rozwieracz typ Weitlaner- Loktite tępy 3x4 zęby długość 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- rozwórka- rozwieracz typ Weitlaner.

Pytanie nr 28: Lp. 40: Czy Zamawiający dopuści Kaniulę ssącą typ Frazier zakrzywiona pod kątem, średnica 3,0mm, długość krzywizny 110mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Kaniula ssaca typ Fergusson.

Pytanie nr 29: Lp. 41: Czy Zamawiający dopuści Kaniulę ssącą typ Frazier 4,0mm, długość kzywizny 110mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30: Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Cobb lekko zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 19mm, długość całkowita 240 mm?

Pytanie nr 31: Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Cobb lekko zakrzywiony ostry, szerokość części roboczej 25mm, długość całkowita 240mm?

Pytanie nr 32: Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Sedillot zakrzywiony ostry, szerokość części roboczej 18mm, długość całkowita 180mm?

Pytanie nr 33: Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści Młotek typu Cottle, 240G, głow.-śr. 30mm, 190mm?

Pytanie nr 34: Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz kostny typ Luer -Stille zakrzywiony szerokość szczęki 8mm, długość 220mm?

Odpowiedź do Pytania od 30 do 34: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm

- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm

- pozostałe parametry +/- 5%”

Pytanie nr 35: Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz bez nazwy własnej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Odgryzacz kostny typ Syper

Pytanie nr 36: Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do cięcia kości typ Liston zakrzywione długość krawędzi tnącej 30mm, długość całkowita 235mm?

Pytanie nr 37: Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Lambotte szerokość części roboczej 15mm, długość całkowita 210mm?

Pytanie nr 38: Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści Raspator typ Lambotte szerokość części roboczej 10mm, długość całkowita 210mm?

Pytanie nr 39: Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści Dłuto płaskie typ Stille proste szerokość części roboczej 20mm, długość całkowita 200mm?

Pytanie nr 40: Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści Trzonek – uchwyt skalpela nr 7 długość 165mm?

Pytanie nr 41: Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści Korcang – kleszczyki do opatrunków proste typ Maier dł. 270mm, z zamkiem, szerokość szczęki 7mm, skok ząbków 1,25mm?

Pytanie nr 41: Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne odgięte typ Lexer długość 160mm, ostrza tępo tępo utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha?

Pytanie nr 43: Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki chirurgiczne odgięte długość 165mm, końce tępo tępo model mocny?

Pytanie nr 44: Poz. 20. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne typ Lexer proste długość 160mm, ostrza tępo tępo wąskie?

Pytanie nr 45: Poz. 21. Czy Zamawiający dopuści Pinceta atraumatyczna typ Cooley delikatna prosta długość 230mm, szer. 2,6 mm?

Odpowiedź do Pytania od 36 do 46: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm

- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm

- pozostałe parametry +/- 5%”

Pytanie nr 46: Poz. 22. Czy Zamawiający dopuści Pinceta bez nazwy własnej, prosta, część robocza z twardą wkładką, końcówka złożona, długość 180mm, szer. 2,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania - Pinceta atraumatyczna typ Cushing, tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I.

Pytanie nr 47: Poz. 24. Czy Zamawiający dopuści Zacisk opatrunkowy typ Backhaus odgięty bez złącza śrubowego długość 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Zacisk opatrunkowy typ Backhaus – Kocher, dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I

Pytanie nr 48: Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści Pean odgięty – kleszczyki naczyniowe typ Crile-Rankin zakrzywione delikatne, skok ząbków 0,7mm, długość 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Pean odgięty – kleszczyki naczyniowe typ Crile.

Pytanie nr 49: Poz. 30. Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typ Hegar długość 200mm, z zapadka dolna, szczęki proste znacieniami krzyżowymi 0,6mm i kanalikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm

- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm

- pozostałe parametry +/- 5%”

Pytanie nr 50: Poz. 31. Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych Ryder lub De Bakey, smukłe szczęki proste z twardą wkładką skok 0,2mm do nici 6/0-10/0, długość 210mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych Ryder lub De Bakey, tolerancja długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I.

Pytanie nr 51: 33. Czy Zamawiający dopuści Hak korzeniowy bez nawy własnej do korzonków nerwowych 4,7 mm 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Hak korzeniowy – retraktor Caspar, dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I

Pytanie nr 52: Poz. 34. Czy Zamawiający dopuści Hak korzeniowy bez nawy własnej do korzonków nerwowych 9,4 mm 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania- Hak korzeniowy – retraktor Caspar, dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I

Pytanie nr 53: Poz. 40. Czy Zamawiający dopuści Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 3,0mm, długość krzywizny 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” pkt 11 Tabeli I tj:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm

- dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm

- pozostałe parametry +/- 5%”

Pytanie nr 54: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12.01.2024r, dla nw. narzędzi w załączniku nr.1 – Opis przedmiotu zamówienia :

Nr 2 – Raspator tyo Cobb średnica 19 mm, dł.280mm

Nr.3 – Raspator typ Cobb, średnica 26 mm, dł.280mm

Nr.24 – Zaciski opatrunkowy typ Backhaus – Kocher dł.135mmm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

1.1. za zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto **należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy**, za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1, **jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy**.

1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości **0,5%** wartości danego asortymentu za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym usterka powinna być usunięta, **jednak nie więcej niż 10% wartości danego asortymentu**

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

1.4. za zwłokę w realizacji napraw w wysokości 0,2% wynagrodzenie brutto **należnego za wadliwą część przedmiotu umowy**, za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5, **jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy**.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 57: W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 4 ust. 3 w Projekcie umowy nadając mu nowe brzmienie:

„3. Dostawca reklamację zgłoszoną w sposób określony w ust. 2 rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem . Brak odpowiedzi w w/w terminie uznaje się za przyjęcie reklamacji.”

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **03.11.2023r. godz. 10:00.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 03.11.2023r. godz. 10:30.**

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Wykonawca e-mail

1 x a/a.